

www.pederneiras.sp.gov.br

@PrefeituraMunicipaldePederneiras

📞 (14) 3283 9570 ou 0800 771 1675

Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro, Cep. 17280-000, Pederneiras/SP

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017 - JULGAMENTO/CLASSIFICAÇÃO

Considerando o resultado obtido após a análise das marcas apresentadas pelas empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar, conforme consta do laudo emitido em 02/06/2017 pela Coordenadora de Saude Bucal, proferimos a seguinte decisão:

a) ficam desclassificados os itens: 53 da proposta da empresa **DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP** e os itens 57 e 84 da proposta da empresa **SALVI E LOPES E CIA LTDA**, por terem apresentado, após a avaliação, resultado insatisfatório; e

Em conformidade com o artigo 4º, inciso XVIII da lei nº 10.520/02, as empresas poderão apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias, a contar da data do recebimento deste.

Pederneiras, 02 de junho de 2017

MARINA DE OLIVEIRA MACIEL Pregoeira





www.pederneiras.sp.gov.br

@PrefeituraMunicipaldePederneiras

📞 (14) 3283 9570 ou 0800 771 1675

Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro, Cep. 17280-000, Pederneiras/SP

## LAUDO DE AVALIAÇÃO.

Apos avaliação das marcas apresentadas pelas empresas classificadas em primeiro lugar, referente ao Pregão eletronico nº 19/2017. Fica constatado o seguinte :

### Item 57 - Marca BIODINAMICA - REPROVADO

- Muito mole, de dificil manuseio, gruda na espátula (pegajosa)
- Muito translucida
- Dificil escultura da estrutura dental
- Dificil acabamento (polimento ineficaz)
- A cor da resina não corresponde com a escala de cores.

#### Item 84 - Marca MAQUIRA - REPROVADO

- Não apresenta estabilidade dimensional de 96 horas.
- Não apresenta baixa sinerese e dessecação quando armazenado em umidificador

### Item 53 - Marca TECHNEW - REPROVADO

- Rompe com muita facilidade

Pederneiras, 02 de junho de 2017.

Ana Paula Serotini Pertinez Coordenadora da Saude Bucal

Regina Haddad Barrach Zabalia Cirurgiã Dentista

