

RELAÇÃO DE ITENS COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Pregão 71/2019

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	ETAPAS	EMPRESA Vencedora	Marca	VAL. UN.	AMOSTRAS	PARECER 1	PARECER 2	AVALIAÇÃO FINAL COMISSÃO	MOTIVO
1	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO 100 MM X 100 METROS, DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER COM POLIPROPILENO TUBULAR, COM BLOQUEIO BACTERICIDA EM TONDO DE 96% COM POROSIDADE E RESISTENCIA A SUA ESTABILIDADE QUIMICA E RESISTENCIA A MUDANÇAS DE COR APÓS O CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE, DEFINIDOS PELA NORMA TÉCNICA DA ABNT	1a	JOÃO MED	VITAL PACK	35,00	não enviada			DESCLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE
		2a	DIPROMED	ADDPACK/AMCOR	35,54	não enviada			DESCLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE
		3a	SAMA/SP PROD. HOSP.	HOSP FLEX	35,80	enviada	APROVADA		APROVADA	
2	COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	1a	Cirúrgica União	CRAL	0,20	enviada	APROVADO		APROVADO	
3	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL TRI-FACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂMULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ADEQUAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR OXÍDIO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO IMETRO.	1a	Classmed - Eireli	LABOR I.	0,053	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
		2a	RIADE SUPRIMENTOS MÉDICOS	POLAR FIX	63,00	enviada	APROVADA	APROVADO	APROVADA	
5	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25 X 0,7 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL TRI-FACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂMULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ADEQUAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR OXÍDIO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRO NA ANVISA, F SELO DO IMETRO	1a	Classmed - Eireli	LABOR I.	0,057	enviada	APROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Houve dano muscular ao paciente
		2a	JOAOMED	RYMCO	0,058	não enviada			DESCLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE
6	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 30 X 0,7 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL TRI-FACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂMULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ADEQUAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR OXÍDIO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO IMETRO.	3a	LUMAR COMERCIO	DESCARPACK	0,058	enviada	APROVADA		APROVADA	
		1a	Classmed - Eireli	LABOR I.	0,05	enviada	APROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Houve dano muscular ao paciente
		2a	JOAOMED	RYMCO	0,058	não enviada			DESCLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE
FRASCO DE 30ML, GRADUADO COM ESCALA DE 10ML, CRESCENTE E DECRESCENTE, FEITO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), LIVRE DE BISENOL, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUELAVEL QUE ACOPIE	3a	LUMAR COMERCIO	DESCARPACK	0,058	enviada	APROVADA		APROVADA		
	1a	Soma /SP Prod. Hosp.	BIOFRASCO-NUTRI/ BIOBASE	0,55	não enviada			DESCLASSIFICADO		

7	PERIFERAMENTE AO BICO DO HAVASCU, UNIFICADO QUE SE ADAPTA COM SEGURANÇA AO EQUIPO, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, ATÓXICO, DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE MATERIAL RESISTENTE, LIVRE DE VAZAMENTO, DURANTE O USO, COM NÚMERO DE LOTE LEGÍVEL, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.	2a	Nacional Comercial Hosp.	BIOFRASCO-NUTRI/ BIOBASE	0,57	enviada	APROVADA	APROVADO	APROVADA		
8	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO, DE 20 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, EMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA, O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER SLIP (RETO), FLANGE E POR UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (PROTECTOR) PRECISAMENTE ACIONADO APÓS A UTILIZAÇÃO QUE DEVE SER ASSIM ACIDENTES COM MATERIAL PERIFURO, COM AGETA, EMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, O DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO – ÓXIDO DE ETILENO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E SELO DO INMETRO	1a	Fenix Com. De Prod. Hosp.	WILTEX	0,79	não enviada amostras suficientes			REPROVADO	não enviado amostras suficientes conforme solicitado no PE	
		2a	JOAOMED	SR	0,8	não enviada		DECLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE		
9	LUA DE LATEX PARA PROCEMENTO NÃO CIRURGICO, KAMANO M, AMBIDESTRA DE ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FLEXIBILIDADE, DURABILIDADE, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM TUBO DE CONDUÇÃO DE FLUIDO TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA, ISENTO DE QUATERNILIO, PULVERIZADA COM PÓ BIO- ABSORVIVEL, CX 0200, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO	1a	Classmed – Eireli	NUGARD	14,78	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO		
		1a	JoãoMED	SR	0,58	não enviada		DECLASSIFICADO			
10	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO, DE 20 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, EMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA, O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK (ROSCA DUPLA), FLANGE E POR UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADOPRE ACOPADO AO CORPO DA SERINGA (PROTECTOR DE AGULHA ARTICULADO QUE DEVE SER ACIONADO APÓS A UTILIZAÇÃO DA SERINGA, EVITANDO ASSIM ACIDENTES COM MATERIAL PERIFURO, CORTANTE), O EMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO – ÓXIDO DE ETILENO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E SELO DO INMETRO.	2a	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	SR	0,59	enviada	APROVADA		APROVADA		
		1a	Classmed – Eireli	SOLIDOR	0,053	enviada	APROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Baixo rendimento/ houve dano muscular ao paciente	
11	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, 20 X 5,5 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL, TRIFACETADO E PONTA AFILADA CILINDRICA-OCARETA, CAMULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERREITO COM PERRETA ADAPTAÇÃO AO CANHAO, CANHAO PLASTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERREITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CODIGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO, PROTECTOR PLASTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE PERMITE A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO	2a	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	SR	0,054	enviada	REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	Não houve penetração fácil e sem traumas.	
		3a	MED. Center	SR	0,06	ENVIADA	REPROVADA		REPROVADO	VALIDADE VENCIDA DE AGULHAS PARA TESTE, E NA APLICAÇÃO HOUVE RESISTENCIA NA PENETRAÇÃO.	
	COLETOR PERFUROCORANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, NA	1a	Soma /SP Prod. Hosp.	DESCARBOX	2,13	não enviada		DECLASSIFICADO			

12	COR AMARELA CONCECIONADO A PARTIR DE PABELO ONDULADO NA COR BRANCA, REFORCADO INTERAMENTE COM PAPEL COUROCAVA EXTERNA, E BORDO INTERAMENTE RIGIDIFICANTA INTERNA E FUNDO RIGIDO E SACO PLASTICO IMPERMEAVEL. - PRODUZIDO DENTRO DA NORMA DA ABNT NBR 13853. PROPORCIONANDO TOTAL PROTECCAO CONTRA PERFURACAO E VAZAMENTO, GARANTINDO MAIOR SEGURANCA AO PROFISSIONAL E USUARIO, APRESENTANDO DOBRAS DE FACIL MONTAGEM	2a		DESCARBOX	2.16	enviada	REPROVADA		REPROVADO	Produto sem resistencia o suficiente, apresentou memoria de dobras em local não recomendado.
		3a	MED. Center	FLEXPPELL	2.18	enviada	APROVADA		APROVADA	
13	SERINGA COM AGULHA ACRILOLA PARA APLICACAO DE INSULINA 100U COM AGULHA FINA DE 0,3 X 0,30 MM. TRANSPARENTES, ESTERIL, CONCECIONADO EM LASTICO ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDEL EVEL, PRECISA E VISIVEL ATE 100U, COM DIVISOES DE 1 OU 2 UNIDADES INTERNACIONAL, FLANGE COM FORMATO ANATOMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA, EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ABEL DE RETENCAO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE, AGULHA CONCECIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILINDRICA, RETA, OCA, COM BISEL, PRATEADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROTECTOR DE SEGURANCA, A EMBALAGEM TEM O ADAPTECO PARA A EMBALAGEM TEM QUE GARANTIR A INTEGRALIDADE E ESTERILIZACAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE UTILIZACAO. O PRODUTO DEVE ANDA ATENDER A NBR 15.853/2012APRESENTAR REGISTRO (AMVISA) EM PL ENVA VIGENCIA, E SELO DO INMETRO DE ACOORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011	1a	Cirurgica KD LTDA	DESCARPACK	0.209	não enviada	DESCLASSIFICADO		DESCLASSIFICADO	
		2a	MED. Center Com. Ltda.	DERCARPACK	0.21	enviada	APROVADA		APROVADA	
14	LAVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO G, AMBIDESTRA DE ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM TENSÃO DE RUPTURA MINIMA, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA, ISENTO DE QUALQUER DEFETTO, PULVERIZADA COM PO BIOD - ABSORVIVEL, CX C/100, REGISTRO NA AMVISA E SELO DO INMETRO	1a	Classmed - Eireli	NUGARD	14,78	enviada	APROVADO		APROVADO	
		2a	Soma /SP Prod. Hosp.	NEVOA	8,62	não enviada	DESCLASSIFICADO		DESCLASSIFICADO	
15	ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE COM 500g, COM FIBRAS 100% ALGODÃO MACIO E ABSORVENTE, NAO ESTÉRIL, EM CAMADA EM FORMA DE ROLO C/ESPESURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5 CM REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO BRANCO E MACIO, COR BRANCA C/NO MINIMO 90% DE FIBRAS ENVOLTO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA EXTENSÃO QUE NAO SOLTE PARTICULAS INALATORIAS.	2a	Nacional Commercial Hospitalar	NATHY	8,62	enviada	APROVADO		REPROVADO	Produto possui linhas, não macio em sua integridade, solta fiapos.
		1a	JoãoMED	ADVANTIVE	0,18	não enviada	DESCLASSIFICADO		DESCLASSIFICADO	
16	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, Nº 11 QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES EXTERNAMENTE AFILADOS DE FACIL VISUALIZAÇÃO DE SUA NÚMERAÇÃO NA SUA EMBALAGEM INDIVIDUAL.	2a	Cirurgica União	ADVANTIVE	0,19	enviada	APROVADA		APROVADA	
		1a	JoãoMED	ADVANTIVE	0,18	não enviada	DESCLASSIFICADO		DESCLASSIFICADO	
17	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, Nº15 QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES EXTERNAMENTE AFILADOS DE FACIL VISUALIZAÇÃO DE SUA NÚMERAÇÃO NA SUA EMBALAGEM INDIVIDUAL.	2a	Cirurgica União	ADVANTIVE	0,19	enviada	APROVADA		APROVADA	
		1a	JoãoMED	ADVANTIVE	0,18	não enviada	DESCLASSIFICADO		DESCLASSIFICADO	
18	LAVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO P, AMBIDESTRA DE ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATA ANATOMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM TENSÃO DE RUPTURA MINIMA, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA, ISENTO DE QUALQUER DEFETTO, PULVERIZADA COM PO BIOD - ABSORVIVEL, CX C/100, REGISTRO NA AMVISA E SELO DO INMETRO	1a	Classmed - Eireli	NUGARD	14,78	enviada	APROVADO		APROVADO	
		1a	Classmed - Eireli	NUGARD	14,78	enviada	APROVADO		APROVADO	

<p>19</p> <p>EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENUTRIENTES, QUE PERMITA O CONTROLE E DOSAGEM DO FLUXO, APRESENTA-SE COMO UM TUBO DE PVC FLEXÍVEL DE APROXIMADA CUMPRIDA DE 1500 MM, EM UMA EXTREMIDADE APRESENTA A CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM A PONTA FERRIPRANTE QUE SE ADAPTA TANTO A BOLSA OU AO FRASCO; NO MEIO DO TUBO SE LOCALIZA O REGULADOR DE FLUXO, O QUAL CONTROLA O GOTEJAMENTO E O FLUXO DA SOLUÇÃO; NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI O CONECTOR ESCALONADO O QUAL POSSIBILITA ENCAIXE EM VÁRIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, EVITANDO VAZAMENTOS.</p>	<p>1a</p> <p>C.B.S. Medico científica S/A</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>0,630</p>	<p>enviada</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>
<p>20</p> <p>EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO DE 100 X 100 METROS DE PAPEL GRAU CIRURGICO DE 100 MICRONS DE POLIESTER COM POLIPROPILENO TETRAIMANADO BACTERICIDA EM TORNO DE 99% COM POROS BLOQUEIO BACTERICIDA CONTROLADA, COM NUMERO DE LOTE E NÚMERO DE SÉRIE EM SUA EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE, DEFINIDOS PELA NORMA TÉCNICA DA ABNT</p>	<p>1a</p> <p>Macmed Soluções em Saúde LTDA</p>	<p>MEDIX</p>	<p>46,56</p>	<p>não enviada</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>
<p>21</p> <p>ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL EM MADEIRA, COM ACABAMENTO PERFEITO EM FORMATO DE ESP. 1,1 CM DE LARGURA X 0,5 CM DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES</p>	<p>1a</p> <p>Nacional Comercial Hosp. S.A.</p>	<p>ESTILO</p>	<p>2,47</p>	<p>enviada</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Material quebrado/com bordas irregulares/ superfície não lisa.</p>
<p>22</p> <p>LUNA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAMBEM EM AMBIDESTRA DE ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMA DE ALMOGADA, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM TENSÃO DE RUPO TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA, ISENTO DE LUBRIFICANTE, PULVERIZADA COM PÓ BORO, ABSORVENTE, COM C/100, REGISTRADO NA ANVISA E SELO DO IMETRO</p>	<p>1a</p> <p>Classmed – Eireli</p>	<p>NUGARD</p>	<p>14,78</p>	<p>enviada</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>
<p>23</p> <p>ESPARRAPADO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE TECNICA SMETROS DE COR BRANCA COM EXCELENTE ADERENCIA E FLEXIBILIDADE</p>	<p>1a</p> <p>Farmatex Comercial de Prod. Hosp. Ltda.</p>	<p>FARMATEX/ CIEX</p>	<p>5,25</p>	<p>não enviada</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>Material quebrado/com bordas irregulares/ superfície não lisa./ + de 10% do produto quebrado</p>
<p>24</p> <p>SERINGA COM AGULHA ACOPADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA SOLU COM AGULHA FINA DE 8,0 X 0,30 MM, DESPRENSIVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRASPARENTE, AGRADA, COMPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA, APARADA, NIVEL DE PRECISÃO VISIVEL, ATE SOLU COM DIVISÃO DE 1 UNIDADES INTERNACIONAL, FLANGE COM PONTA DE 1 UNIDADES PARA APOIO DOS DEBOS E QUE CONFERA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA, ÉMBOLU DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FLEXIVEL EM SUA EXTREMIDADE, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILINDRICA, PETA, OCA, COM BISEL TRIFACEADO, AFADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHAO, O PRODUTO DEVE AINDA ATENDER A NBR ISO 8537/2012, APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) EM PLENA VIGENCIA, E SELO DO IMETRO DE ACHORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011</p>	<p>2a</p> <p>C.B.S. Medico científica S/A</p>	<p>ADPELE/ MISSNER</p>	<p>5,27</p>	<p>enviada</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto com pouca aderencia a pele.</p>
<p>24</p> <p>SERINGA COM AGULHA ACOPADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA SOLU COM AGULHA FINA DE 8,0 X 0,30 MM, DESPRENSIVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRASPARENTE, AGRADA, COMPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA, APARADA, NIVEL DE PRECISÃO VISIVEL, ATE SOLU COM DIVISÃO DE 1 UNIDADES INTERNACIONAL, FLANGE COM PONTA DE 1 UNIDADES PARA APOIO DOS DEBOS E QUE CONFERA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA, ÉMBOLU DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FLEXIVEL EM SUA EXTREMIDADE, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILINDRICA, PETA, OCA, COM BISEL TRIFACEADO, AFADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHAO, O PRODUTO DEVE AINDA ATENDER A NBR ISO 8537/2012, APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) EM PLENA VIGENCIA, E SELO DO IMETRO DE ACHORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011</p>	<p>3a</p> <p>Classmed – Eireli</p>	<p>ADPELE/ MISSNER</p>	<p>5,38</p>	<p>enviada</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto com pouca aderencia a pele.</p>
<p>24</p> <p>SERINGA COM AGULHA ACOPADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA SOLU COM AGULHA FINA DE 8,0 X 0,30 MM, DESPRENSIVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO TRASPARENTE, AGRADA, COMPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA, APARADA, NIVEL DE PRECISÃO VISIVEL, ATE SOLU COM DIVISÃO DE 1 UNIDADES INTERNACIONAL, FLANGE COM PONTA DE 1 UNIDADES PARA APOIO DOS DEBOS E QUE CONFERA ESTABILIDADE A SERINGA QUANDO EM SUPERFICIE PLANA, ÉMBOLU DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FLEXIVEL EM SUA EXTREMIDADE, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILINDRICA, PETA, OCA, COM BISEL TRIFACEADO, AFADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHAO, O PRODUTO DEVE AINDA ATENDER A NBR ISO 8537/2012, APRESENTAR REGISTRO (ANVISA) EM PLENA VIGENCIA, E SELO DO IMETRO DE ACHORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011</p>	<p>1a</p> <p>Monaco distribuidora d med. Ltda.</p>	<p>TKL</p>	<p>0,280</p>	<p>enviada</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>

25	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, Nº 12 QUE NÃO PERMITA A PERFORAÇÃO DA EMBALAGEM PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE cortes SUAVES EXTREMAMENTE AFIADOS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE SUA NÚMERAÇÃO NA SUA EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1a	JoãoMED	ADVANTIVE	0,18	não enviada				DECLASSIFICADO	
		2a	Cirurgica União	ADVANTIVE	0,19	enviada	APROVADA			APROVADA	
26	DISPOSITIVO PARA IMPLANTO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARALELAS ESTÉRILIS, COM DOIS CONECTORES LUER LOCK UNIVERSAIS ESTÉRILIS, TAMPA E UM CONECTOR LUER SLIP COM PROTEÇÃO EXTERNA, TRANSPARENTE EM PVC EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PÓLICO, GRUPO CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA ASSÉPTICA.	1a	Cirurgica União	VITAL GOLD	0,42	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
		1a	JoãoMED	RYMCO	0,057	não enviada				DECLASSIFICADO	
27	AGUHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, 30 X 0,8 HIPODÉRMICA ESTÉRIL, HASTE E PERÍCILO EM TERIPLA ADAPTAÇÃO AO CANALHO, CANALHO PLÁSTICO TIPO 10,000, POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR OXÍDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL, QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRADO NA ANVISA E SELO DO NÚMERO, PONTA AFILADA CILÍNDRICA-OCA-RETA, CÂMULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM	2a	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	Descarpack	0,058	enviada				DECLASSIFICADO	Enviado amostras vencidas, portanto desclassificado.
		3a	MED. Center	SR	0,06	enviada				REPROVADO	Bisel rombudo, resistente ao entrar na pele.
28	CATETER URETRAL, HIPODÉRMICO CALIBRE 10, LUBRIFICADO MACIÇOLINO, ESTÉRIL, DO TIPO INTERMITENTE, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, PROVISO DE SUBSTÂNCIA COM PROPRIEDADES LUBRIFICANTES À BASE DE PVP, UREIA E COMPLEXO DE SÓDIO EM TODA EXTENSÃO, COM CONTROLE DE FLEXIBILIDADE ATRAVÉS DA TEMPERATURA DA SOLUÇÃO ISOTÔNICA, RESISTENTE A TORÇÕES COM CRINHOS BISELADOS, O PRODUTO NÃO PODERIA CAUSAR FURTIVIDADE DERMICA, E APRESENTAR CITOLOGIA EM FERRA ABERTURA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL, QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRADO NA ANVISA, BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA SEPTICA, REGISTRO NA ANVISA	2a	Cirurgica União	LOFRIC	8,24	enviada	REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	REPROVADO	não atende as especificações técnicas.
		1a	Action Medical Comercio de Prod. Hosp.	BARD	8,00	enviada	REPROVADO			REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
29	COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 FIOBRAS NÃO ESTÉRIL, EXTERNAMENTE ABSORVENTE E MACIA, SÉRIAS DE LIMPEZAS E QUE NÃO SOLTE FIBRAS PACOTE COM 50 UNIDADES	3a	Nacional Comercial Hosp.	Coloplast	8,2	enviada				APROVADA	
		1a	Ferreira Comercio de Artigos Medicos e Ortopedico Eirell	WS SPECIAL	12,93	enviada	REPROVADO	REPROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
		2a	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	America Medical	12,93	enviada	REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas, medidas fora do pedido, não absorvente o suficiente.
30	COMPRESSA PARA CIRURTIPO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALCOOL ABSTERIL, 15 X 30 CM, QUANDO FECHADA E 15 X 60CM QUANDO ABERTA, ESTERILIZADA COM OXÍDO DE ETILENO, COM OUTRA ABSORÇÃO, DE USO ÚNICO - PACOTE COM 01 UNIDADE	3a	SOMA/SP Produtos Hospitalares	katrina america	13,14	enviada	aprovada			APROVADA	
		1a	Cirurgica União	AMERICA	1,30	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
		2a	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES	POLAR FIX	1,21	enviada				DECLASSIFICADO	Não atende as especificações técnicas, enviado tamanho 15x30 aberta.

<p>31</p> <p>ALCOOL ETILICO HIBRATADO, 70 IPM, PARA USO HOSPITALAR, EMBALAGEM DO FRASCO PLASTICO CONTEUDO 100 ML, LIQUIDO LIMPO, INCOLOR, VOLATIL E DE ODOOR CARACTERISTICO. DEVERA CONTER O CERTIFICADO DO FABRICADOR, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1a	Cirurgica União	PROLINK	0,94	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
<p>32</p> <p>ALCOOL ETILICO HIBRATADO, 92 a 100 IPM, PARA USO FRASCO PLASTICO CONTEUDO 1 LITRO, LIQUIDO LIMPO E INCOLOR. DEVERA CONTER O CERTIFICADO, NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1a	Ind. e Com. De Prod. De Limpeza Macatuba Ltda.	FLOP'S	4,35	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
<p>33</p> <p>GLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO A 0,5% ALCOOLICA E UBI RESERVADO TOPICO INDICADO PARA ASSEPSIA DA PELLE NO PRESENCIA DE FERIDAS E PROCEDIMENTOS INVASIVOS LAIDOS COM RESERVATÓRIOS PARA TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROSAO DERMICA, TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROSAO DERMICA, TESTE DE EFICACIA BACTERICIDA, DETERMINACAO DE TIPO DE PRINCÍPIO ATIVO E PH E ESTUDO DE TOXICIDADE ORAL. AGRUDA, EMBALAGEM FLUP TOP COM 100ML.</p>	1a	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	FARMAX	1,68	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
<p>34</p> <p>GLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE SOLUCAO A 2% E UBI RESERVADO TOPICO INDICADO PARA ANTISEPSIA SATISFATORIOS PARA FERIDAS COM RESULTADOS CORROSAO DERMICA, TESTE DE IRRITABILIDADE E DETERMINACAO DE TIPO DE PRINCÍPIO ATIVO E ESTUDO DE TOXICIDADE ORAL. AGRUDA, EMBALAGEM FLUP TOP COM 100ML.</p>	1a	Soma /SP Prod. Hosp.	SETMAX/ FARMAX	1,95	não enviada	DESCLASSIFICADO	DESCLASSIFICADO	Não enviado amostras para teste	
<p>35</p> <p>SOLUCAO ANTISEPTICA AQUOSA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2% PARA LIMPEZA DIARIA DA PELLE INTEGRAL, COM AÇÃO ANTIPIRURGICA E BACTERICIDA, QUE ELIMINA AS BACTERIAS GRAM-POSITIVAS E AS GRAM-NEGATIVAS. EMBALAGEM FLUP TOP COM 100ML.</p>	2a	Cirurgica Riociarense	VIC PHARMA	2,05	não enviada	DESCLASSIFICADO	DESCLASSIFICADO	Não enviado amostras para teste	
<p>36</p> <p>ATAJURA EM TECIDO CEROPOM, 100% ALGODAO, DE 6 CM DE LARGURA X 1,20 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 13,36 CONFORME MES 1 E COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E QUE A DISTANCIA ENTRE OS FIOS SEJA MENOR E QUE A DEIXANDO ASSIM A ATAJURA COMPACTA COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTEUDO FIO DE MARCAÇÃO SEM DESFAMAMENTO LATERAL, COMPRESSÃO UNIFORME, ENFAIXAMENTO PERFEITO, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLASTICO OU SIMILAR, CONTEUDO EXTERNA DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA 157 DO INMETRO E RDC Nº 207 DA ANVISA.</p>	2a	Comercial cirurgica Riociarense Ltda.	Medgauze	0,26	não enviada	DESCLASSIFICADO	DESCLASSIFICADO	Não enviado amostras para teste	não enviado amostras conforme solicitado no PE
<p>37</p> <p>DETERGENTE MULTIZIMIZMÁTICO DE ALTO DESEMPENHO COM 4 ENZIMAS DE FÓRMULA ESTÁVEL E EQUILIBRADA CONTEM CONCENTRAÇÃO DE TENSOCATIVOS NÃO IÔNICOS, PROPORCIONANDO ALTO PODER DESENGORROURANTE, PROPRIO PARA A DILUIÇÃO DE USO, DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM MENOR NÍVEL DE ESPUMA GARANTINDO A LIMPEZA DOS MATERIAIS SEMI CRITICOS MESMO COM DÉBITO OU CARGA ORGÂNICA, NÃO CORROSIVO NEM IRRITANTE DENTRO DO OCULAR, 100% BIODEGRÁVEL E PH NEUTRO.</p>	3a	Farmatelex Comercial de Prod. Hosp. Ltda.	ERIMAX	0,259	enviada	APROVADA	APROVADO	APROVADA	
<p>38</p> <p>DETERGENTE MULTIZIMIZMÁTICO DE ALTO DESEMPENHO COM 4 ENZIMAS DE FÓRMULA ESTÁVEL E EQUILIBRADA CONTEM CONCENTRAÇÃO DE TENSOCATIVOS NÃO IÔNICOS, PROPORCIONANDO ALTO PODER DESENGORROURANTE, PROPRIO PARA A DILUIÇÃO DE USO, DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM MENOR NÍVEL DE ESPUMA GARANTINDO A LIMPEZA DOS MATERIAIS SEMI CRITICOS MESMO COM DÉBITO OU CARGA ORGÂNICA, NÃO CORROSIVO NEM IRRITANTE DENTRO DO OCULAR, 100% BIODEGRÁVEL E PH NEUTRO.</p>	1a	National Commercial Hosp.	POLAR FIX	0,26	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
<p>39</p> <p>DETERGENTE MULTIZIMIZMÁTICO DE ALTO DESEMPENHO COM 4 ENZIMAS DE FÓRMULA ESTÁVEL E EQUILIBRADA CONTEM CONCENTRAÇÃO DE TENSOCATIVOS NÃO IÔNICOS, PROPORCIONANDO ALTO PODER DESENGORROURANTE, PROPRIO PARA A DILUIÇÃO DE USO, DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM MENOR NÍVEL DE ESPUMA GARANTINDO A LIMPEZA DOS MATERIAIS SEMI CRITICOS MESMO COM DÉBITO OU CARGA ORGÂNICA, NÃO CORROSIVO NEM IRRITANTE DENTRO DO OCULAR, 100% BIODEGRÁVEL E PH NEUTRO.</p>	1a	Classmed – Eireli	KELLDRIN	15,69	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	

38	DETERGENTE NEUTRO, COMPOSTO DE TENSIOATIVOS ANIÔNICOS DESTINADOS À PRE-LAVAGEM DE MATERIAS DE USO HOSPITALAR. O ÁCIDO SULFÔNICO E LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, SÃO OS ATIVOS QUE PROPORCIONAM A ESPUMA E REMOÇÃO DE SUJIDADE. DE PRONTO USO, BIODegradável, NÃO CORROSIVO, NÃO IRRITANTE E POSSUI PH NEUTRO.	1a	Ind. e Com. De Prod. De Limpeza Macatuba Ltda.	TAMANI	3,00	enviada				REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
		2a	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	Cicio Farma	3,45	enviada	REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas	
39	ESCOVA ANTIMICROBIANA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS COM CERDAS EM NYLON MACIAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM DE COMPRIMENTO E 12,7MM DE DIAMETRO COM CABO PLASTICO EM FORMATO ANATÔMICO E COMPRIMENTO TOTAL DE NO MINIMO 18,4CM.	3a	P.S.DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	DETER- RIO/ RIOQUIMICA	9,94	enviada				APROVADA	
		1a	Devant Care Commercial	DEVANT/ SAFEMED	28,90	enviada	REPROVADA	APROVADO	REPROVADO	Possui cerdas distantes entre elas, impossibilitando limpeza fina.	
40	ESPUMA PARA BANHO FORMATO ANATÔMICO. ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA, RESINA SINTÉTICA E MINERAL. FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE. MEDINDO 135 X 63 X 38 MM. COR AZUL. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM: 10 UNIDADES. NOME DO FABRICANTE E FANTASIA: CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES										
41	ESPONJA PARA BANHO FORMATO ANATÔMICO. ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA, RESINA SINTÉTICA E MINERAL. FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE. MEDINDO 135 X 63 X 38 MM. COR AZUL. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES										
42	ROLO MULTUOSO DE TOALHAS DESCARTÁVEIS COM LINHA LIMITADORA DE CORTE. EM FIBRAS DE POLIESTER E VISCOSE. GRAMATURA IDEAL PARA ABSORÇÃO DA ÁGUA, SUPERABSORVENTE, LIVRE DE BACTÉRIAS, FUNGOS E OUTROS MICROORGANISMOS. TOQUE SUAVE. SEM FIBROS, SEM ADITIVOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. MEDINDO NO MÍNIMO 20X25 CM.	1a	TY Bortholin Comercial Ltda.	LIFECLEAN	146,00	enviada	REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas	
43	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM PARABEIS, LIGA FINA, PONTA LEVEMENTE AFILADA, RADIOPACK, QUALITATIVO INOX, TRIFACETADO ESALCONIZADA, COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA-CATETER, TAVIA DE SEGURANÇA SISTEMA PASSIVO ENTRE CANULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE RESULTO TRANSAPARENTE, ESTERILIZADO, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO FILME CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	1a	MED. Center Com. Ltda.	DESCARPACK	1,28	enviada	APROVADO	NÃO TESTADO	APROVADO		
		1a	Farmatex Comercial de Prod. Hosp. Ltda.	DESCARPACK	1,27	não enviada			DESCCLASSIFICADO	Não enviado amostras para teste	

44	CATERER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 24. EM LEVEMENTE AFUNILADO, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA INOX, TRIFACETADO E SILICONIZADO, COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA -CATERER, TRAVA DE SEGURANCA SISTEMA PASSIVO ENTRE CANULA E CATERER, CONECTOR TIPO LUER, CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE REFILUXO TRANSPARENTE, ESTERILIZADO, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO FILME IDENTIFICATIVO VISIVEL DO CALIBRE DO CATERER E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	2a	MED. Center Com. Ltda.	DESCARPACK	1,28	enviada	APROVADA	APROVADO	APROVADA	
		1a	Farmatex Comercial de Prod. Hosp. Ltda.	DESCARPACK	1,47	não enviada	DESCLASSIFICADO		Não enviado amostras para teste	
45	SCALP Nº23 CATERER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTRAVENOSO PERIFERICO COM AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, BISEL, CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO E SILICONIZADO, COM TAMPA REMOVIVEL QUE IMPEDE A TRANSPAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLASTICO FLEXIVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA, AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU PVC COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTEENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISIVEL DO CALIBRE DO CATERER E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	2a	MED. Center Com. Ltda.	DESCARPACK	1,48	enviada	APROVADA	APROVADA		
		1a	JoãoMED	VITAL GOLD	0,38	não enviada	DESCLASSIFICADO			
46	SCALP Nº23 CATERER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTRAVENOSO PERIFERICO COM AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, BISEL, CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO E SILICONIZADO, COM TAMPA REMOVIVEL QUE IMPEDE A TRANSPAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLASTICO FLEXIVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA, AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU PVC COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTEENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISIVEL DO CALIBRE DO CATERER E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	2a	classmed - eireli	NPH	0,386	enviado	DESCLASSIFICADO		Enviado amostras insuficientes para a realização do teste.	
		3a	MED. Center	SAFER	0,40	enviada	REPROVADO		Dispositivo de segurança difícil de manusear com uma unica não desliza, embalagem com abertura que rasga facilmente expondo todo material.	
47	SCALP Nº21 CATERER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTRAVENOSO PERIFERICO COM AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, BISEL, CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRIALMÁTICO, COM TAMPA REMOVIVEL QUE IMPEDE A TRANSPAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLASTICO FLEXIVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA, AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU PVC COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTEENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISIVEL DO CALIBRE DO CATERER E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	2a	classmed - eireli	NPH	0,41	enviado	DESCLASSIFICADO		Enviado amostras insuficientes para o teste. (1 scalp)	
		1a	JoãoMED	VITAL GOLD	0,39	não enviada	DESCLASSIFICADO		Não enviado amostras para teste	
		3a	MED. Center	SAFER	0,41	enviada	REPROVADO		Dispositivo de segurança difícil de manusear com uma unica não, não desliza, embalagem com abertura que rasga facilmente expondo todo material.	

Att,

Comissão de Padronização de produtos para Saúde 25/10/2019

Renata
 Renata
 Enfermeira
 COREN-SP Nº 10252

Maria
 Maria
 Enfermeira
 COREN-SP Nº 10252