

# RELAÇÃO DE ITENS COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

**Pregão 711/2019**

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	ETAPAS	EMPRESA Vencedora	Marca	VAL. UN.	AMOSTRAS	PARECER 1	PARECER 2	AVALIAÇÃO FINAL COMISSÃO	MOTIVO
1	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO 100 MM X 100 METROS. DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER COM POLIPROPILENO TUBULAR, COM BLOQUEIO BACTERICIDA EM TORNO DE 96% COM POROSIDADE E RESISTÊNCIA CONTROLADA, COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE, DEFINIDOS PELA	1ª 2ª 3ª	JoãoMED DIPROMED SAMA/SP PROD. HOSP.	VITAL PACK ADDPACK/AMC OR HOSPFLEX	35,00 35,54 35,80	não enviada não enviada enviada			DECLASSIFICADO DECLASSIFICADO APROVADA	não enviado amostras conforme solicitado no PE não enviado amostras conforme solicitado no PE
2	COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	1ª	Cirúrgica União	CRAL	0,20	enviada	APROVADO		APROVADO	
3	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 23 X 0,7 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFILADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂNULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE, SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.	1ª	Classmed – Eireli	LABOR I.	0,053	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
4	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO 200 MM X 100 METROS. DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER COM POLIPROPILENO TUBULAR, COM BLOQUEIO BACTERICIDA EM TORNO DE 96% COM POROSIDADE E RESISTÊNCIA CONTROLADA, COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE, DEFINIDOS PELA NORMA TÉCNICA DA ABNT	1ª 2ª	Macmed Soluções em Saúde LTDA RIADE SUPRIMENTOS MÉDICOS	VEDAMAX POLAR FIX	62,99 63,00	não enviada enviada			DECLASSIFICADO APROVADA	
5	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 30 X 0,7 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFILADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂNULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE, SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.	1ª 2ª	Classmed – Eireli JOAOMED	LABOR I. RYMCO	0,057 0,058	enviada não enviada	APROVADO	REPROVADO	REPROVADO DECLASSIFICADO	Houve dano muscular ao paciente não enviado amostras conforme solicitado no PE
6	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 30 X 0,7 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFILADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂNULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE, SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.	3ª 1ª 2ª	LUMAR COMERCIO Classmed – Eireli JOAOMED	DESCARPACK LABOR I. RYMCO	0,058 0,05 0,058	enviada enviada não enviada	APROVADA APROVADO		APROVADA REPROVADO DECLASSIFICADO	Houve dano muscular ao paciente não enviado amostras conforme solicitado no PE
7	CRESCENTE E DECRESCENTE, FEITO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), LIVRE DE BISFENOL, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUELAVEL QUE ACOPLA PERFEITAMENTE AO BICO DO FRASCO, CONEXÃO QUE SE ADAPTA COM SEGURANÇA AO EQUIPO, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, ATÓXICO, DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE MATERIAL RESISTENTE, LIVRE DE VAZAMENTO, DURANTE O USO, COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO	3ª 1ª 2ª	LUMAR COMERCIO Soma /SP Prod. Hosp. Nacional Comercial Hosp.	DESCARPACK NUTRI/BIOBAS E BIOFRASCO- NUTRI/BIOBAS E	0,058 0,55 0,57	enviada não enviada enviada	APROVADA		APROVADA DECLASSIFICADO APROVADA	

8	<p>SERINGA HIPODERMICA DE SEGURANCA, ESTERIL, DESCARTAVEL, USO UNICO, DE 20 ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUIDA POR CILINDRO, EMBOLO E GRADUACAO PRECISA. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZACAO INTERNA, BICO TIPO LUER SLIP (RETO), FLANGE E POR UM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRÉ-ACOPLOADO AO CORPO DA SERINGA (PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO QUE DEVE SER ACIONADO APÓS A UTILIZACAO DA SERINGA, EVITANDO ASSIM ACIDENTES COM MATERIAL PERFURO-CORTANTE). O EMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUACAO É DE 1ML NOS TRACOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRACOS CURTOS ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTEREIS. CONTEUDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO - OXIDO DE ETILENO, N° DO LOTE, DATA.</p>	1a	Fenix Com. De Prod. Hosp.	WILTEX	0,79	não enviada amostras suficientes				REPROVADO	não enviado amostras suficientes conforme solicitado no PE
9	<p>LUIVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M, AMBIDESTRA DE ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA, ISENTO DE QUALQUER DEFEITO, PULVERIZADA COM PÓ BIO - ABSORVÍVEL, CX C/100, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO</p>	2a	JOAOMED	SR	0,8	não enviada				DESCLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE
10	<p>SERINGA HIPODERMICA DE SEGURANCA, ESTERIL, DESCARTAVEL, USO UNICO, DE 20 ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUIDA POR CILINDRO, EMBOLO E GRADUACAO PRECISA. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZACAO INTERNA, BICO TIPO LUERLOK (ROSCA DUPLA), FLANGE E POR UM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRÉ-ACOPLOADO AO CORPO DA SERINGA (PROTETOR DE AGULHA ARTICULADO QUE DEVE SER ACIONADO APÓS A UTILIZACAO DA SERINGA, EVITANDO ASSIM ACIDENTES COM MATERIAL PERFURO-CORTANTE). O EMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUACAO É DE 1ML NOS TRACOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRACOS CURTOS ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTEREIS. CONTEUDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO - OXIDO DE ETILENO, N° DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO, REGISTRO NO</p>	1a	JoãoMED	SR	0,58	não enviada				DESCLASSIFICADO	
11	<p>AGULHA HIPODERMICA ESTÉRIL 20 X 5,5 HASTE EM AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA C/INDICADORA OCARETA, CÂNULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR OXÍDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO</p>	1a	Classmed – Eireli	SOLIDOR	0,053	enviada				REPROVADO	Baixo rendimento/ houve dano muscular ao paciente
12	<p>COLETOR PERFURCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, NA COR AMARELA CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELÃO ONDULADO NA COR BRANCA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPEL COUROICAIXA (EXTERNA E BANDEJA), PAPEL RÍGIDO/CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO) E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL – PRODUTO DENTRO DA NORMA DA ABNT NBR 13853, PROPORCIONANDO TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E USUÁRIO, APRESENTANDO DOBRAS DE FÁCIL MONTAGEM</p>	1a	Soma /SP Prod. Hosp.	DESCARBOX	2,13	não enviada				DESCLASSIFICADO	
		2a		DESCARBOX	2,16	enviada				REPROVADO	Produto sem resistencia o suficiente, apresentou memória de dobras em local não recomendado.

D. D.

	3ª	MED. Center	FLEXPELL	2,18	enviada	APROVADA		APROVADA	
13	1ª	Cirurgica KD LTDA	DESCARPACK	0,209	não enviada			DESCCLASSIFICADO	
	2ª	MED. Center Com. Ltda.	DERCARPACK	0,21	enviada	APROVADA	APROVADO	APROVADA	
14	1ª	Classmed – Eireli	NUGARD	14,78	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
	1ª	Soma /SP Prod. Hosp.	NEVOA	8,62	não enviada			DESCCLASSIFICADO	
15	2ª	Nacional Comercial Hospitalar	NATHY	8,62	enviada	APROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Produto possui linhas, não macio em sua integridade, solta fiapos.
	3ª	LUMAR COMERCIO	NORTEXTIL	8,64	não enviada			DESCCLASSIFICADO	
	4ª	C.B.S. Medico científica S/A	NATHALYAEUR O MED	8,93	enviada	REPROVADA		REPROVADO	Produto sem fiapos, embalagem de difícil abertura.
16	1ª	JoãoMED	ADVANTIVE	0,18	não enviada			DESCCLASSIFICADO	
	2ª	Cirurgica União	ADVANTIVE	0,19	enviada	APROVADA		APROVADA	
17	1ª	JoãoMED	ADVANTIVE	0,18	não enviada			DESCCLASSIFICADO	
	2ª	Cirurgica União	ADVANTIVE	0,19	enviada	APROVADA		APROVADA	
18	1ª	Classmed – Eireli	NUGARD	14,78	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	

19	<p>EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, QUE PERMITA O CONTROLE E DOSAGEM DO FLUXO. APRESENTA-SE COMO UM TUBO DE PVC FLEXÍVEL DE APROXIMADAMENTE 1500 MM, EM UMA EXTREMIDADE APRESENTA A CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM A PONTA PERFORANTE QUE SE ADAPTA TANTO A BOLSAS QUANTO AO FRASCO; NO MEIO DO TUBO SE LOCALIZA O REGULADOR DE FLUXO, O QUAL CONTROLA O GOTEJAMENTO E O FLUXO DA SOLUÇÃO; NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI O CONECTOR ESCALONADO O QUAL POSSIBILITA ENCAIXE EM VÁRIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, EVITANDO VAZAMENTOS.</p> <p>EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO 150 MM X 100 METROS, DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER COM POLIPROPILENO TUBULAR, COM BLOQUEIO BACTERICIDA EM TORNO DE 96% COM POROSIDADE E RESISTÊNCIA CONTROLADA, COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE, DEFINIDOS PELA NORMA TÉCNICA DA ABNT</p>	1ª	C. B. S. Medico científica S/A	DESCARPACK	0,630	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	APROVADO
20	<p>150 MM X 100 METROS, DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER COM POLIPROPILENO TUBULAR, COM BLOQUEIO BACTERICIDA EM TORNO DE 96% COM POROSIDADE E RESISTÊNCIA CONTROLADA, COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE, DEFINIDOS PELA NORMA TÉCNICA DA ABNT</p>	1ª	Macmed Soluções em Saúde LTDA	MEDIX	46,56	não enviada	DESCLASSIFICADO		DESCLASSIFICADO	
		2ª	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS	POLAR FIX	46,57	enviado	APROVADA	APROVADO	APROVADA	APROVADO
21	<p>ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA, COM ACABAMENTO PERFEITO EM FORMATO DE ESPÁTULA, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO X 1,4 CM DE LARGURA X 0,5 CM DE ESPESURA - PACOTE COM 100 UNIDADES</p>	1ª	Nacional Comercial Hosp. S.A.	ESTILO	2,47	enviada	REPROVADO		REPROVADO	Material quebrado/com bordas irregulares/ superfície não lisa.
		2ª	PHARMATEX COMERCIAL	TALGE	2,48	não enviada			DESCLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE
		3ª	MED CENTER	THEOTO	2,55	enviada			REPROVADO	Material quebrado/com bordas irregulares/ superfície não lisa./ + de 10% do produto quebrado
		4ª	Macmed Soluções em Saúde LTDA	TALGE	2,57	não enviada			DESCLASSIFICADO	
22	<p>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO PP - AMBIDESTRA DE ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA, ISENTO DE QUALQUER DEFEITO, PULVERIZADA COM PÓ BIO - ABSORVÍVEL, CX C/100, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO</p>	1ª	Classmed – Eireli	NUGARD	14,78	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
23	<p>ESPARADRAPO DE TECIDO 100% ALCODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE 10CMX4,5METROS DE COR BRANCA COM EXCELENTE ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE</p>	1ª	Farmatex Comercial de Prod. Hosp. Ltda.	FARMATEC/CIE X	5,25	não enviada			DESCLASSIFICADO	
		2ª	C. B. S. Medico científica S/A	ADPELE/MISSNER	5,27	enviada	APROVADO	APROVADO	REPROVADO	Produto com pouca aderência a pele.
		3ª	Classmed – Eireli	ADPELE/MISSNER	5,38	enviada			REPROVADO	Produto com pouca aderência a pele.
		4ª	GM Hospitalar	EMBRAMED	5,56	não enviada			DESCLASSIFICADO	



## Planilha 1

29	COM 5 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL, EXTREMAMENTE ABSORVENTE E MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E QUE NÃO SOLTE FIAPOS PACOTE COM 500 UNIDADES	2ª	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	America Medical	12,93	enviada	REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas, medidas fora do pedido, não absorvente o suficiente.
30	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. 15 X 30 CM, QUANDO FECHADA E 15 X 60CM QUANDO ABERTA, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO, COM ÓTIMA ABSORÇÃO, DE USO ÚNICO - PACOTE COM 01 UNIDADE	3ª	SOMAVSP Produtos Hospitalares	karina america	13,14	enviada	aprovada	APROVADO	APROVADA	Não atende as especificações técnicas
		1ª	Cirurgica União	AMERICA	1,30	enviada	APROVADO	APROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
31	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 70 INPM, PARA USO HOSPITALAR, EMBALAGEM DO FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 100 ML, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL E DE ODOOR CARACTERÍSTICO, DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO DO INMETRO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	2ª	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES	POLAR FIX	1,21	enviada			DESCLASSIFICADO	Não atende as especificações técnicas, enviado tamanho 15x30 aberta.
		3ª	LUMAR COMERCIO	AMERICA MEDICAL	1,22	não enviada				DESCLASSIFICADO
32	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8 INPM, EMBALAGEM DO FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO, LÍQUIDO LÍMPIDO E INCOLOR, DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO INMETRO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	4ª	Cirurgica RioClarense	AMERICA MEDICAL	1,28	não enviada			DESCLASSIFICADO	
		1ª	Cirurgica União	PROLINK	0,94	enviada		APROVADO	APROVADO	APROVADO
33	GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 0,5% ALCOÓLICA E UM ANTISÉPTICO TÓPICO INDICADO PARA ASSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO E PROCEDIMENTOS INVASIVOS, LAUDOS COM RESULTADOS SATISFATORIOS PARA: TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROÇÃO DERMICA; TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROÇÃO OCULAR; TESTES DE EFICÁCIA BACTERICIDA; DETERMINAÇÃO DE TEOR DE PRINCÍPIO ATIVO E PH E ESTUDO DE TOXICIDADE ORAL AGUDA. EMBALAGEM FLIP TOP COM 100ML.	1ª	Ind. e Com. De Prod. De Limpeza Macatuba Ltda.	FLOPS	4,35	enviada	APROVADO	APROVADO	APROVADO	
		1ª	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	FARMAX	1,68	enviada		APROVADO	APROVADO	APROVADO
34	GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE SOLUÇÃO A 2% E UM ANTISÉPTICO TÓPICO, INDICADO PARA ANTISSEPZIA DA PELE E MÃOS, LAUDOS COM RESULTADOS SATISFATORIOS PARA: TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROÇÃO DERMICA; TESTE DE IRRITABILIDADE E CORROÇÃO OCULAR; TESTES DE EFICÁCIA BACTERICIDA; DETERMINAÇÃO DE TEOR DE PRINCÍPIO ATIVO E PH E ESTUDO DE TOXICIDADE ORAL AGUDA. EMBALAGEM FLIP TOP COM 100ML.	1ª	Soma /SP Prod. Hosp.	SETMAX/FARM AX	1,95	não enviada				Não enviado amostras para teste
		2ª	Cirurgica RioClarense	VIC PHARMA	2,05	não enviada				
35	SOLUÇÃO ANTISÉPTICA AQUOSA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,2% PARA LIMPEZA DIÁRIA DA PELE ÍNTEGRA, COM AÇÃO ANTIFÚNGICA E BACTERICIDA, QUE ELIMINA AS BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E AS GRAM-NEGATIVAS. EMBALAGEM FLIP TOP COM 100ML.	3ª	LUMAR COMERCIO	FARMAX	2,08	enviada			APROVADO	
		1ª	Comercial cirurgica RioClarense Ltda.	CHLORCLEAR 0,2% /VIC PHARMA	1,33	não enviada				DESCLASSIFICADO
		2ª	P.S.DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI	RIOHEX/RIOQUI MICA	1,40	enviada	APROVADA	APROVADO	APROVADA	

D.

Planilha 1

36	ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO, DE 8 CM DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 13,3G CONFORME NBR 14096, COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA, CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO, SEM DESFIAMENTO LATERAL, COMPRESSÃO UNIFORME; ENFIAAMENTO PERFEITO; MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA 157 DO INMETRO E RDC Nº 207 DA ANVISA.	1ª	Farmatex Comercial de Prod. Hosp. Ltda.	ERIMAX	0,259	não enviada				DESCLASSIFICADO	Não enviado amostras para teste
		2ª	Comercial cirurgica Rioclarense Ltda.	Medgauze	0,26	não enviada		APROVADO	APROVADO	DESCLASSIFICADO	não enviado amostras conforme solicitado no PE
37	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO DE ALTO DESEMPENHO COM 4 ENZIMAS DE FORMULA ESTÁVEL E EQUILIBRADA COM CONCENTRAÇÃO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, POSSUINDO ALTO PODER DESENGORDURANTE, PROPORCIONAL A DILUIÇÃO DE USO, DE ÚLTIMA GERAÇÃO COM MENOR NÍVEL DE ESPUMA GARANTINDO A LIMPEZA DOS MATERIAIS SEMI CRÍTICOS E CRÍTICOS MESMO COM ALTA CARGA ORGÂNICA. NÃO CORROSIVO NEM IRRITANTE DERMICO OU OCULAR. 100% BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO.	3ª	Nacional Comercial Hosp.	POLAR FIX	0,26	enviada				APROVADO	
		1ª	Classmed – Eireli	KELLDRIN	15,69	enviada		APROVADO	APROVADO	APROVADO	
38	DETERGENTE NEUTRO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DESTINADOS A PRÉ LAVAGEM DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, O ÁCIDO SULFÔNICO E LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, SÃO OS ATIVOS QUE PROPORCIONAM A ESPUMA E REMOÇÃO DE SUJEIRA, DE PRONTO USO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, NÃO IRRITANTE E POSSUI PH NEUTRO.	1ª	Ind. e Com. De Prod. De Limpeza Macatuba Ltda.	TAMANI	3,00	enviada				REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
		2ª	Lumar Comércio de Produtos Farmaceuticos LTDA.	Ciclo Farma	3,45	enviada		REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
39	ESCOVA ANTIMICROBIANA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COM CERDAS EM NYLON MACIAS MEDINDO NO MÍNIMO 38 MM DE COMPRIMENTO E 12,7MM DE DIÂMETRO COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO ANATÔMICO E COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 18,4CM.	3ª	P.S.DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI	DETER- RIO/ RIOQUIMICA	9,94	enviada				APROVADA	
		1ª	Devant Care Comercial	DEVANT/SAFE MED	28,90	enviada		REPROVADA	APROVADO	REPROVADO	Possui cerdas distantes entre elas, impossibilitando limpeza fina.
40	ESPONJA PARA BANHO FORMATO ANATÔMICO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA, RESINA SINTÉTICA E MINERAL, FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE, MEDINDO 135 X 63 X 38 MM, COR AMARELA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA, CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES	2ª	P.S.DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI	ASPEN	29,00	enviada				APROVADA	
41	ESPONJA PARA BANHO FORMATO ANATÔMICO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA, RESINA SINTÉTICA E MINERAL, FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE, MEDINDO 135 X 63 X 38 MM, COR AZUL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA, CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES										

R. 10

## Planilha 1

42	ROLO MULTILUSO DE TOALHAS DESCARTÁVEIS COM LINHA LIMITADORA DE CORTE, EM FIBRAS DE POLIÉSTER E VISCOSE, GRAMATURA IDEAL PARA ABSORÇÃO DA ÁGUA, SUPERABSORVENTE, LIVRE DE BACTÉRIAS, FUNGOS E OUTROS MICROORGANISMOS, TOQUE SUAVE, SEM FIAPOS, SEM ADITIVOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MEDINDO NO MÍNIMO 20x23 CM.	1a	TY Bortholin Comercial Ltda.	LIFECLEAN	146,00	enviada	REPROVADA	REPROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Não atende as especificações técnicas
43	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOOPACO, AGULHA EM AÇO INOX, TRIFACETADO E SILICONIZADA, COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA-CATETER, TRAVA DE SEGURANÇA SISTEMA PASSIVO ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CODIFICADO POR CORES, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, ESTERILIZADO, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1a	MED. Center Com. Ltda.	DESCARPACK	1,28	enviada	APROVADO	NÃO TESTADO	APROVADO	APROVADO	
44	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOOPACO, AGULHA EM AÇO INOX, TRIFACETADO E SILICONIZADA, COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA-CATETER, TRAVA DE SEGURANÇA SISTEMA PASSIVO ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CODIFICADO POR CORES, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, ESTERILIZADO, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1a	Farmatex Comercial de Prod. Hosp. Ltda.	DESCARPACK	1,27	não enviada				DESCLASSIFICADO	Não enviado amostras para teste
45	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24, EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOOPACO, AGULHA EM AÇO INOX, TRIFACETADO E SILICONIZADA, COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA-CATETER, TRAVA DE SEGURANÇA SISTEMA PASSIVO ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CODIFICADO POR CORES, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, ESTERILIZADO, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO FILME CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2a	MED. Center Com. Ltda.	DESCARPACK	1,28	enviada	APROVADA	APROVADO	APROVADO	APROVADA	
46	SCALP Nº 23 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA EM AÇO INOXÍVEL, BISEL CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO E SILICONIZADO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEDIR A TRANSMISSÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO LEVEL, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA, AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU PVC COM ABERTURA ASÉPTICA, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO APOÓS O PROCEDIMENTO, RECORRENDO À AGULHA E EVITANDO	1a	JoãoMED	VITAL GOLD	0,38	não enviada				DESCLASSIFICADO	
		2a	classmed - eireli	NPH	0,386	enviado	APROVADA			DESCLASSIFICADO	Enviado amostras insuficientes para a realização do teste.
		3a	MED. Center	SAFER	0,40	enviada				REPROVADO	Dispositivo de segurança difícil de manusear com uma única mão, não desliza, embalagem com abertura que rasga facilmente expondo todo material
		4a	CIRURGICA UNIÃO	VITAL GOLD	0,42	enviada	APROVADA			APROVADA	
	SCALP Nº 21 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA EM AÇO INOXÍVEL, BISEL CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM TAMPA	1a	JoãoMED	VITAL GOLD	0,39	não enviada				DESCLASSIFICADO	Não enviado amostras para teste

Planilha1

47	<p>ITEM QUE NÃO ATENDE A NORMATIVA, COM TAMPÃO REMOVÍVEL QUE IMPEDE A TRANSPIRAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATOXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA; AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU PVC COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM AÇIONAMENTO APÓS O</p>	2ª	classmed - eireli	NPH	0,41	enviado	DESCCLASSIFICADO	Enviado amostras insuficientes para o teste. ( 1 scalp)
3ª	MED. Center	SAFER	0,41	enviada	REPROVADO	Dispositivo de segurança difícil de manusear com uma única mão, não desliza, embalagem com abertura que rasga facilmente expondo todo material.		
4ª	CIRURGICA UNIÃO	VITAL GOLD	0,42	enviada	APROVADA	APROVADA		

Att,

Comissão de Padronização de produtos para Saúde 12/11/2019

Carina D. Guimarães  
 Presidente  
 COREN-SP 373706

REGISTRO Nº 30530/2019  
 Registrado em 12/11/2019  
 REGISTRO Nº 30530/2019

B.