

RELAÇÃO DE ITENS COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Pregão 06/2020

IM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	ETAPAS	EMPRESA Vencedora	Marca	VAL. UN.	AMOSTRAS	PARECER 1	PARECER 2	AVALIAÇÃO FINAL COMISSÃO	MOTIVO
	ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO, PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR NÃO INVASIVA, DE BAIXO PESO, FORMADO COM TUBO EM "Y" MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA, COM FONE BIURCULAR EM COBRE CROMADO, COM PAR DE OLIVAS MACIAS E DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, UMA CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO E MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM ANEL ISOLANTE DE FRIO EM TODA A BORDA DE CONTATO E TUBO TRANSMISSOR DE SOM ROTATORIO CENTRAL EM COPOLÍSTERO, COM GARANTIA DE 1 ANO. Nº de Reg. ANVISA: 80401460001-1	1ª	MED CENTER COMERCIAL	PREMIUM	9,20	enviado	não aprovado		REPROVADO	Produto não atende integralmente o descritivo, baixa sensibilidade.
	UM MANÔMETRO ANEROIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS), EM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRACADEIRA EM NYLON LAVAVEL NAS MEDIDAS 51 X 14 CM, COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÉRA INSULADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, COM SELO NO IMETRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	1ª	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS	SOLIDOR	45,25	enviada	aprovado		APROVADO	
	ÓCULOS, ESTÉRIL, APROVÊNGO, DE USO ÚNICO, COM EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 2,0M EM PVC ATOXICO COM BAIXA DENSIDADE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, CONTEHNA REGULAGEM EM SUA EXTENSAO PARA MELHOR FIXAÇÃO, CONECTOR CAVIDADE NASAL DE ALTA QUALIDADE, MACIA, QUE FORNEÇA AJUSTE ANATÔMICO AS NARINAS E QUE NÃO GERE DANOS A MUCOSA DO PACIENTE, CONECTOR DE OXIGÊNIO TIPO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTEENDO REGISTRO NA ANVISA E DADOS CONFORME RDC 185 DE 2018.	1ª	ALTERMED MAT. MÉDICO	BIOSANI	0,744	enviado	não aprovado		REPROVADO	Não atende ao descritivo; Sistema de regulagem frágil, não se ajusta com segurança a face; não transparente.
	22412/2018 POSITIVO DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, BISEL CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO E SILICONIZADO, COM TAMPAS REMOVÍVEL QUE IMPEDIR A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPAS, AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU PVC COM ABERTURA ASEPTICA, CONTEENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO APÓS O PROCEDIMENTO, RECORRENDO A AGULHA E EVITANDO ACIDENTES.	1ª	CIR. FERNANDES	SAFER	0,30	Enviado 10 amostras			REPROVADO	Produto com dispositivo de segurança duro de ser acionado



<p>1) AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCARETA, CANULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO. CANHAO PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL. PROTETOR PLASTICO, ATOXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL, REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.</p>	1ª	CIR. UNIAO	SOLIDOR	0,05	enviada	aprovado	APROVADA	
<p>2) LÂMINA PARA MICROSCOPIA, 26 X 76 MM, NÃO REPRODUTÍVEL, SEM PONTA AGUDA, CONFORME NBR-14056-DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTEENDO FIO DE MARCAÇÃO, SEM DESFIAMENTO LATERAL, COM PRESSÃO UNIFORME, ENFAIXAMENTO PERFEITO, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTEENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA 157 DO INMETRO E RDC Nº 272 DA ANVISA.</p>	1ª	CIR. UNIAO	EXACTA	0,70	Não enviada	DESCLASSIFICADO	REPROVADO	Encontrado embalagens abertas atadura rasga com facilidade; lote e fabricação de difícil visualização e borrado.
<p>3) BARRA ANVISA-92-7G-CONFORME NBR-14056-DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTEENDO FIO DE MARCAÇÃO, SEM DESFIAMENTO LATERAL, COM PRESSÃO UNIFORME, ENFAIXAMENTO PERFEITO, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTEENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA 157 DO INMETRO E RDC Nº 272 DA ANVISA.</p>	1ª	MULTIHOSP COMERCIAL	ERIMAX	0,55	enviada	não aprovado	REPROVADO	Encontrado embalagens abertas atadura rasga com facilidade; lote e fabricação de difícil visualização e borrado.
<p>4) BARRA ANVISA-ESCALA DE 0-A-300-MMHG-GAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL, BRACADEIRA EM NYLON LAVAVEL NAS MEDIDAS 23 X 10 CM, COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PERA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, COM SELO NO METRO E GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICA.</p>	1ª	MACRO LIFE	PREMIUM	56,00	enviada	aprovada	APROVADA	

<p>0</p> <p>CONSTITUÍDO DE UM MANÔMETRO, ANERÓIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRACADEIRA EM NYLON LAVAVEL NAS MEDIDAS 60 X 17 CM, COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE, POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÉRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESPERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, COM SELO NO IMETRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p> <p>1</p> <p>ABERTURA MASSAGARA CIRURGICA-DESCARTAVEL COM ELASTICO, 100% POLIPROPILENO, BRANCA, CAMADA TRILHA DE PROTEÇÃO, NÃO ESTERIL, COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NÃO LIBERA FIAPOS, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO, COM SISTEMA DE SELAGEM ELTRÔNICA, EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E DE FÁCIL ABERTURA, COM PICOTE A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.</p> <p>2</p> <p>BANDA GEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, BEGE/REDONDO, NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER, CENTRALIZADO, COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E PAPEL SILICONADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CX COM 500 UNIDADES, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPOSTO DE LANCETA PERFORANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO COM FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, PERMITINDO A TROCA DE AR EM SISTEMA FECHADO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE INFUSÃO, CÂMARA GRADUADA DE 150 ML, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO PRECISA DO FLUXO DE ESCOAMENTO, CÂMARA FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES, INJETOR LATERAL AUTOCATRIZANTE EM "Y" CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO - 20 GOTAS/ML) TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, ESTERIL.</p> <p>1</p> <p>1ª</p> <p>C.B.S. MÉDICO</p> <p>DESCARPACK</p> <p>0,6875</p> <p>Enviado 10 amostras</p> <p>fabiano</p> <p>Aprovado</p> <p>APROVADO</p>	<p>1ª</p> <p>MACRO LIFE</p> <p>PREMIUM</p> <p>56,00</p> <p>enviado</p> <p>aprovada</p> <p>APROVADA</p>	<p>1ª</p> <p>NACIONAL HOSPITALAR</p> <p>SANRO</p> <p>0,86</p> <p>Enviado 5 amostras</p> <p>aprovada</p> <p>APROVADA</p>	<p>1ª</p> <p>MULTIHOSP COMERCIAL</p> <p>DESCARPACK</p> <p>0,09</p> <p>Enviado 1 pacote</p> <p>aprovado</p> <p>APROVADA</p>	<p>1ª</p> <p>C.B.S. MÉDICO</p> <p>BLOOD STOP</p> <p>0,018</p> <p>Enviado 1 pacote</p> <p>APROVADA</p> <p>APROVADA</p>				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

<p>5 LUVA-CIRURGICA-ESTERIL-Nº9-0-LUVAS FABRICADAS COM LATEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE. COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LATEX. PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS. ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. DESCARTÁVEL. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	1ª	JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Enviado 5 amostras	Aprovado	APROVADA	
<p>3 LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA TAMANHO P. LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS. LABORATORIAIS, HOSPITALARES E MÉDICAS. (EXCETO CIRURGIAS) CONFECIONADA EM RESINA VINÍLICA. NÃO ESTERILIZADA. SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, COMPRIMENTO 24 CM (APROXIMADAMENTE). HIPOALERGÊNICA. TESTADA CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 11193-2:2013 E REGISTRO ANVISA - CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	1ª	DIMEBRAS COMERCIAL	DESCARPACK	10,60	Não enviada		DESCLASSIFICADO	Não enviado amostr. para teste
<p>7 LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA TAMANHO M. LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E MÉDICAS. (EXCETO CIRURGIAS) CONFECIONADA EM RESINA VINÍLICA. NÃO ESTERILIZADA. SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, COMPRIMENTO 24 CM (APROXIMADAMENTE). HIPOALERGÊNICA. TESTADA CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 11193-2:2013 E REGISTRO ANVISA - CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	1ª	C.B.S. MÉDICO	DESCARPACK	9,45	Enviado 2 pacotes	aprovado	APROVADA	
<p>3 LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA TAMANHO S. LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E MÉDICAS. (EXCETO CIRURGIAS) CONFECIONADA EM RESINA VINÍLICA. NÃO ESTERILIZADA. SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO). AMBIDESTRA. SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, COMPRIMENTO 24 CM (APROXIMADAMENTE). HIPOALERGÊNICA. TESTADA CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 11193-2:2013 E REGISTRO ANVISA - CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	1ª	MONACO DISTRIBUIDOR A	DESCARPACK	9,75	Não enviada		DESCLASSIFICADO	

<p>0</p> <p>LUVA CIRÚRGICA-ESTÉRIL-Nº-6-5-LUVAS</p> <p>FABRICADAS COM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA</p>	1ª	JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Não enviada			DESCLASSIFICADO	
<p>1</p> <p>REBARBAÇÃO CABARROJETEIRA</p> <p>MICROFOPRE - FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA CONFECCIONADA EM TECIDO A BASE DE RAYON-ACETATO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA ACRILICA, EXCELENTE FIXAÇÃO, 5,0CM X 10M.</p>	1ª	MULTIHOSP COMERCIAL	MISSNER	2,95	Enviado 2 amostras	reprovado	aprovado	REPROVADO	Produto não apresenta boa fixação
<p>2</p> <p>MINISTÉRIO DA SAÚDE</p> <p>LUVA CIRÚRGICA-ESTÉRIL-Nº-8-5-LUVAS</p> <p>FABRICADAS COM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA</p>	1ª	ALTERMED MAT. MÉDICO	SR	0,14	Enviado 10 amostras	reprovado		REPROVADO	Não atende ao descritivo completamente; seu dispositivo de segurança: embalagem de difícil abertura, rasgando facilmente.
<p>3</p> <p>LUVA CIRÚRGICA-ESTÉRIL-Nº-7-0-LUVAS</p> <p>FABRICADAS COM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA</p>	1ª	JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Enviado 5 amostras	APROVADA		APROVADA	
<p>4</p> <p>LUVA CIRÚRGICA-ESTÉRIL-Nº-7-0-LUVAS</p> <p>FABRICADAS COM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	1ª	JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Enviado 5 amostras	APROVADA		APROVADA	



<p>5</p> <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N.º 7,5 LUVAS FABRICADAS COM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	1ª	JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Enviado 5 amostras	reprovado			Produto veio para análise em embalagem com elástico o que pode facilitar a perda da integridade do mesmo; as luvas estavam dobradas dificultando o calçamento correto.
<p>6</p> <p>MICROPORÉ - FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA CONFECCIONADA EM TECIDO À BASE DE RAYO-ACETATO, C COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA ACRÍLICA, EXCELENTE FIXAÇÃO 2,5CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA - COR BEGE ESTÉRIL, EMBALAGEM 60Mx100-PEÇAS AUXILIA NA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, APRESENTA FORMATO COM DUAS EXTREMIDADES FUNCIONAIS DIFERENTES, UMA EXTREMIDADE ARENDONADA E A OUTRA COM UMA REENTRANCIA, QUE ESTABELECE UMA BOA RELAÇÃO ANATÔMICA COM A SUPERFÍCIE DO COLO UTERINO FACILITANDO ASSIM A COLETA DE TODA A ECTOCERVIXE, MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESURA: 1,6MM; LARGURA: 16 MM E BOMBAMENTO DE 48 ML DE LINGUETA</p>	1ª	NACIONAL HOSPITALAR	CIEX	1,6	Não enviada		DESCLASSIFICADO	Não enviado amostrado para avaliação.	
<p>7</p> <p>PERMUTANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO, PERMITINDO A TROCA DE AR EM SISTEMA FECHADO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE INFUSÃO, CÂMARA GRADUADA DE 150 ML, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO PRECISA DO FLUXO DE ESCOAMENTO, CÂMARA FLEXÍVEL, BOMBAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES, INJETOR LATERAL AUTOCATRIZANTE EM "Y" CONTROLADOR DE FLUXO (GOTELAMENTO 60 GOTAS/ML) TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, APIROGÊNICO, ATOXICO, ESTÉRIL.</p>	1ª	NACIONAL HOSPITALAR	MEDSONDA	1,40	Não enviada		DESCLASSIFICADO	Não enviado amostrado	
<p>3</p> <p>FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LAMINAS DE COLPOCITOLOGIA (PORTA-LÂMINA DE MICROSCOPIA)</p>	1ª	ALTERMED MAT. MEDICO	JPROLAB	0,51	enviado	aprovado	APROVADO		
<p>2</p> <p>ALMOTOLIA NA COR AMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE DE 250 ML, AUTOMOTILIA EM POLIETILENO PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE A DESINFECÇÃO, COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR, TODOS PROVIDOS DE ENCAIXE PERFEITO EVITANDO VAZAMENTOS, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 250ML.</p>	1ª	MED CENTER COMERCIAL	JPROLAB	1,90	Enviado 1 amostra	aprovado	APROVADO		
<p>1</p>	1ª	MED CENTER COMERCIAL	JPROLAB	1,90	enviado	aprovado	APROVADO		

<p>COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEDIRIA A TRANSEXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA, AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU PVC COM ABERTURA ASEPTICA, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATERETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM AÇÃO IMEDIATA APOS O PROCEDIMENTO, RECOBRINDO A AGULHA E EVITANDO ACIDENTES.</p>	1ª	CIR. FERNANDES SAFER	0,30	enviada	REPROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Dispositivo de segurança duro para ser acionado
<p>MICROPORRE - FITA CIRÚRGICA HIPOTALERGICA CONFECCIONADA EM TECIDO A BASE DE RAYON-ACETATO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA ACRILICA, EXCELENTE FIXAÇÃO, 10CM X 4,5M. PRODUTO COM CAPA PROJETORA ACIONAR COM BISEL PRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCARETA, CÂNULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL. PROTECTOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.</p>	1ª	MULTIHOSP COMERCIAL DESCARPACK	0,05	Enviado	Aprovado	APROVADO	APROVADO	
<p>LANCEETA PARA LANCE TADOR - ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR, PENETRAÇÃO CONSISTENTE, FORMATO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS LANCE TADORES EXISTENTES, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO P, AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTOURNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRANCAS E/OU PROTUBERANCAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO. TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.</p>	1ª	MEDLEVENSO HN STERILANCE	0,0328	Enviado 1 CX	aprovado	APROVADA	APROVADA	Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.
<p>TAMANHO M, AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTOURNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRANCAS E/OU PROTUBERANCAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO. TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.</p>	1ª	MED CENTER COMERCIAL CRAL	0,61	enviado	REPROVADO	REPROVADO	REPROVADO	Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.

<p>ESPÉCULO VAGINAL-DESCARTÁVEL-NÃO-ESTÉRIL TAMANHO G, AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL E 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS</p> <p>ESCOVA CERVICAL-PARA COLPGCITOLOGIA-NÃO ESTÉRIL, PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDO-CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO (18 CM), ESCOVA COM CERDAS NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2 CM, BASE MAIS LARGA QUE O APÍCE E DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS. O DIÂMETRO MAIOR (CERDAS DA BASE DO CONE - 0,7 CM) E O DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO APÍCE DO CONE - 0,5 CM). COMPRIMENTO TOTAL 18 CM. COLETA PERIFÉRICA E NÃO COMPLETA DA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, NA COR AMARELA CONFECCIONADO A PARTIR DE: PAPELÃO ONDULADO NA COR BRANCA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPEL COURICOÇA EXTERNA E BANDEJA), PAPEL RÍGIDO/CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO) E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - PRODUZIDO DENTRO DA NORMA DA ABNT NBR 13853. PROPORCIONANDO TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO. GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E USUÁRIO.</p> <p>APRESENTANDO BOBINA DE FÁCIL MONTAGEM 70% HIDRATADO À BASE DE GEL, TRANSPARENTE, INODORO, ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS ADERENTES NAS MÃOS, ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA RÍGIDA (REFIL 800ML) QUE CONTENHA SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E RESISTENTE, E QUE QUANDO ACIONADO O DISPENSER A DOSAGEM SEJA DISPENSADA CORRETAMENTE ATÉ O FIM DA QUANTIDADE DO ALCOOL GEL SEM VAZAR OU ENTORTAR O ENCAIXE DA BOLSA, LACRADA COMPATÍVEL COM DISPENSADOR MEDINDO (26 Å 29 X 12 Å 12,5 X 11 Å 12 CM) (A X L X P); QUE LIBERE APROXIMADAMENTE 1ML POR ACIONAMENTO DA ALAVANCA, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME RDC 184 DE 22/10/2001 E RDC 302 DE 18 DE JUNHO DE 2006</p>	<p>1ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>CRAL</p>	<p>0,69</p>	<p>enviado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.</p>
<p>ESCOVA CERVICAL-PARA COLPGCITOLOGIA-NÃO ESTÉRIL, PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDO-CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO (18 CM), ESCOVA COM CERDAS NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2 CM, BASE MAIS LARGA QUE O APÍCE E DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS. O DIÂMETRO MAIOR (CERDAS DA BASE DO CONE - 0,7 CM) E O DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO APÍCE DO CONE - 0,5 CM). COMPRIMENTO TOTAL 18 CM. COLETA PERIFÉRICA E NÃO COMPLETA DA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, NA COR AMARELA CONFECCIONADO A PARTIR DE: PAPELÃO ONDULADO NA COR BRANCA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPEL COURICOÇA EXTERNA E BANDEJA), PAPEL RÍGIDO/CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO) E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - PRODUZIDO DENTRO DA NORMA DA ABNT NBR 13853. PROPORCIONANDO TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO. GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E USUÁRIO.</p> <p>APRESENTANDO BOBINA DE FÁCIL MONTAGEM 70% HIDRATADO À BASE DE GEL, TRANSPARENTE, INODORO, ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS ADERENTES NAS MÃOS, ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA RÍGIDA (REFIL 800ML) QUE CONTENHA SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E RESISTENTE, E QUE QUANDO ACIONADO O DISPENSER A DOSAGEM SEJA DISPENSADA CORRETAMENTE ATÉ O FIM DA QUANTIDADE DO ALCOOL GEL SEM VAZAR OU ENTORTAR O ENCAIXE DA BOLSA, LACRADA COMPATÍVEL COM DISPENSADOR MEDINDO (26 Å 29 X 12 Å 12,5 X 11 Å 12 CM) (A X L X P); QUE LIBERE APROXIMADAMENTE 1ML POR ACIONAMENTO DA ALAVANCA, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME RDC 184 DE 22/10/2001 E RDC 302 DE 18 DE JUNHO DE 2006</p>	<p>1ª</p>	<p>NACIONAL HOSPITALAR</p>	<p>KOLPLAST LTDA</p>	<p>1,38</p>	<p>Não Enviado</p>	<p>APROVADA</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>Não enviado amostrado para teste</p>
<p>ESCOVA CERVICAL-PARA COLPGCITOLOGIA-NÃO ESTÉRIL, PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDO-CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO (18 CM), ESCOVA COM CERDAS NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2 CM, BASE MAIS LARGA QUE O APÍCE E DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS. O DIÂMETRO MAIOR (CERDAS DA BASE DO CONE - 0,7 CM) E O DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO APÍCE DO CONE - 0,5 CM). COMPRIMENTO TOTAL 18 CM. COLETA PERIFÉRICA E NÃO COMPLETA DA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, NA COR AMARELA CONFECCIONADO A PARTIR DE: PAPELÃO ONDULADO NA COR BRANCA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPEL COURICOÇA EXTERNA E BANDEJA), PAPEL RÍGIDO/CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO) E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - PRODUZIDO DENTRO DA NORMA DA ABNT NBR 13853. PROPORCIONANDO TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO. GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E USUÁRIO.</p> <p>APRESENTANDO BOBINA DE FÁCIL MONTAGEM 70% HIDRATADO À BASE DE GEL, TRANSPARENTE, INODORO, ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS ADERENTES NAS MÃOS, ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA RÍGIDA (REFIL 800ML) QUE CONTENHA SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E RESISTENTE, E QUE QUANDO ACIONADO O DISPENSER A DOSAGEM SEJA DISPENSADA CORRETAMENTE ATÉ O FIM DA QUANTIDADE DO ALCOOL GEL SEM VAZAR OU ENTORTAR O ENCAIXE DA BOLSA, LACRADA COMPATÍVEL COM DISPENSADOR MEDINDO (26 Å 29 X 12 Å 12,5 X 11 Å 12 CM) (A X L X P); QUE LIBERE APROXIMADAMENTE 1ML POR ACIONAMENTO DA ALAVANCA, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME RDC 184 DE 22/10/2001 E RDC 302 DE 18 DE JUNHO DE 2006</p>	<p>1ª</p>	<p>C.B.S. MÉDICO</p>	<p>INDALABOR</p>	<p>8,28</p>	<p>Enviado 2 amostras</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto muito líquido, não atende as especificações descritivo.</p>
<p>ESCOVA CERVICAL-PARA COLPGCITOLOGIA-NÃO ESTÉRIL, PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDO-CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO (18 CM), ESCOVA COM CERDAS NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2 CM, BASE MAIS LARGA QUE O APÍCE E DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS. O DIÂMETRO MAIOR (CERDAS DA BASE DO CONE - 0,7 CM) E O DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO APÍCE DO CONE - 0,5 CM). COMPRIMENTO TOTAL 18 CM. COLETA PERIFÉRICA E NÃO COMPLETA DA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, NA COR AMARELA CONFECCIONADO A PARTIR DE: PAPELÃO ONDULADO NA COR BRANCA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPEL COURICOÇA EXTERNA E BANDEJA), PAPEL RÍGIDO/CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO) E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - PRODUZIDO DENTRO DA NORMA DA ABNT NBR 13853. PROPORCIONANDO TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO. GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E USUÁRIO.</p> <p>APRESENTANDO BOBINA DE FÁCIL MONTAGEM 70% HIDRATADO À BASE DE GEL, TRANSPARENTE, INODORO, ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS ADERENTES NAS MÃOS, ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA RÍGIDA (REFIL 800ML) QUE CONTENHA SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E RESISTENTE, E QUE QUANDO ACIONADO O DISPENSER A DOSAGEM SEJA DISPENSADA CORRETAMENTE ATÉ O FIM DA QUANTIDADE DO ALCOOL GEL SEM VAZAR OU ENTORTAR O ENCAIXE DA BOLSA, LACRADA COMPATÍVEL COM DISPENSADOR MEDINDO (26 Å 29 X 12 Å 12,5 X 11 Å 12 CM) (A X L X P); QUE LIBERE APROXIMADAMENTE 1ML POR ACIONAMENTO DA ALAVANCA, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME RDC 184 DE 22/10/2001 E RDC 302 DE 18 DE JUNHO DE 2006</p>	<p>1ª</p>	<p>C.B.S. MÉDICO</p>	<p>INDALABOR</p>	<p>7,13</p>	<p>não enviado</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>não enviado amostrado para teste</p>	

<p>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE PLÁSTICO ABS. ALTO IMPACTO. NA COR BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSIÇÃO. NO FORMATO RETANGULAR. COM DIMENSÕES DE 29 X 25 X 12 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PRESSÃO. COM UM KIT DE FIXAÇÃO CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. O OBJETO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM PAPEL TOALHA INTERFOLHA DE 2 DOBRAS, CUJA MEDIDA APROXIMADA É DE 23 X 20CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA.</p> <p>ABS. COM CAPACIDADE DE 800 ML. NA COR BRANCA. FORMATO RETANGULAR. MEDINDO (26 A 29 X 12 A 12,5 X 11 A 12 CM) (A X L X P). AÇIONAMENTO POR BOMBA DOSADORA (PRESSÃO). COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PRESSÃO. ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE REFIL DE 800 ML (BOLSA PLÁSTICA), DISPENSANDO RESERVATÓRIO. INCLUI KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA.</p>	1ª	ALTERMED MAT. MÉDICO	PREMISSE	22,60	reprovado	REPROVADO	Produto reprovado pois ao retirar o papel picoteia o mesmo, gastando quantidade maior que o necessário.
<p>DISPENSER PARA ÁGUA GEL. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 800 ML. NA COR BRANCA. FORMATO RETANGULAR. MEDINDO (26 A 29 X 12 A 12,5 X 11 A 12 CM) (A X L X P). COM DISPOSITIVO PARA AÇIONAMENTO POR AÇIONAMENTO MANUAL. COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PRESSÃO. FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS OU ADESIVO RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE REFIL DE 800 ML (BOLSA PLÁSTICA), SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O MESMO</p>	1ª	TY BORTHOLIN	PLESTIN	22,80	reprovado	REPROVADO	Produto com acionamento extremamente duro e saída em pequena quantidade.
<p>COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS. MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS. ESTÉRIL, EXTREMAMENTE ABSORVENTE E MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E QUE NÃO SOLTE FIAPÓS. PACOTE COM 10 UNIDADES.</p>	1ª	SOMA/SP PRODUTOS	CURAMAX/ MEDBRAS	0,34	Enviado 10 amostras aprovado	Reprovado REPROVADO	Produto acondicionado irregular na embalagem, deixando-a parcialmente dobrada, dificultando a pega unitária. Solta fiapos, não absorvente e macia e insuficiente.
<p>SABONETE CREMOSO ANTI-SÉPTICO TRICLOSANO 0,5% FRASCO 1 LITRO.</p>	1ª	PRIORITTA	CICLOFARMA	8,75	não aprovado	REPROVADO	Produto muito líquido, não atende as especificações de descritivo, recebido embalagem muito suja.

<p>DESINFETANTE HOSPITALAR DE PRONTO USO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. SUA FÓRMULA DEVERÁ CONTER HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO E ALCALINIZANTE EM VEÍCULO AQUOSO, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS EM AMBIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GALÃO COM 5 LITROS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE E VALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª	DIMEBRAS COMERCIAL	CICLOFARMA	8,30	Enviado 1 amostra	aprovado	APROVADA		O material enviado não atende o descritivo, foi enviado alcool líquido.
<p>ALCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.</p>	1ª	TY BORTHOLIN	TUPI	5,70	Enviado 1 amostra	reprovado	REPROVADO		
<p>ALCOOL ETILICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 1 LITRO. SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, USO ÚNICO, DE 20 ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLIO E GRADUAÇÃO PRECISA. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER SLIP (RETO), FLANGE E POR UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PREACOPPLADO AO CORPO DA SERINGA (PROTECTOR DE AGULHA ARTICULADO QUE DEVE SER ACIONADO APÓS A UTILIZAÇÃO DA SERINGA, EVITANDO ASSIM ACIDENTES COM MATERIAL PÉRFURO, CORTANTE), O ÊMBOLIO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SELO DO INMETRO. AG-INOX - COM BISEL TRIFRAGMENTADO E PONTA AFILADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂNULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL. PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.</p>	1ª	ALTERMED MAT. MÉDICO	SR	0,39	Enviado 1 amostra	reprovado	REPROVADO		Produto não atende o descritivo; não possui dispositivo de segurança.
<p>ESFARADRAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE 10CMX4,5METROS DE COR BRANCA COM EXCELENTE ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE</p>	1ª	MED CENTER COMERCIAL	SR	0,05	Enviado 10 amostras	reprovado	REPROVADO		Produto vencido para realização do teste.
<p>100% ALGODÃO, MED. 15 X 30 CM. QUANDO FECHADA É 15 X 60CM QUANDO ABERTA, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO, COM ÓTIMA ABSORÇÃO, DE USO ÚNICO - PACOTE COM 01 UNIDADE.</p>	1ª	NACIONAL HOSPITALAR	1,00	AMERICA	Enviado 10 amostras	aprovado	APROVADA		

<p>ESPUMA DE POLIURETANO-FIBRA SINTÉTICA: RESINA SINTÉTICA E MINERAL. FORMATO ANATOMICO. DUPLA FACE. MEDINDO 135 X 63 X 38 MM. COR AMARELA. DERMATOLOGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM MARCA NOME DO FABRICANTE E FANTASIA CNPJ E-MAIL. TELEFONE DO SAC. (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p>					DESERTO				
<p>RESINA SINTÉTICA E MINERAL. FORMATO ANATOMICO. DUPLA FACE. MEDINDO 135 X 63 X 38 MM. COR AZUL. DERMATOLOGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA. CNPJ. E-MAIL. TELEFONE DO SAC. (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.</p>					FRACASSADO				
<p>ROTO MULTITUSO DE TOLITAS DESCRITAVEIS COM LINHA LIMITADORA DE CORTE, EM FIBRAS DE POLIESTER E VISCOSO, GRAMATURA IDEAL PARA ABSORÇÃO DA ÁGUA, SUPERABSORVENTE, LIVRE DE BACTÉRIAS, FUNGOS E OUTROS MICROORGANISMOS. TOQUE SUAVE, SEM FLAPOS, SEM ADITIVOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. MEDINDO NO MÍNIMO 20X25 CM.</p>	1ª	TY BORTHOLIN	OBER	56,00	Enviado 1 pact			REPROVADO	Produto não atende descritivo
<p>MADEIRA, COM ACABAMENTO PERFEITO EM FORMATO DE ESPÁTULA, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO X 1,4 CM DE LARGURA X 0,5 CM DE ESPESSURA - PACOTE COM 100 UNIDADES</p>	1ª	NACIONAL HOSPITALAR	ESTILO	2,38	NÃO ENVIADA			DESCLASSIFICADO	

Att, Comissão de Padronização, 14/02/2020


