

RELAÇÃO DE ITENS COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Pregão 06/2020

M	DESCRIÇÃO TÉCNICA	ETAPAS	EMPRESA Vencedora	Marca	VAL. UN.	AMOSTRAS	OPINIÃO PARECER 1	OPINIÃO PARECER 2	AVALIAÇÃO FINAL COMISSÃO	MOTIVO
	ESTETOSCOPIO CARDIOLÓGICO, PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR NÃO INVASIVA, DE BAIXO PESO, FORMADO COM TUBO EM "Y" MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA, COM FONE BIURICULAR EM COBRE CROMADO, COM PAR DE OLIVAS MACIAS E DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, UMA CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO E MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM ANEL ISOLANTE DE FRIO EM TODA A BORDA DE CONTATO E TUBO TRANSMISSOR DE SOM ROTATÓRIO CENTRAL EM COBRE CROMADO, COM CALABANDA DE MONTAGEM.	1ª	MED CENTER COMERCIAL	PREMIUM	9,20	enviado	não aprovado		REPROVADO	Produto não atende integralmente o descritivo, baixa sensibilidade.
	UM MANÔMETRO ANERÓIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRACADEIRA EM NYLON LAVÁVEL NAS MEDIDAS 51 X 14 CM, COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE. POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÉRA INSUFLEDORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, COM SELO NO METRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICA.	1ª	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS	SOLIDOR	45,25	enviada	aprovado		APROVADO	
	ÓCULOS, ESTÉRIL-APROGENICO-DE USO ÚNICO, COM EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 2,0M EM PVC ATOXICO COM BAIXA DENSIDADE, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, CONTEMHA REGULAGEM EM SUA EXTENSAO PARA MELHOR FIXAÇÃO, CONECTOR CAVIDADE NASAL DE ALTA QUALIDADE, MACIA, QUE FORNEÇA AJUSTE ANATOMICO AS NARINAS E QUE NÃO GERE DANOS A MUCOSA DO PACIENTE, CONECTOR DE OXIGENIO TIPO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTEENDO REGISTRO NA ANVISA E DADOS CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	2ª	ESILVA BRINQUEDOS	LABOR IMPORT. SOLIDOR					MARCA JA APROVADA	
		1ª	ALTERMED MAT. MEDICO	BIOSANI	0,744	enviado	não aprovado		REPROVADO	Não atende ao descritivo; Sistema de regulagem frágil, não se ajusta com segurança a face; não transparente.
		2ª	JOAQUIM MED. COMERCIO	MEDSONDA	0,78				REPROVADO	

<p>COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INTRAVENOSO. PERIFÉRICO COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, ANGULADO, TRIFACETADO E SILICONIZADO. COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEDIR A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; ATÓXICO; CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA; AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO OU PVC COM ABERTURA ASEPTICA. CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO APÓS O PROCEDIMENTO, RECORRENDO A AGULHA E EVITANDO ACIDENTES.</p>	<p>1ª</p> <p>CIR. FERNANDES</p>	<p>SAFER</p>	<p>0,30</p>	<p>Enviado 10 amostras</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto com dispositivo de segurança duro de ser acionado</p>	
<p>AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFILADA CILÍNDRICA-OCARETA, CÂMULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE, SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO, CANHAO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.</p>	<p>1ª</p> <p>CIR. UNIAO</p>	<p>SOLIDOR</p>	<p>0,05</p>	<p>enviada</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADA</p>	
<p>LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM, NÃO LAPIDADA, COM PONTA FOSCA.</p>	<p>1ª</p> <p>CIR. UNIAO</p>	<p>EXACTA</p>	<p>0,70</p>	<p>Não enviada</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	
<p>REQUERER, COM 21.966.999-FORMA NBR 14936-DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA. BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO, SEM DESLIZAMENTO LATERAL; COMPRESSÃO UNIFORME; ENFAIXAMENTO PERFEITO; MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS; ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE TUBOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA 157 DO INMETRO E RDC Nº 207 DA ANVISA.</p>	<p>1ª</p> <p>MULTIHOSP COMERCIAL</p>	<p>ERIMAX</p>	<p>0,40</p>	<p>enviada</p>	<p>Não aprovado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Encontrado embalagens abertas atadura rasga com facilidade; lote e fabricação de difícil visualização e borrado.</p>
<p>REQUERER, COM 21.966.999-FORMA NBR 14936-DE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSÍVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA. BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO, SEM DESLIZAMENTO LATERAL; COMPRESSÃO UNIFORME; ENFAIXAMENTO PERFEITO; MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS; ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE TUBOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA 157 DO INMETRO E RDC Nº 207 DA ANVISA.</p>	<p>1ª</p> <p>MULTIHOSP COMERCIAL</p>	<p>ERIMAX</p>	<p>0,40</p>	<p>enviada</p>	<p>Não aprovado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Encontrado embalagens abertas atadura rasga com facilidade; lote e fabricação de difícil visualização e borrado.</p>

<p>REP0860-GOM-92-76-GONFORME NBR-14696-BE COR NATURAL COM 13 FIOS POR CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSIVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, BORDAS ACABADAS SEM COSTURA CONTEUDO FIO DE MARCAÇÃO, SEM DESFIAMENTO LATERAL, COMPRESSÃO UNIFORME, ENFAIXAMENTO PERFETO, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, ENROLADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR, CONTEENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA 157 DO INMETRO E RDC Nº 207 DA ANVISA.</p>	1ª	MULTIHOSP COMERCIAL	ERIMAX	0,55	enviada	não aprovado	REPROVADO	Encontrado embalagens abertas atadura rasga com facilidade; lote e fabricação de difícil visualização e borrado.
<p>LÍQUIDOS-EM ESCALA DE 0 A 300 MMHG-CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTENCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSIVEL, BRACADEIRA EM NYLON LAVAVEL NAS MEDIDAS 23 X 10 CM COM FECHO EM VELOCRO RESISTENTE, POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÉRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, COM SELO NO INMETRO E GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	1ª	MACRO LIFE	PREMIUM	56,00	enviada	aprovada	APROVADA	
<p>UTILIZA LIQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTENCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSIVEL, BRACADEIRA EM NYLON LAVAVEL NAS MEDIDAS 60 X 17 CM, COM FECHO EM VELOCRO RESISTENTE, POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÉRA INSUFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, COM SELO NO INMETRO E GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	1ª	MACRO LIFE	PREMIUM	56,00	enviado	aprovada	APROVADA	
<p>FDVA-GRUPO ESTERIL-Nº 6-HHVAS FABRICADAS COM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTAVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTEENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	1ª	NACIONAL HOSPITALAR	SANRO	0,86	Enviado 5 amostras	aprovada	APROVADA	

<p>MASGARA CIRURGICA-DESCARTAVEL COM ELASTICO, 100% POLIPROPILENO, BRANCA, CAMADA TRILHA DE PROTEÇÃO, NÃO ESTERIL, COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, ATOXICA E APIROGENICA, BOA RESISTENCIA MECANICA; NÃO LIBERA FAPPOS; DESCARTAVEL E DE USO UNICO, COM SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA, EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E DE FÁCIL ABERTURA, COM PICOTE A REPRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.</p>	1ª	MULTIHOSP COMERCIAL	DESCARPACK	0,09	Enviado 1 pacote	aprovado	APROVADA	
<p>BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE: BEGEREDONDO, NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIESTER, CENTRALIZADO, COM ADESIVO TERMOPLASTICO E PAPEL SILICONADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CX COM 500 UNIDADES. CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPOSTO DE LANGETA PERURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO COM FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, PERMITINDO A TROCA DE AR EM SISTEMA FECHADO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE INFUSÃO, CÂMARA GRADUADA DE 150 ML, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO PRECISA DO FLUXO DE ESCOMENTO, CÂMARA FLEXIVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES, INJETOR LATERAL AUTOCATRIZANTE EM "Y" CONTROLADOR DE FLUXO (GOTELAMENTO - 20 GOTAS/ML), TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, APIROGENICO, ATOXICO, ESTERIL.</p>	1ª	C.B.S. MÉDICO	BLOOD STOP	0,018	Enviado 1 pacote	aprovado	APROVADA	
<p>ESTERIL EVA CIRURGICA-ESTERIL Nº:0-LHVAS FABRICADAS COM LATEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LATEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTAVEL, PRODUTO DE USO UNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	1ª	JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Enviado 5 amostras	Aprovado	APROVADA	
<p>TAMANHO-PP-LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA-PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAS, HOSPITALARES E MÉDICAS (EXCETO CIRURGIAS) CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, NÃO ESTERILIZADA, SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO), AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, COMPRIMENTO 24 CM (APROXIMADAMENTE), HIPOALERGÊNICA, TESTADA CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 11193-2:2013 E REGISTRO ANVISA - CAIXA COM 100 UNIDADES</p>	1ª	DIMEBRAS COMERCIAL	DESCARPACK	10,60	Não enviada		DESCLASSIFICADO	Não enviado amostr. para teste
<p>DISMATH DISTRIBUIDOR</p>	2ª	MAXICOR		12,89				

<p>7</p> <p>TAMANHO-P-LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAS, HOSPITALARES E MÉDICAS (EXCETO CIRÚRGICAS) CONFECIONADA EM RESINA VINÍLICA, NÃO ESTERILIZADA, SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO), AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, COMPRIMENTO 24 CM (APROXIMADAMENTE), HIPOALERGÊNICA, TESTADA CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 11193-2:2013 E REGISTRO ANVISA - CAIXA COM 100 UNIDADES</p>	1ª	C.B.S. MÉDICO	DESCARPACK	9,45	Enviado 2 pacotes	aprovado	APROVADA		
<p>3</p> <p>TAMANHO-O-LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAS, HOSPITALARES E MÉDICAS (EXCETO CIRÚRGICAS) CONFECIONADA EM RESINA VINÍLICA, NÃO ESTERILIZADA, SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO), AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, COMPRIMENTO 24 CM (APROXIMADAMENTE), HIPOALERGÊNICA, TESTADA CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 11193-2:2013 E REGISTRO ANVISA - CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	1ª	MONACO DISTRIBUIDOR A	DESCARPACK	9,44	Não enviada	DESCCLASSIFICADO			
<p>2</p> <p>TAMANHO-O-LUVA-DE-SEGURANÇA-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAS, HOSPITALARES E MÉDICAS (EXCETO CIRÚRGICAS) CONFECIONADA EM RESINA VINÍLICA, NÃO ESTERILIZADA, SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO), AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, COMPRIMENTO 24 CM (APROXIMADAMENTE), HIPOALERGÊNICA, TESTADA CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 11193-2:2013 E REGISTRO ANVISA - CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	1ª	MONACO DISTRIBUIDOR A	DESCARPACK	9,90	Não enviada	DESCCLASSIFICADO			
<p>1</p> <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 5-5 LUVAS FABRICADAS COM LATEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LATEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E INERTE, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	1ª	JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Não enviada	DESCCLASSIFICADO			

	2ª NACIONAL HOSPITALAR	SAMP	0,85	reprovado	reprovado	REPROVADO	do, pois a embalagem da luva não vem acordada e a formação se faz necessário o profissional a adotar a posição para o uso do equipamento de proteção pessoal.	
1 MICROPORÉ - FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA CONFECIONADA EM TECIDO A BASE DE RAYON- ACETATO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA ACRILICA, EXCELENTE FIXAÇÃO, 5,00CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA.	1ª MULTIHOSP COMERCIAL	MISSNER	2,95	Enviado 2 amostras	reprovado	aprovado	REPROVADO DESCLASSIFICADO	Produto não apresenta boa fixação
DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, DE SMI CONFECIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, EMBOLÃO E GRADUAÇÃO PRECISA, O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUBER-LOCK, FLANGE E POR UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ-ACOPADO AO CORPO DA SERINGA (PROTECTOR DE AGULHA ARTICULADO QUE DEVE SER ACIONADO APÓS A UTILIZAÇÃO DA SERINGA, EVITANDO ASSIM ACIDENTES COM MATERIAL PERFUROCORTANTE), O EMBOLÃO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª ALTERMED MAT. MÉDICO	SR	0,14	Enviado 10 amostras	reprovado	REPROVADO	Não atende ao descrito completamente; seu dispositivo de segurança; embalagem de difícil abertura, rasgando facilmente.	
2ª FITTA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 85111VAS FABRICADAS COM LATEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LATEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL E INERTE ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.	2ª COM. RIOARENSE	BD	0,34	reprovado	reprovado	REPROVADO	REPROVADO	Não enviado amostra para teste
3ª LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL E INERTE ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.	1ª JOAOMED COMERCIO	NEW HAND	0,85	Enviado 5 amostras	aprovado	APROVADA	APROVADA	Não enviado amostra para teste
2ª SOMASP PRODUTOS	LIFEPLUS	0,99	reprovado	reprovado	REPROVADO	REPROVADO	Não enviado amostra para teste	

<p>4 LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL N° 7.0 LUVAS FABRICADAS COM LATEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE. COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LATEX, PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS. ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	<p>1ª</p>	<p>JOAOMED COMERCIO</p>	<p>NEW HAND</p>	<p>0,85</p>	<p>Enviado 5 amostras</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADA</p>	<p></p>
<p>5 LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL N° 7.5 LUVAS FABRICADAS COM LATEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE. COM BAIXO ÍNDICE DE PROTEÍNAS DO LATEX PARA MINIMIZAR REAÇÕES ALÉRGICAS. ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATÔMICO E LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. DESCARTÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM COM INDICAÇÃO DE ABERTURA.</p>	<p>1ª</p>	<p>JOAOMED COMERCIO</p>	<p>NEW HAND</p>	<p>0,85</p>	<p>Enviado 5 amostras</p>	<p>reprovado</p>	<p></p>	<p>Produto veio para análise em embalagem com elástico o que pode facilitar a perda da integridade do mesmo; as luvas estavam dobradas dificultando o calçamento correto.</p>
<p>3 MICROPORE - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA CONECCIONADA EM TECIDO A BASE DE RAYO-ACETATO, C COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA ACRILICA, EXCELENTE FIXAÇÃO 2,5CM X 10M. PRODUTO COM CAPA PROTETORA - COR BEGE</p>	<p>1ª</p>	<p>NACIONAL HOSPITALAR</p>	<p>CIEX</p>	<p>1,60</p>	<p>Não enviada</p>	<p></p>	<p>DECLASSIFICADO</p>	<p>Não enviado amostra para avaliação.</p>
<p>7 ESTÉRIL- EMBALAGEM COM 100 PEÇAS- AUXÍLIA NA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. APRESENTA FORMATO COM DUAS EXTREMIDADES FUNCIONAIS DIFERENTES. UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E A OUTRA COM UMA REENTRANCIA, QUE ESTABELECE UMA BOA RELAÇÃO ANATÔMICA COM A SUPERFÍCIE DO COLO UTERINO FACILITANDO ASSIM A COLETA DE TODA A ECTOCÉRVICE. MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESSURA: 1,6MM; LARGURA: 16 MM E</p>	<p>1ª</p>	<p>ALTERMED MAT. MÉDICO</p>	<p>THEOTO</p>	<p>0,048</p>	<p>Enviado 1 pacote</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADO</p>	<p></p>
<p>3 COMPENIMENTO TOTAL 178 MM LINGUETA PERFORANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO, PERMITINDO A TROCA DE AR EM SISTEMA FECHADO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE INFUSÃO. CÂMARA GRADUADA DE 150 ML. PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO PRECISA DO FLUXO DE ESCOAMENTO, CÂMARA FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES. INJETOR LATERAL AUTOCATARIZANTE EM "Y" CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO 60 GOTAS/ML), TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER SLIP PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, APIROGÊNICO, ATOXICO, ESTÉRIL.</p>	<p>1ª</p>	<p>NACIONAL HOSPITALAR</p>	<p>MEDSONDA</p>	<p>1,40</p>	<p>Não enviada</p>	<p></p>	<p>DECLASSIFICADO</p>	<p>Não enviado amostra</p>

<p>FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LAMINAS DE COLPOCITOLOGIA (PORTA-LAMINA DE MICROSCOPIA)</p>	<p>1ª</p>	<p>ALTERMED MAT. MEDICO MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>JPROLAB</p>	<p>0,51</p>	<p>enviado</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADO</p>	<p></p>
<p>ALMOTOLIA NA COR AMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUACAO EM ALTO RELEVO, BICO RETO. CAPACIDADE DE 250 ML.</p>	<p>1ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>JPROLAB</p>	<p>1,90</p>	<p>enviado</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADO</p>	<p></p>
<p>ALMOTOLIA EM POLIETILENO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE A DESINFECCAO, COM GRADUACAO EM ALTO RELEVO, COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR, TODOS PROVIDOS DE ENCAIXE PERFEITO EVITANDO VAZAMENTOS, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSAO, PRODUTO NAO ESTERIL, CAPACIDADE DE 250ML.</p>	<p>1ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>JPROLAB</p>	<p>1,90</p>	<p>enviado</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADO</p>	<p></p>
<p>COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTRA VENOSO PERFERICO COM AGULHA EM ACO INOXIDAVEL, BISEL CURTO, ANGULADO TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMATICO, COM TAMPA REMOVIVEL QUE IMPEDE A TRANSFEXACAO DA AGULHA, ASA DE PLASTICO FLEXIVEL E RESISTENTE, TUBO LEVE, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATOXICO, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPA, AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIOS EM UMA UNICA PECA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU PVC COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICACAO VISIVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DEVERA CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO APOS O PROCEEDIMENTO, RECOBRINDO A AGULHA E EVITANDO ACIDENTES.</p>	<p>1ª</p>	<p>CIR. FERNANDES</p>	<p>SAFER</p>	<p>0,30</p>	<p>enviada</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Dispositivo de seguranca duro para ser acionado</p>
<p>MICROPORRE - FITA CIRURGICA HIPOALERGICA CONFECCIONADA EM TECIDO A BASE DE RAYON-ACETATO, COM APLICACAO DE MASSA ADESIVA ACRILICA, EXCELENTE FIXACAO, 10CM X 4,5M. PRODUTO COM CAPA PROTETORA.</p>	<p>1ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>CIEX</p>	<p>4,60</p>	<p>Enviado 2 amostras</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADA</p>	<p></p>
<p></p>	<p>2ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p></p>	<p>enviada</p>	<p></p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Não enviado amostra para teste</p>
<p></p>	<p>2ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>MISSNER</p>	<p>3,08</p>	<p>enviada</p>	<p></p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Não enviado amostra para teste</p>

<p>AG-INOX- GOM BISET-TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCARETA, CÂMULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE, SUAVE E PERFEITO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS, PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL. PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.</p>	<p>1ª</p>	<p>MULTIHOSP COMERCIAL</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p>0,05</p>	<p>Enviado</p>	<p>Aprovado</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>	<p>Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.</p>
<p>LANCETA PARA LANCETADOR, ESSESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR, PENETRAÇÃO CONSISTENTE, FORMA TO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS LANCETADORES EXISTENTES, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE</p>	<p>1ª</p>	<p>MEDLEVENSO HN</p>	<p>STERILANCE</p>	<p>0,0328</p>	<p>Enviado 1 cx</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADA</p>	<p>APROVADA</p>	<p>Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.</p>
<p>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO P. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARA-FUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPECULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.</p>	<p>1ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>CRAL</p>	<p>0,58</p>	<p>enviado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.</p>
<p>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO M. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARA-FUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPECULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.</p>	<p>1ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>CRAL</p>	<p>0,61</p>	<p>enviado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.</p>
<p>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO G. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARA-FUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPECULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL E 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.</p>	<p>1ª</p>	<p>MED CENTER COMERCIAL</p>	<p>CRAL</p>	<p>0,69</p>	<p>enviado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto não condiz com o esperado, "parafuso" que abre o espéculo é duro, é necessário usar um gel.</p>

<p>ESCOVA CERVICAL PARA COLPOTECNOLOGIA NÃO ESTERIL, PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL. CARACTERÍSTICAS: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO (16 CM); ESCOVA COM CERDAS NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2 CM. BASE MAIS LARGA QUE O APICE E DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS. O DIÂMETRO MAIOR (CERDAS DA BASE DO CONE - 0,7 CM) E O DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO APICE DO CONE - 0,5 CM). COMPRIMENTO TOTAL 18 CM.</p>	<p>2</p>	<p>NACIONAL HOSPITALAR</p>	<p>KOLPLAST</p>	<p>0,97</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto muito largo causou desconforto e irritação</p>
<p>COLETOR PERIFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS. NA COR AMARELA. CONFECCIONADO A PARTIR DE: PAPELÃO ONDULADO NA COR BRANCA, REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPEL. CORTUR(CAIXA EXTERNA E BANDEJA), PAPEL RÍGIDO(CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO) E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - PRODUZIDO DENTRO DA NORMA DA ABNT NBR 13885. PROPORCIONANDO TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO E VAZAMENTO, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E USUÁRIO, APRESENTANDO DOBRAS DE FÁCIL MONTAGEM.</p>	<p>1ª</p>	<p>NACIONAL HOSPITALAR</p>	<p>KLEXPPELL</p>	<p>1,38</p>	<p>Não Enviado</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>Não enviado amostra para teste</p>
<p>HIGIENIZADOR ALCOOL-EM-GEL ALCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO À BASE DE GEL, TRANSPARENTE, INODORO, ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS ADERENTES NAS MÃOS. ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA RÍGIDA (REFIL 800ML) QUE CONTEHNA SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E RESISTENTE, E QUE QUANDO ACIONADO O DISPENSER A DOSAGEM SEJA DISPENSADA CORRETAMENTE ATÉ O FIM DA QUANTIDADE DO ALCOOL GEL SEM VAZAR OU ENTORTAR O ENCAIXE DA BOLSA. LACRADA, COMPATÍVEL COM DISPENSADOR MEDINDO (26 A 29 X 12 A 12,5 X 11 A 12 CM) (A X L X P), QUE LIBERE APROXIMADAMENTE 1ML POR ACIONAMENTO DA ALAVANCA. EMBALAGEM QUE CONTEHNA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME RDC 194 DE 22/10/2001.</p>	<p>1ª</p>	<p>C.B.S. MÉDICO</p>	<p>INDALABOR</p>	<p>8,28</p>	<p>Enviado 2 amostras</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto muito líquido, não atende as especificações de descritivo.</p>
<p>(CREMOSO)-SABONETE-LÍQUIDO CREMOSO DE ALTA QUALIDADE, COM FRAGRÂNCIA SUAVE, PH NEUTRO (5,5 A 8,5), VISCOSO À 20°C; PARA HIGIENE DAS MÃOS. NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DERMICA. BIODEGRADÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (REFIL), COM TAMPÁ SELADA, VALVULA ANTIENTUPIMENTO E ANTIVAZAMENTO, COMPATÍVEL COM DISPENSADOR MEDINDO (26 A 29 X 12 A 12,5 X 11 A 12 CM) (A X L X P), QUE LIBERE APROXIMADAMENTE 0,8 A 1 ML POR ACIONAMENTO DA ALAVANCA. EMBALAGEM QUE CONTEHNA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.</p>	<p>1ª</p>	<p>C.B.S. MÉDICO</p>	<p>INDALABOR</p>	<p>7,13</p>	<p>não enviado</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>DESCLASSIFICADO</p>	<p>não enviado amostra para teste</p>

<p>3</p> <p>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE PLÁSTICO ABS, ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSIÇÃO, NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 29 X 25 X 12 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PRESSÃO, COM UM KIT DE FIXAÇÃO CONTEENDO BUCHAS E PARAFUSOS; O OBJETO DEVERA SER COMPATÍVEL COM PAPEL TOALHA INTERFOUHA DE 2 DOBRAS, CUJA MEDIDA APROXIMADA É DE 23 X 20CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA.</p>	<p>1ª</p> <p>ALTERMED MAT. MÉDICO</p>	<p>PREMISSE</p>	<p>22,60</p>	<p>reprovado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>NAO HOUVE SAÍDA DE SABONETE LIQUIDO AO ACIONAR O DISPENSER</p> <p>Produto reprovado pois ao retirar o papel picoteta o mesmo, gastando quantidade maior que o necessário.</p>
<p>1</p> <p>ABS- COM CAPACIDADE DE 800 ML- NA COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO (26 A 29 X 12 A 12,5 X 11 A 12 CM) (A X L X P), ACIONAMENTO POR BOMBA DOSADORA (PRESSÃO); COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PRESSÃO; ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE REFIL DE 800 ML (BOLSA PLÁSTICA), DISPENSANDO RESERVATÓRIO; INCLUI KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTEENDO BUCHAS E PARAFUSOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA</p>	<p>1ª</p> <p>ALTERMED MAT. MÉDICO</p>	<p>PREMISSE</p>	<p>14,38</p>	<p>aprovado</p>	<p>APROVADA</p>	<p>APROVADA</p>	<p>APROVADA</p>	<p>Produto com acionamento extremamente duro e saída em pequena quantidade.</p>
<p>2</p> <p>DISPENSER PARA ATG001-GEI-66NFE66GNADO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 800 ML, NA COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO (26 A 29 X 12 A 12,5 X 11 A 12 CM) (A X L X P); COM DISPOSITIVO PARA GOTEJAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PRESSÃO; FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS OU ADESIVO RESISTENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE REFIL DE 800 ML (BOLSA PLÁSTICA), SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O MESMO</p>	<p>1ª</p> <p>TY BORTHOLIN</p>	<p>PLESTIN</p>	<p>22,80</p>	<p>reprovado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Produto acondicionado irregular na embalagem, deixando-a parcialmente dobrada, dificultando a pega unitária. Soltos fiapos, não absorvente e macia suficiente.</p>
<p>3</p> <p>COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DOBRAS, ESTERIL, EXTREMAMENTE ABSORVENTE E MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E QUE NÃO SOLTE FIAPOS - PACOTE COM 10 UNIDADES.</p>	<p>1ª</p> <p>SOMA/SP PRODUTOS</p>	<p>CURAMAX/ MEDBRAS</p>	<p>0,34</p>	<p>Enviado 10 amostras</p>	<p>aprovado</p>	<p>Reprovado</p>	<p>REPROVADO</p>	<p>Não enviado amostra para teste</p>

7	SABONETE CREMOSO ANTI-SÉPTICO TRICLOSANO 0,5% FRASCO 1 LITRO.	1ª	PRIORITTA	CICLOFARMA	8,75	não aprovado	REPROVADO	Produto muito líquido, não atende as especificações de descritivo, recebido embalagem muito suja.
3	DESINFETANTE HOSPITALAR DE PRONTO-USE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. SUA FÓRMULA DEVERÁ CONTER HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO E ALCALINIZANTE EM VEÍCULO AQUOSO, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS EM AMBIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GALÃO COM 5 LITROS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE E VALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA.	1ª	DIMEBRAS COMERCIAL	CICLOFARMA	8,30	Enviado 1 amostra	aprovado	APROVADA
3	ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	1ª	TY BORTHOLIN	TUPI	5,70	Enviado 1 amostra	reprovado	REPROVADO
)	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 1 LITRO	1ª	COM. RIOCLARENSE	JALLES MACHADO	35,2	Não enviado	reprovado	DESCLASSIFICADO
1	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, DE 20 ML, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA, O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER SLIP (RETO), FLANGE E POR UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉACOPPLADO AO CORPO DA SERINGA (PROTECTOR DE AGULHA ARTICULADO QUE DEVE SER ACIONADO APÓS A UTILIZAÇÃO DA SERINGA, EVITANDO ASSIM ACIDENTES COM MATERIAL PERFURO-CORTANTE), O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SELO DO INMETRO.	1ª	ALTERMED MAT. MÉDICO	SR	0,39	Enviado 1 amostra	reprovado	REPROVADO

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações	Resultado	Observações	Observações
2	AGO-INOX - COM-BISEL-FRANGIFABO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCARETA, CANULA SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO. COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS. PERMITINDO PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA. COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL. PROTETOR PLÁSTICO. ATÓXICO EM POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO.	MED CENTER COMERCIAL	SR	0,05		Enviado 10 amostras	reprovado	REPROVADO	Produto vencido para realização do teste.
3	ESPATULADO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE 10CMX4,5METROS DE COR BRANCA COM EXCELENTE ADERENCIA E FLEXIBILIDADE 100% ALGODÃO MED. 15 X 30 CM QUANDO FECHADA E 15 X 80CM QUANDO ABERTA, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO, COM OTIMA ABSORÇÃO. DE USO ÚNICO - PACOTE COM 01 UNIDADE	NACIONAL HOSPITALAR	5,10	MISSNER		Enviado 2 amostras	aprovada	APROVADA	
4	ESPUMA DE POLIURETANO-FIBRA SINTÉTICA. RESINA SINTÉTICA E MINERAL, FORMATO ANATÓMICO. DUPLA FACE. MEDINDO 135 X 63 X 38 MM. COR AMARELA. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA. CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.	NACIONAL HOSPITALAR	1,00	AMERICA		Enviado 10 amostras	aprovado	APROVADA	
5	RESINA SINTÉTICA E MINERAL, FORMATO ANATÓMICO. DUPLA FACE. MEDINDO 135 X 63 X 38 MM. COR AZUL. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA E HIPOALERGÊNICA. CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA. CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), PESO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE PRECAUÇÕES.					DESEJADO			
6	ROLO MULTUSO DE TOALHAS DESCARTÁVEIS COM LINHA LIMITADORA DE CORTES. EM FIBRAS DE POLIESTER E VISCOSE. GRAMATURA IDEAL PARA ABSORÇÃO DA ÁGUA. SUPERABSORVENTE, LIVRE DE BACTÉRIAS, FUNGOS E OUTROS MICROORGANISMOS. TOQUE SUAVE, SEM FIAPOS, SEM ADITIVOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. MEDINDO NO MÍNIMO 20X25 CM.	TY BORTHOLIN	OBBER	56,00		Enviado 1 pact	reprovado	REPROVADO	Produto não atende descritivo
7	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA, COM ACABAMENTO PERFEITO EM FORMATO DE ESPÁTULA, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO X 1,4 CM DE LARGURA X 0,5 CM DE ESPESURA - PACOTE COM 100 UNIDADES	NACIONAL HOSPITALAR	ESTILO	2,38		Não enviado		DECLASSIFICADO	

Att. Comissão de Padronização 13/03/2020

Carla Maria Gomes
Carla Maria Gomes
 SF 165364