



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO POR EMPRESA INTERESSADA NA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

Ref. Pregão Presencial nº 13/2018


Questionamento:

1) Na solicitação de BIPAP, não deixa claro se o modelo solicitado é o completo com modalidade controlada ou se é o BIPAP espontâneo e simples, isso impacta diretamente no suporte à vida dos pacientes em uso, uma vez que pode ser entregue e vencido BIPAP mais simples e o paciente necessitar de suporte ventilatório mais complexo. Podendo levar a óbito este paciente.

Resposta:

O equipamento BIPAP deverá ser com modalidade controlada, com troca dos acessórios (circuito e filtro), quando necessário.

Pederneiras, 27 de fevereiro de 2018.


LUIS CARLOS RINALDI
Secretário de Compras e Licitações