PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO
17280-065 - PEDERNEIRAS-SP
Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:

COMPRA DIRETA

Agrupamento 002686/2025

Razão Social: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ **Estado:** _____ **CEP:** _____

CNPJ: _____ **TeleFax:** _____ **Contato:** _____

I.E.: _____ **e-mail:** _____ **Site:** _____

Entrega do Orçamento: ____ /____ / _____ **Hora:** ____:____

Unidade Requisitante:

Item	Código	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.59.11.0047-7	UN - Unidade	1			

AUTOCLAVE HORIZONTAL, PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO. GABINETE EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304–18/8, COM MÍNIMO 18 LITROS, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS ARAMADAS EM INOX, REMOVÍVEIS, PERMITEM A LIMPEZA TOTAL DA CÂMARA INTERNA; RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO INTERNA ANTIOXIDANTE. PORTA DA CÂMARA EM AÇO INOX COM GRANDE RESISTÊNCIA A PRESSÃO; SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO; PORTA COM BARREIRA EXTERNA EM CHAPA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ESTRUTURADO, TRAVAMENTO DA PORTA COM SISTEMA DESLIZANTE. ABASTECIMENTO MANUAL DA CÂMARA COM ÁGUA DESTILADA, VÁLVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CONTRA SOBRE PRESSÃO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CASO ULTRAPASSE DE 3,0 KGF/CM2 E SENSOR DE SOBRE AQUECIMENTO DESLIGA AUTOMATICAMENTE A RESISTÊNCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO; POTÊNCIA DE 1700 W. PAINEL DE COMANDO DIGITAL INDICA SE A PORTA ESTÁ ABERTA OU FECHADA, LED HEAT INDICA SE A RESISTÊNCIA ESTÁ LIGADA OU DESLIGADA; TECLA START PARA INÍCIO DO CICLO; CHAVE LIGA/DESLIGA; PAINEL DIGITAL INDICA TEMPO, TEMPERATURA E PRESSÃO DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. DOIS CICLOS ESTERILIZAÇÃO PADRÃO PRÉ-PROGRAMADA APÓS ATINGIR A PRESSÃO E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO COM UM CICLO DE 5 MINUTOS, VAPOR SATURADO DE ÁGUA A 134ºC DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE 2,3KGF/CM2 PARA MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DESEMBALADOS, ENVELOPADOS E EMPACOTADOS E UM CICLO DE 20 MINUTOS, VAPOR SATURADO DE ÁGUA A 121ºC DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE 1,7KGF/CM2 PARA MATÉRIAS SENSÍVEIS A TEMPERATURA ELEVADA. 2 DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA ANTES DE INICIAR OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTÃO AUTOMÁTICA E A AUTOCLAVE ENTRA AUTOMATICAMENTE EM CICLO DE SECAGEM COM A PORTA FECHADA POR TEMPO REGULADO DE 20 ATÉ 60 MINUTOS COM A SEGUNDA RESISTÊNCIA AUXILIAR EXTERNA LIGADA E USO FILTRO DE AR BACTERICIDA, MANTENDO A CÂMARA EM TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 100º (+/-10%), ATÉ O FIM DO CICLO DE SECAGEM.

2	1.59.14.0093-4	CX - Caixa	1			

INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - CAIXA COM 50 UNIDADES

Total da Estimativa

Obs da Cotação

Condição de Pagamento: _____ **Não inferior a 30 dias**

Validade da Proposta: _____ **Não inferior a 30 dias**

Prazo de Entrega: _____

Garantia: _____

_____

Responsável pela empresa