




Pederneiras, 01 de Abril de 2021


Conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, na data de 25 de Março de 2021 às 07:00h, na Unidade de Saúde da Família "Waldomiro Fernandes Mateus", foram realizados testes de glicemia capilar com aparelhos fornecidos para testes. No momento dos testes, os pacientes apresentavam-se para realização de coleta de material pelo Laboratório Vida de Pederneiras e logo em seguida dirigiam-se para realização da glicemia capilar. Os aparelhos foram identificados como: Aparelho 01 (NSGJ00124079) e Aparelho 02 (NSGJ00124078) e tiras reagentes com lote SGDH201008-1. Os resultados obtidos foram colocados em planilhas conforme anexo no documento.

Considerando os resultados obtidos e resultados fornecidos pelo laboratório Vida;


Considerando "A Norma ISO 15197:2013 rege que "95% dos testes de glicemia realizados nos glicosímetros vendidos no Brasil não podem apresentar variação glicêmica maior do que 15% quando comparados aos testes realizados em laboratórios" (ISO, 2003)", os aparelhos utilizados no teste demonstraram-se satisfatórios.


Graziela Cristiane Gaziro
Enfermeira
COREM-SP 282.186
CNS 080613004600158

Enfermeira -COREN-SP 282.186


Paula Gomes da Silva
Enfermeira
COREN-SP 165364
Secretária Municipal de Saúde





QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MEDIÇÕES DE GLICEMIA

NOME	PRONTUÁRIO	RESULTADO LABORATÓRIO VIDA (MG/DL)	VARIÇÃO TOLERADA (MÁXIMA)	VARIÇÃO TOLERADA (MÍNIMA)	APARELHO 1 NSGJ00124079 TIRAS LT SGDH201008-1 (MG/DL)	STATUS	APARELHO 2 NS GJ00124078 TIRAS LT SGDH201008-1 (MG/DL)	STATUS
JULIANA	25365	97	111,55	82,45	101	OK	106	OK
DALETE	16066	109	125,35	92,65	110	OK	112	OK
KAREN	8055	94	108,10	79,90	80	OK	80	OK
NATÁLIA	32370	94	108,10	79,90	116	FORA	118	FORA
ANA MARTA	24326	91	104,65	77,35	95	OK	86	OK
RAFAELA	25318	90	103,50	76,50	99	OK	98	OK
SIMONE	27888	95	109,25	80,75	96	OK	97	OK
ILZA	3709	74	85,10	62,90	85	OK	91	FORA
VANESSA	35990	115	132,25	97,75	119	OK	110	OK
GRACIEL	10883	86	98,90	73,10	97	OK	92	OK
HELENA	10885	101	116,15	85,85	123	FORA	127	FORA
HILDETE	19996	133	152,95	113,05	143	OK	146	OK
JUSSARA	7716	105	120,75	89,25	125	FORA	129	FORA
SUELI	4021	101	116,15	85,85	112	OK	110	OK
IRENE	20385	144	165,60	122,40	146	OK	161	OK
ANTONIO	19994	87	100,05	73,95	100	OK	105	FORA
CARLITO	24248	92	105,80	78,20	113	FORA	99	OK
IZABEL	46565	103	118,45	87,55	103	OK	107	OK
VINICIUS	62954	95	109,25	80,75	94	OK	90	OK

Total de resultados
irregulares: 04 (21,05%)

Total de resultados
irregulares: 05 (26,31%)



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... JULIANA CRISTINA SABINO FERREIRA
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096107
34A 4M 24D
Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 97

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 06/06/2016
89 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096107P0120210325170409229

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... DALETE MELCHIADES GARCIA
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096099
49A 10M 2D
Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... **109** mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Observação:.. Resultado repetido e confirmado na mesma amostra.

Histórico:..... 11/01/2019
99 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096099P0120210326173319343

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Duvidas, entre em contato com o laboratório.

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... KAREN GUIMARAES DOS SANTOS

Pedido.. 010096098

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

22A 11M 15D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 94

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 06/02/2015
95 mg/dL


Data de Emissão: 29 de março de 2021

Assinado Digitalmente

009261010096098P0120210325170442785

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... NATALIA ALINE DOS SANTOS

Pedido.. 010096101

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

25A 5M 15D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 94

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association


Histórico:..... 08/08/2018
84 mg/dL

14/04/2018
104 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096101P0120210325170335972

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

É interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnica



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... ANA MARTA SILVA ALEIXO
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096091
35A 10M 27D
Convênio. SUS-01

Glicose


Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 91 mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente
009261010096091P0120210326173349587


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342
A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... LEANDRO DE PAULA

Pedido.. 010096108

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

34A 10M 3D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 90

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association

Data de Emissão: 29 de março de 2021

Assinado Digitalmente

009261010096108P0120210325170333919

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

* Interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... SIMONE APARECIDA BERNARDO
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096093
48A 1M 13D
Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 95

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 22/11/2019
98 mg/dL

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096093P0120210325170411555
CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

Este exame ou resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... ILZA CORREIA DA SILVA CASSARO
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096092
55A 4M 6D
Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 74 mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 20/12/2018
90 mg/dL


17/11/2017
81 mg/dL

19/10/2016
83 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096092P0120210325170410267

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... VANESSA DE PAULA
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096094
38A 4M 4D
Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 115 mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Observação:.. Resultado repetido e confirmado na mesma amostra.

histórico:.....	20/03/2020	01/07/2019	31/08/2017
	259 mg/dL	251 mg/dL	83 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096094P0120210326173320524


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342
A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... GRACIEL MELCHIADES NETO
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096103

71A 9M 23D

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 86

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 20/02/2019
93 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096103P0120210325170338312

CNPJ: 51526461/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... HELENA VALENTIN MELCHIADES

Pedido.. 010096102

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

71A 1M 2D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 101

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 24/02/2021
104 mg/dL

15/12/2020
87 mg/dL

26/06/2020
85 mg/dL


Data de Emissão: 29 de março de 2021

Assinado Digitalmente

009261010096102P0120210325170337178

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnica



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... HILDETE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

Pedido.. 010096097

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

70A 11M 19D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 133

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association

Data de Emissão: 29 de março de 2021

Assinado Digitalmente

009261010096097P0120210325170441712

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnica



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... JUSSARA APARECIDA CORREA

Pedido.. 010096105

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

55A 7M 20D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 105 mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association

Observação:.. Resultado repetido e confirmado na mesma amostra.


Data de Emissão: 29 de março de 2021

Assinado Digitalmente

009261010096105P0120210326173350867

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(ã). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... SUELI APARECIDA HERNANDEZ
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096106

47A 10M 23D

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 101 mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 30/01/2018
101 mg/dL

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096106P0120210325170408165

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... IRENE APARECIDA GIMENES DE PAULA

Pedido.. 010096100

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

68A 8M 24D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 144

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 06/11/2020
292 mg/dL

04/09/2018
243 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021

Assinado Digitalmente

009261010096100P0120210325170334948

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

Pedido.. 010096096

Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA

71A 0M 16D

Data da Entrada... 25/03/2021

Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado

Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 87

mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL

Intolerantes: 100 a 125 mg/dL

Diabéticos: Superior a 125 mg/dL

Ref: American Diabetes Association

Data de Emissão: 29 de março de 2021

Assinado Digitalmente

009261010096096P0120210325170439338

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnica



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... CARLITO FERNANDES DE OLIVEIRA
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096104
69A 1M 19D
Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 92 mg/dL

Valores Referenciais


Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Histórico:..... 14/08/2020
105 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096104P0120210325170407181

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... IZABEL APARECIDA FRANCISCO
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096095
39A 11M 8D
Convênio.. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 103 mg/dL

Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Observação:.. Resultado repetido e confirmado na mesma amostra.

Histórico:.....	21/02/2019	20/08/2018	18/10/2017
	92 mg/dL	98 mg/dL	102 mg/dL

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096095P0120210326173348472

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnico



LABORATÓRIO VIDA



Paciente..... VINICIUS SILVA TEK
Dr(a)..... LILIAM SANTOS CABRERA
Data da Entrada... 25/03/2021

Pedido.. 010096090
21A 0M 21D
Convênio. SUS-01

Glicose

Material biológico: Soro refrigerado
Método: Enzimático Colorimétrico _ Oxidase _ TRINDER

Resultado..... 95

mg/dL


Valores Referenciais

Normal: 70 a 99 mg/dL
Intolerantes: 100 a 125 mg/dL
Diabéticos: Superior a 125 mg/dL
Ref: American Diabetes Association

Data de Emissão: 29 de março de 2021
Assinado Digitalmente 009261010096090P0120210325170444057

CNPJ: 51526481/0001-04 / CNES: 2790939 / Reg. CRF: 012342

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico - epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.


Dra. Célia Regina Berbel
CRF-SP 09272 - Responsável Técnica