



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP
PREGÃO 90146/2024

Às 14:21 horas do dia 23 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JONILCE PRANAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 5842/2024, Pregão nº 90146/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos odontológicos, novos, sem uso.		
Entrega de propostas:	De 06/12/2024 às 08:00 até 19/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:11	Bom dia a todos.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:19	Em breve iniciaremos a fase de lances
Sistema	19/12/2024 às 09:00:27	Fiquem todos atentos e conectados.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:32	Bom trabalho a todos.
Sistema	19/12/2024 às 09:29:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/12/2024 às 09:29:35	Encerrada a fase de lances, procederei com a negociação dos itens.
Sistema	19/12/2024 às 10:22:19	Os valores ofertados estão abaixo do estimado e todos são considerados aceitáveis.
Sistema	19/12/2024 às 10:22:27	Procederei agora com a convocação do envio da Proposta Ajustada aos últimos valores ofertados para os itens, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema	19/12/2024 às 10:22:34	As propostas deverão apresentar a descrição dos equipamentos, marca/modelo e prazo de garantia. O prazo de garantia dos equipamentos cotados deverá obedecer ao disposto no Anexo 01 - Termo de Referência.
Sistema	19/12/2024 às 10:22:42	Deverão apresentar também como documentos complementares, conforme previsto no Termo de Referência: Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Manual do proprietário, Site do fabricante, Apresentação Fôlder técnico, ou prospecto técnico ou catálogo do produto com descritivo /especificação técnica.
Sistema	19/12/2024 às 10:22:51	A empresa terá prazo de 2 horas para apresentar a proposta e os documentos complementares. Se desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação.
Sistema	19/12/2024 às 11:30:34	Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 11:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2024 às 11:30:51	Retornaremos às 13h para iniciarmos a análise dos documentos enviados.
Sistema	19/12/2024 às 13:01:06	Boa tarde a todos.
Sistema	19/12/2024 às 13:01:21	Iniciarei a análise das Propostas e Documentos Complementares enviados pelos licitantes.
Sistema	19/12/2024 às 13:02:10	Os documentos também serão encaminhados à Equipe Técnica designada pelo Termo de Referência, para análise técnica dos produtos.
Sistema	19/12/2024 às 13:29:23	O item 7 encontra-se em situação de empate. Será necessário retornar à fase fechada de lances para o desempate. Peço que os licitantes CIRURGICA JM e ODONTOMASTER fiquem atentos e conectados.
Sistema	19/12/2024 às 16:00:10	As propostas foram enviadas para a Equipe Técnica para análise, e os profissionais já iniciaram a análise. Peço que aguardem até que seja concluída.
Sistema	19/12/2024 às 16:47:41	Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão.
Sistema	19/12/2024 às 16:48:36	Fica marcado o retorno da sessão para amanhã, 20/12/2024, às 09h. Ao retornarmos informarei o resultado da análise técnica e prosseguiremos com o processo.
Sistema	19/12/2024 às 16:48:44	Boa tarde e até amanhã.
Sistema	20/12/2024 às 09:02:09	Bom dia a todos.
Sistema	20/12/2024 às 09:03:03	A análise técnica foi realizada, e seguem os resultados.
Sistema	20/12/2024 às 09:03:17	Foram aprovados os itens 01, 02, 05, 06 e 07.
Sistema	20/12/2024 às 09:03:31	O item 03 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de INTENSIDADE DE POTÊNCIA, pois possui 1250mW/cm, inferior aos 2500 mW/cm exigidos em edital. O produto ofertado também não possui 2 tipos de modo de trabalho, conforme exigido.
Sistema	20/12/2024 às 09:03:51	O item 04 foi REPROVADO pois não possui reservatório de pó removível, possui painel horizontal, e possui reservatório de 500ml, inferior ao de 1 litro exigido em edital.
Sistema	20/12/2024 às 09:04:01	O item 08 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de potência, pois tem 1800 Watts, inferior aos 2000 Watts exigidos em edital. O produto também tem reservatório manual de 500 ml, inferior aos 5 litros do edital, que também exige que seja automático
Sistema	20/12/2024 às 09:04:01	O item 08 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de potência, pois tem 1800 Watts, inferior aos 2000 Watts exigidos em edital. O produto também tem reservatório manual de 500 ml, inferior aos 5 litros do edital, que também exige que seja automático
Sistema	20/12/2024 às 09:04:17	O item 08 foi REPROVADO pois não atendeu os requisitos de potência, pois tem 1800 Watts, inferior aos 2000 Watts exigidos em edital. O produto também tem reservatório manual de 500 ml, inferior aos 5 litros do edital, que também exige que seja automático
Sistema	20/12/2024 às 09:04:31	Os fornecedores que tiveram as propostas reprovadas serão desclassificados dos itens, e retornaremos agora com a negociação.
Sistema	20/12/2024 às 10:02:14	Em nova análise do item 05, foi verificado que o produto ofertado tem potência de 1200 W, abaixo dos 1700 W exigidos em edital. Portanto as empresas que ofertaram o equipamento da marca ALT no modelo 21L serão desclassificadas no item.
Sistema	20/12/2024 às 10:23:00	Procederei agora com a convocação do envio da Proposta Ajustada aos últimos valores ofertados para os itens, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema	20/12/2024 às 10:23:07	As propostas deverão apresentar a descrição dos equipamentos, marca/modelo e prazo de garantia. O prazo de garantia dos equipamentos cotados deverá obedecer ao disposto no Anexo 01 - Termo de Referência.
Sistema	20/12/2024 às 10:23:16	Deverão apresentar também como documentos complementares, conforme previsto no Termo de Referência: Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Manual do proprietário, Site do fabricante, Apresentação Folder técnico, ou prospecto técnico ou catálogo do produto com descritivo /especificação técnica.
Sistema	20/12/2024 às 10:23:24	A empresa terá prazo de 2 horas para apresentar a proposta e os documentos complementares. Se desejarem, poderão apresentar também os Documentos de Habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2024 às 11:31:30	Informo que respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão. Retornaremos às 13h.
Sistema	20/12/2024 às 13:01:16	Boa tarde a todos.
Sistema	20/12/2024 às 13:01:27	Encaminharei agora para análise técnica os documentos enviados.
Sistema	20/12/2024 às 15:47:13	As propostas foram enviadas à equipe técnica para análise. Peço que aguardem um momento, até que a análise seja concluída
Sistema	20/12/2024 às 16:46:56	Recebemos o resultado da análise técnica dos produtos ofertados.
Sistema	20/12/2024 às 16:47:20	O produto ofertado para o item 5 foi APROVADO.
Sistema	20/12/2024 às 16:49:43	O produto ofertado para o item 03, EMITTER D da marca SCHUSTER foi REPROVADO por não possuir Luz Violeta, e possuir ponteira em Fibra Óptica, diferente da ponteira Led exigida em edital.
Sistema	20/12/2024 às 16:50:11	Todos os fornecedores que ofertaram o modelo EMITTER D da marca SCHUSTER para o item 3 serão desclassificados.
Sistema	20/12/2024 às 16:53:04	O produto ofertado para o item 04, BIOSCALER C/B da marca ORTUS - ORTUS foi REPROVADO por possuir reservatório não removível, apenas 6 níveis de potência, inferior aos 7 níveis exigidos em edital, painel horizontal, e reservatório de 450 ml, inferior ao de 1 litro exigido em edital.
Sistema	20/12/2024 às 16:53:25	Todos os fornecedores que ofertaram o modelo BIOSCALER C/B da marca ORTUS - ORTUS para o item 4 serão desclassificados.
Sistema	20/12/2024 às 16:56:04	O produto ofertado para o item 04, DIGITALE 42 LITROS da marca BS EQUIPAMENTOS foi REPROVADO por possuir abastecimento MANUAL de água destilada, diferente do descritivo do edital, o qual exige que seja abastecimento AUTOMÁTICO.
Sistema	20/12/2024 às 16:56:40	Todos os fornecedores que ofertaram o modelo DIGITALE 42 LITROS da marca BS EQUIPAMENTOS para o item 8 serão desclassificados.
Sistema	20/12/2024 às 16:57:16	Devido ao horário, reabriremos a negociação dos itens 03, 04 e 08 na segunda-feira.
Sistema	20/12/2024 às 16:57:47	Respeitaremos o horário de funcionamento do órgão, e suspenderemos a sessão às 17h.
Sistema	20/12/2024 às 16:58:07	Fica marcado o retorno desta sessão para segunda-feira, 23/12/2024, às 09h.
Sistema	20/12/2024 às 16:58:13	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	23/12/2024 às 09:00:07	Bom dia a todos.
Sistema	23/12/2024 às 09:01:01	Antes de retornarmos às negociações dos itens, procederei com a aceitação das propostas dos itens 01, 02, 05, 06 e 07, as quais foram enviadas de acordo com o edital.
Sistema	23/12/2024 às 09:01:33	Após a aceitação delas no sistema, será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto ao julgamento das propostas destes itens.
Sistema	23/12/2024 às 09:03:28	Retornarei à negociação dos demais itens.
Sistema	23/12/2024 às 09:44:55	Os valores ofertados para os itens 03 e 04 estão abaixo do estimado e são considerados aceitáveis.
Sistema	23/12/2024 às 09:45:14	Procederei agora com a convocação de envio das Propostas Ajustadas, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema	23/12/2024 às 09:45:37	As empresas terão 2 horas para apresentar as propostas. Caso desejarem, poderão apresentar também os documentos de habilitação.
Sistema	23/12/2024 às 09:52:03	Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação dos licitantes que já apresentaram as propostas.
Sistema	23/12/2024 às 10:51:14	Informo que os Documentos de Habilitação já apresentados pelos licitantes, que já tiveram suas propostas aceitas, foram analisados e estão de acordo com o edital.
Sistema	23/12/2024 às 10:51:45	Procederei com a habilitação das empresas no sistema, e logo serão abertos os prazos para registro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 10:51:45	de intenções de recurso quanto à fase de habilitação.
Sistema	23/12/2024 às 11:09:15	As propostas dos itens 03 e 04 ainda estão em análise. Suspendemos a sessão, e retornaremos às 13h, para que possamos informar o resultado da análise e seguir com o processo.
Sistema	23/12/2024 às 13:07:35	Boa tarde a todos.
Sistema	23/12/2024 às 13:07:45	Em breve informarei o resultado da análise das propostas.
Sistema	23/12/2024 às 13:16:03	A proposta enviada para o item 3 pelo fornecedor ODONTOBAU está de acordo com o edital, e será aceita no sistema. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto ao julgamento das propostas.
Sistema	23/12/2024 às 13:18:21	O modelo PRIME PUMP da marca DENTEMED, ofertado para o item 04 não atendeu ao descritivo do edital quanto ao requisito do painel, o modelo tem painel horizontal, e edital exige que seja vertical. Portanto as empresas que ofertaram este modelo serão desclassificadas para este item.
Sistema	23/12/2024 às 13:19:05	Procederei agora com a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados pela empresa ODONTOBAU
Sistema	23/12/2024 às 13:39:40	Os Documentos de Habilitação apresentados pela empresa ODONTOBAU estão de acordo com o edital e será declarada habilitada. Logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso quanto à fase de habilitação.
Sistema	23/12/2024 às 13:52:40	Procederei agora com o encerramento dos itens.
Sistema	23/12/2024 às 13:52:57	Não houve registro de intenções de recurso.
Sistema	23/12/2024 às 13:53:17	O processo será encaminhado para a Autoridade Competente para análise e homologação.
Sistema	23/12/2024 às 13:53:27	Agradeço pela participação de todos os licitantes.
Sistema	23/12/2024 às 13:53:41	Procederei agora com o encerramento da sessão.
Sistema	23/12/2024 às 13:53:45	Boa tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/12/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
19/12/2024 às 09:29:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Autoclave

Autoclave Material: Aço Inox, Tipo*: Horizontal, Modelo: Pré-Vácuo, Operação: Automática, Digital, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Volume Câmara: Cerca De 40L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes, Outros Componentes: 1 Porta

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 11.498,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.498,7900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.713.***-8 - ALAN DE MOURA LIMA

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7.380,0000 (unitário) R\$ 7.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIGITALE - DIGITALE Modelo/versão: 4.2 Valor proposta: R\$ 11.498,0000 (unitário) R\$ 11.498,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1	
55.909.512/0001-67 - CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 11.017,0000 (unitário) R\$ 11.017,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BS Modelo/versão: 4.2 Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1	
27.971.028/0001-22 - EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7.345,0000 (unitário) R\$ 7.345,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BS Modelo/versão: 4.2 Valor proposta: R\$ 7.345,0000 (unitário) R\$ 7.345,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1	
28.931.351/0001-35 - HILDON CHAVES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 6.898,0000 (unitário) R\$ 6.898,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo/versão: DIGITALE 42 LITROS Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total)	Valor negociado: R\$ 6.890,0000 (unitário) R\$ 6.890,0000 (total) Quantidade ofertada: 1	
06.331.320/0001-00 - IDEALINE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: STERMAX Modelo/versão: 42L-FLEX Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 6.389,0000 (unitário) R\$ 6.389,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: alt Modelo/versão: 42lt Valor proposta: R\$ 10.900,0000 (unitário) R\$ 10.900,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 7.480,0000 (unitário) R\$ 7.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: B.S Modelo/versão: 4.2 Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 11.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: bs digitale Modelo/versão: 4.2 Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 11.400,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
97.533.241/0001-38 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 8.800,0000 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIGITALE Modelo/versão: 4.2 Valor proposta: R\$ 11.498,5000 (unitário) R\$ 11.498,5000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.722.978/0001-22 - MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7.200,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: alt Modelo/versão: cf edital Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 30.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 30.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
55.649.447/0001-88 - PRODUCTS & SERVICES ONLINE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11.496,0000 (unitário) R\$ 11.496,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GENERIC Modelo/versão: GENERIC Valor proposta: R\$ 11.496,0000 (unitário) R\$ 11.496,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 10.600,0000 (unitário) R\$ 10.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "Autoclave: HORIZONTAL Marca: DIGITALE Reg. Anvisa Modelo/versão: "Autoclave: HORIZONTAL Marca: DIGITALE Reg. Anvisa Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 11.399,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: digitale Modelo/versão: 42 litros Valor proposta: R\$ 14.690,0000 (unitário) R\$ 14.690,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MM Capellaro Modelo/versão: 42L-D Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 11.500,0000 (unitário) R\$ 11.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: dental speed Modelo/versão: dental speed Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
30.059.238/0001-53 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 8.799,9900 (unitário) R\$ 8.799,9900 (total)	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: ALT Modelo/versão: AUTOCLAVE DIGITAL 42 LITROS Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 9.000,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DIGITALE Modelo/versão: 5.0 Valor proposta: R\$ 11.498,7900 (unitário) R\$ 11.498,7900 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
45.532.792/0001-83 - W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 9.998,9900 (unitário) R\$ 9.998,9900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: alt equipamentos Modelo/versão: autoclave 42L Valor proposta: R\$ 11.490,0000 (unitário) R\$ 11.490,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
19/12/2024 09:02:27	30.323.616/0001-64	R\$ 10.600,0000
19/12/2024 09:02:33	54.322.844/0001-88	R\$ 10.599,9900
19/12/2024 09:03:43	54.647.123/0001-48	R\$ 7.480,0000
19/12/2024 09:03:47	54.322.844/0001-88	R\$ 9.999,9900
19/12/2024 09:03:53	18.722.978/0001-22	R\$ 7.200,0000
19/12/2024 09:03:53	54.322.844/0001-88	R\$ 7.479,9900
19/12/2024 09:04:23	55.909.512/0001-67	R\$ 11.017,0000
19/12/2024 09:06:06	12.967.916/0001-02	R\$ 7.380,0000
19/12/2024 09:06:11	54.322.844/0001-88	R\$ 7.379,9900
19/12/2024 09:10:23	08.380.296/0001-25	R\$ 9.000,0000
19/12/2024 09:10:36	02.605.669/0001-32	R\$ 11.399,0000
19/12/2024 09:11:35	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,9900
19/12/2024 09:12:49	28.931.351/0001-35	R\$ 7.350,0000
19/12/2024 09:12:51	54.322.844/0001-88	R\$ 7.349,9900
19/12/2024 09:13:46	97.533.241/0001-38	R\$ 8.800,0000
19/12/2024 09:16:06	30.059.238/0001-53	R\$ 8.799,9900
19/12/2024 09:16:07	06.331.320/0001-00	R\$ 7.920,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/12/2024 09:16:14	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,9800
19/12/2024 09:16:15	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,9700
19/12/2024 09:16:20	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,9600
19/12/2024 09:16:22	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,9500
19/12/2024 09:16:26	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,9400
19/12/2024 09:16:30	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,9300
19/12/2024 09:16:33	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,9200
19/12/2024 09:16:33	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,9100
19/12/2024 09:16:39	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,9000
19/12/2024 09:16:40	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,8900
19/12/2024 09:16:45	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,8800
19/12/2024 09:16:47	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,8700
19/12/2024 09:16:51	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,8600
19/12/2024 09:16:54	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,8500
19/12/2024 09:16:57	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,8400
19/12/2024 09:17:00	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,8300
19/12/2024 09:17:03	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,8200
19/12/2024 09:17:04	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,8100
19/12/2024 09:17:10	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,8000
19/12/2024 09:17:10	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,7900
19/12/2024 09:17:16	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,7800
19/12/2024 09:17:17	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,7700
19/12/2024 09:17:22	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,7600
19/12/2024 09:17:24	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,7500
19/12/2024 09:17:29	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,7400
19/12/2024 09:17:31	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,7300
19/12/2024 09:17:36	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,7200
19/12/2024 09:17:37	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,7100
19/12/2024 09:17:42	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,7000
19/12/2024 09:17:44	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,6900
19/12/2024 09:17:48	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,6800
19/12/2024 09:17:51	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,6700
19/12/2024 09:17:54	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,6600
19/12/2024 09:17:57	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,6500

Data/hora	Participante	Lance
19/12/2024 09:18:00	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,6400
19/12/2024 09:18:01	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,6300
19/12/2024 09:18:07	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,6200
19/12/2024 09:18:09	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,6100
19/12/2024 09:18:14	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,6000
19/12/2024 09:18:17	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,5900
19/12/2024 09:18:21	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,5800
19/12/2024 09:18:24	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,5700
19/12/2024 09:18:27	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,5600
19/12/2024 09:18:27	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,5500
19/12/2024 09:18:33	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,5400
19/12/2024 09:18:35	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,5300
19/12/2024 09:18:39	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,5200
19/12/2024 09:18:42	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,5100
19/12/2024 09:18:45	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,5000
19/12/2024 09:18:48	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,4900
19/12/2024 09:18:52	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,4800
19/12/2024 09:18:55	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,4700
19/12/2024 09:18:58	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,4600
19/12/2024 09:18:59	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,4500
19/12/2024 09:19:05	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,4400
19/12/2024 09:19:05	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,4300
19/12/2024 09:19:11	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,4200
19/12/2024 09:19:12	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,4100
19/12/2024 09:19:17	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,4000
19/12/2024 09:19:19	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,3900
19/12/2024 09:19:23	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,3800
19/12/2024 09:19:26	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,3700
19/12/2024 09:19:29	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,3600
19/12/2024 09:19:30	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,3500
19/12/2024 09:19:36	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,3400
19/12/2024 09:19:36	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,3300
19/12/2024 09:19:48	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,3200
19/12/2024 09:19:50	38.482.591/0001-53	R\$ 11.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/12/2024 09:19:51	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,3100
19/12/2024 09:19:54	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,3000
19/12/2024 09:19:58	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,2900
19/12/2024 09:20:00	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,2800
19/12/2024 09:20:01	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,2700
19/12/2024 09:20:07	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,2600
19/12/2024 09:20:08	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,2500
19/12/2024 09:20:13	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,2400
19/12/2024 09:20:17	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,2300
19/12/2024 09:20:19	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,2200
19/12/2024 09:20:20	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,2100
19/12/2024 09:20:32	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,2000
19/12/2024 09:20:35	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,1900
19/12/2024 09:20:38	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,1800
19/12/2024 09:20:38	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,1700
19/12/2024 09:20:51	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,1600
19/12/2024 09:20:53	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,1500
19/12/2024 09:20:57	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,1400
19/12/2024 09:20:59	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,1300
19/12/2024 09:21:03	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,1200
19/12/2024 09:21:06	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,1100
19/12/2024 09:21:09	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,1000
19/12/2024 09:21:09	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,0900
19/12/2024 09:21:16	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,0800
19/12/2024 09:21:16	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,0700
19/12/2024 09:21:23	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,0600
19/12/2024 09:21:23	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,0500
19/12/2024 09:21:29	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,0400
19/12/2024 09:21:30	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,0300
19/12/2024 09:21:35	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,0200
19/12/2024 09:21:37	45.532.792/0001-83	R\$ 9.999,0100
19/12/2024 09:21:41	29.843.035/0001-74	R\$ 9.999,0000
19/12/2024 09:21:44	45.532.792/0001-83	R\$ 9.998,9900
19/12/2024 09:22:34	54.322.844/0001-88	R\$ 6.389,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/12/2024 09:24:01	28.931.351/0001-35	R\$ 6.898,0000
19/12/2024 09:25:50	06.331.320/0001-00	R\$ 6.000,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2024 09:00:04	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/12/2024 09:01:04	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/12/2024 09:21:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:26:47 do dia 19/12/2024. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 7.200,0000 e R\$ 7.920,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	19/12/2024 09:26:48	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.389,0000, R\$ 6.000,0000 e R\$ 6.898,0000.
Sistema	19/12/2024 09:26:48	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 09:34:10	Sr. Fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.331.320/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 08 para R\$ 5.700,00. Favor verificar.
Sistema para o participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 09:52:28	Ainda no aguardo do retorno ao meu questionamento.
Sistema para o participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 10:28:52	Sr. Fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.331.320/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar a Proposta e os Documentos Complementares para o item 08, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. Caso desejar, poderá apresentar também os Documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 10:29:00	Documentos Complementares: Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Manual do proprietário, Site do fabricante, Apresentação Fôlder técnico, ou prospecto técnico ou catálogo do produto com descritivo /especificação técnica.
pelo participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 11:08:18	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.331.320/0001-00. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.331.320/0001-00, mantendo R\$ 6.000,0000.
pelo participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 11:08:28	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:28 de 19/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.331.320/0001-00.
Sistema para o participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 13:17:30	Em análise aos Documentos Complementares enviado para o item 8, foi verificado que o produto sob o registro Anvisa nº 10430810012 está suspenso para Fabricação, Comercialização, Distribuição, Propaganda.
Sistema para o participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 13:17:46	Segue o link da suspensão: https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/25351257189202437/?processo=25351257189202437
Sistema para o participante 06.331.320/0001-00	19/12/2024 13:17:55	Portanto a empresa será desclassificada para este item.
Sistema para o participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 13:45:25	Sr. Fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.322.844/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 8 para R\$ 6.000,00. Favor verificar.
pelo participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 13:49:24	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.322.844/0001-88. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.322.844/0001-88,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 13:49:24	mantendo R\$ 6.389,0000.
Sistema para o participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 13:50:41	Realmente não consegue melhorar? Nem ao menos uma contraproposta ao valor sugerido?
Sistema para o participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 14:01:16	Mesmo não havendo retorno quanto à negociação, o valor ofertado está abaixo do estimado e é considerado aceitável.
Sistema para o participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 14:01:31	Procederei com a convocação de envio da Proposta Ajustada e dos Documentos Complementares para o item 08 , conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema para o participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 14:01:46	A empresa terá 2 horas para apresentação da proposta e dos documentos complementares. Caso desejar, poderá apresentar também os Documentos e Habilitação.
Sistema para o participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 14:01:51	Os documentos complementares são: C ertificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Manual do proprietário, Site do fabricante, Apresentação Folder técnico, ou prospecto técnico ou catálogo do produto com descritivo /especificação técnica.
Sistema para o participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 14:02:08	Sr. Fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.322.844/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar a Proposta e os Documentos Complementares para o item 08, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. Caso desejar, poderá apresentar também os Documentos de Habilitação.
pelo participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 14:06:48	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:48 de 19/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.322.844/0001-88.
pelo participante 54.322.844/0001-88	19/12/2024 14:07:10	Sr. pregoeiro, anexado!
Sistema para o participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:19:16	Sr. Fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ 28.931.351/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Proponho a redução do valor do item 08 para R\$ 6.550,00. Favor verificar.
pelo participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:34:11	BOM DIA REALMENTE NÃO CONSIGO CHEGAR NESSE VALOR POIS JÁ ESTOU NO MEU MÍNIMO
Sistema para o participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:36:53	Não consegue ao menos ofertar uma contraproposta ao valor sugerido?
pelo participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:37:41	POSSO ARREDONDAR O VALOR PRA R\$ 6.890,00
pelo participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:38:29	REFERENTE AO ITEM 5 ESTA MESMA MARCA NÃO ATENDE 1700W SOLICITADOS POIS TEM 1200 W E FOI ACEITA
Sistema para o participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:50:00	Gentileza confirmar o valor de R\$ 6890,00 no sistema
Sistema para o participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:50:16	Quanto ao item 5, farei a verificação.
pelo participante 28.931.351/0001-35	20/12/2024 09:54:10	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ 28.931.351/0001-35. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ 28.931.351/0001-35, tendo informado R\$ 6.890,0000.
Sistema para o participante	23/12/2024 09:23:21	Conforme informado em chat anteriormente, todos os fornecedores que ofertaram o produto da marca ALT e modelo 42LT serão desclassificados, pois o produto não atendeu ao descritivo do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
18.722.978/0001-22	23/12/2024 09:23:21	edital
Sistema para o participante 27.971.028/0001-22	23/12/2024 09:25:18	Conforme informado em chat anteriormente, todos os fornecedores que ofertaram o produto da marca BS EQUIPAMENTOS e modelo DIGITALE 42 LITROS serão desclassificados, pois o produto não atendeu ao descritivo do edital
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	23/12/2024 09:28:48	Conforme informado em chat anteriormente, todos os fornecedores que ofertaram o produto da marca BS EQUIPAMENTOS e modelo DIGITALE 42 LITROS serão desclassificados, pois o produto não atendeu ao descritivo do edital
Sistema para o participante 54.647.123/0001-48	23/12/2024 09:29:23	Conforme informado em chat anteriormente, todos os fornecedores que ofertaram o produto da marca BS EQUIPAMENTOS e modelo DIGITALE 42 LITROS serão desclassificados, pois o produto não atendeu ao descritivo do edital
Sistema	23/12/2024 09:29:33	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/12/2024 09:39:33.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
19/12/2024 10:28:52	Fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.331.320/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 12:29:00. Motivo: A empresa está convocada a apresentar a Proposta e os Documentos Complementares para o item 08, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. Caso desejar, poderá apresentar também os Documentos de Habilitação.
19/12/2024 11:08:28	Fornecedor IDEALINE COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.331.320/0001-00 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 14:02:08	Fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.322.844/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 16:03:00. Motivo: A empresa está convocada a apresentar a Proposta e os Documentos Complementares para o item 08, conforme previsto no item 8.6.5 do edital. Caso desejar, poderá apresentar também os Documentos de Habilitação.
19/12/2024 14:06:48	Fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 54.322.844/0001-88 finalizou o envio de anexo.
23/12/2024 14:21:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:23/12/2024 09:39:33