



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 07 DE MAIO DE 2025

À
Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 35/2025, Edital no Comprasnet 90035/2025.

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM Nº 07 – FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED SEM FIO PORTÁTIL COM PISTOLA TIPO CANETA WIRELESS SEM FIO LUZ AZUL E VIOLETA COM LED 5W DIODO EMISSOR DE LUZ SEM AQUECIMENTO MÍNIMO PARA A RESINA E DENTE LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE GARANTINDO MAIOR ENTREGA DE ENERGIA COM ANGULO DE 90 COM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS CARREGADO POR BATERIA DE LI-ION 1400MAH COMPRIMENTO DE LUZ ENTRE 420 E 490NM NANOMETROS PARA POLIMERIZACAO DE RESINAS FOTOSSENSIVEIS MODO NORMAL COM INTENSIDADE DE LUZ ACIMA DE 1000 MW/CM E MODO ALTO COM INTENSIDADE ACIMA DE 2500 MW/CM PECA DE MAO LEVE E ERGONOMICA PARA FACILITAR A OPERACAO PROGRAMACAO DE LUZ PULSANTE INTENSO OU GRADUAL COM SISTEMA DE RAMP A PARA MINIMIZAR CONTRACAO MARGINAL DE RESINAS INDICADOR LUMINOSO POR PULSO PISCA PISCA TEMPO DE OPERACAO 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS

FORNECEDOR – DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

MARCA – COXO / FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO

MODELO – DB686 NANO

PROPOSTA – REPROVADA

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 07: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
INTENSIDADE ACIMA DE 2500	NÃO POSSUI
COMPRIMENTO DE LUZ ENTRE 420 E 490NM	NÃO POSSUI

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Emílio Carlos Souto

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini

Juarez Pandolfi Bueno de Souza