



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 25 DE ABRIL DE 2025

À
Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 35/2025, Edital no Comprasnet 90035/2025.

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM Nº 12 – APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PARA EXAME EXTRAORAL DIGITAL PARA IMAGENS 2D E 3D TOMO + PAN + TELE PREPARADO PARA O PACIENTE POSICIONADO TANTO EM PE COMO TAMBEM SENTADO PARA REALIZACAO DE EXAMES PANORAMICA INFANTIL E ADULTO PLANIGRAFIA DAS ARTICULACOES TEMPORO MANDIBULAR ATMS PLANIGRAFIA FRONTAL DOS SEIOS MAXILARES TELERRADIOGRAFIA LATERO LATERAL TELERRADIOGRAFIA POSTERO ANTERIOR TELERRADIOGRAFIA ANTERO POSTERIOR TELERRADIOGRAFIA 45 GRAUS O APARELHO DEVE SER COMPOSTO DE COLUNA FIXADA NO PISO OU PAREDE OU SOBRE BASE PAREDE AMPLIACAO DA IMAGEM EM PROPORCAO CONSTANTE SELECAO AUTOMATICA OU MANUAL KV FUNCOES MINIMAS AJUSTE DE BRILHO CONTRASTE E GAMMA FILTROS & QUOT SHARPEN & QUOT E TECIDOS MOLES APROXIMACAO AUMENTO E SELECAO DE REGIOES DA RADIOGRAFIA O SOFTWARE DEVE PERMITIR INTEGRACAO COM VARIAS TECNOLOGIAS E GERENCIADORES TENSÃO NO TUBO EMISSOR DE RAIOS X ENTRE 60 A 120 KV CORRENTE ELETRICA NO TUBO DE RAIOS X ENTRE 3.2 MA A 16MA PONTO FOCAL DE NO MAXIMO 0,5 MM X 0,5 MM SOFTWARE DE CALIBRAÇÃO DEVE REALIZAR TECNICAS CEFALOMETRICAS POSICIONAMENTO DO PACIENTE EM MODULO PANORAMICO ATRAVES DE PLANO FRANKFURT LINHA SAGITAL MEDIANA E LINHA DO CANINO ESTABILIZADO POR BLOCO DE MORDIDA PARA PACIENTES DENTADOS E APOIO DO MENTO PARA PACIENTES EDENTULOS AJUSTE DO PLANO DE CORTE BASEADO NA LINHA DO CANINO MOVEL PARA GERACAO DA CURVA PERSONALIZADA AO BIOTIPO DO PACIENTE PARA TOMADAS PANORAMICAS CABECOTE BLINDADO COM CERTIFICADO DE CONTROLE RADIACAO DE FUGA TENSÃO NOMINAL 110 127 220 240V, 50 60HZ TENSÃO DO TUBO ATE 120 KV COM CHASSIS SENSOR CAPTADOR RADIOGRAFICO TOTALMENTE DIGITAL TECNOLOGIA CMOS EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS DIMENSOES MINIMAS DA SALA LARGURA MAXIMA 2,00 M COMPRIMENTO MAXIMO DE 1,30 M SEM BRACO CEFALOMETRICO E MAXIMO DE 2,30 M COM BRACO CEFALOMETRICO ALTURA MAXIMA DE 2,45 M ALIMENTACAO 110 127 220 OU 240V SOFTWARE INCLUSO COM BANCO DE DADOS

PARA GESTAO DOS DADOS DO PACIENTE E IMAGENS FOCO VOLUMETRICO FOV COM NO MINIMO 4 OPÇÕES VARIÁVEIS A PARTIR DE 5X5CM COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE PARA ATÉ 21X16CM FACE TOTAL SOFTWARE DE RECONSTRUÇÃO 3D COM POSSIBILIDADE DE PLANEJAMENTO REVERSO DE IMPLANTE CORREÇÃO DE MOVIMENTOS ALGORITMO QUE CORRIGE AUTOMATICAMENTE A IMAGEM GARANTINDO UMA ALTA QUALIDADE DO EXAME EVITANDO REPETIÇÕES E OFERECENDO MAIOR ACUIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS. NO MINIMO 4 CAMPOS DE VISÕES F). TRÊS NÍVEIS DE PROCESSAMENTO QUE PODEM SER ESCOLHIDOS PARA CORRIGIR DEFORMAÇÕES DE GUTA PERCHA, IMPLANTES E OU PROTESES AMPLAS E RESTAURAÇÕES METÁLICAS ALÉM DA REDUÇÃO DE METAL AUTOMÁTICA CERTIFICADO DO INMETRO E CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE COM ESTABILIZADOR DE 3 KVA 3.1 KVA FATOR DE POTÊNCIA 1.0 CONFIGURAÇÃO MONOFÁSICO TRANSFORMADOR ISOLADOR TENSÃO DE ENTRADA 220VFN VARIACÃO ENTRADA +-15% TENSÃO DE SAÍDA 220VFN REGULADA DE SAÍDA ±3 FREQUÊNCIA 60HZ TIPO CONEXÃO ENTRE CONECTORES TIPO CONEXÃO SAÍDA CONECTORES RODÍZIOS SIM BY PASS BY PASS MAN SENSOR TENSÃO SIM TIPO DE REARME REARME AUTOMÁTICO VISUALIZAÇÃO LEDS ACOMPANHA COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7 10ª GERAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL – 64 BIT OU SUPERIOR OBRIGATORIO SER A VERSÃO PRO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE RTX 4070 12GB OU SUPERIOR MEMÓRIA RAM 32GB OU SUPERIOR DDR4 OU SUPERIOR SSD HD 1T FONTE 500W RMS OU SUPERIOR MÍNIMO 1 PORTA USB 3.0 PCI EXPRESS PCIE PLACA DE REDE DEDICADA GIGABIT ETHERNET 1000MB/S JUMBO PACKET 9KB TP LINK TG-3468 REALTEK RTL8125 INTEL I350-TI INTEL GIGABIT CT PCE-1G-01- LP PLACA DEVE SER OFF BOARD PARA SER CONECTADA NA PCI EXPRESS MONITOR COM RESOLUÇÃO 1920X1080 TECLADO E MOUSE SEM FIO

FORNECEDOR – DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

MARCA – DABI ATLANTE ALLIAGE

MODELO – EAGLE EDGE PRO 3D/2D TOMO PAN E TELE + PC + EST

PROPOSTA – **APROVADA**

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Emílio Carlos Souto

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini

Juarez Pandolfi Bueno de Souza