



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 28 DE ABRIL DE 2025

À
Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 35/2025, Edital no Comprasnet 90035/2025.

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM Nº 01 – SELADORA MANUAL, PORTÁTIL, DE SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE, 45 A 50 CM NA ÁREA DE SELAGEM, COM TEMPORIZADOR, COR BRANCA, PARA SACOS POLIETILENO E PROPILENO, GARANTIA DE 12 MESES, TENSÃO 110V/220V (BIVOLT), MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 12 CM X COMPRIMENTO 20 CM X LARGURA 50 CM

FORNECEDOR – IARA SOARES DE OLIVEIRA

MARCA – S ONLINE

MODELO – S ONLINE

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 01: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.

SOLICITADO	PROPOSTA
COM TEMPORIZADOR	NÃO POSSUI

ITEM Nº 02 – BOMBA À VÁCUO (SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA) COMPOSTA DE FLANGE, ROTOR E TAMPA FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, REGISTRO ESFÉRICO DE PVC PARA REGULAGEM DA SUÇÃO, SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO, COBERTURA ACÚSTICA EM AÇO FOSFATIZADO E PINTADO ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, POTÊNCIA DE SUÇÃO DE NO MÍNIMO 500 MM HG, MOTOR ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 1 HP COM PROTETOR TÉRMICO E EIXO CENTRAL DE AÇO INOX, SUÇÃO COM SAÍDAS PARA ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADAS, PARA INSTALAÇÃO EM ATÉ 4 CONSULTÓRIOS.

FORNECEDOR – EVOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - ODONTOLOGICOS LTDA

MARCA – EVOTECH/EVOTECH

MODELO – E-VAC 1 HP
PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 06 – MOCHO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE ELEVACAO E DESCIDA DO ASSENTO EFETUADO POR GAS PRESSURIZADO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL, ENCOSTO DO TORAX ANATOMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR DE IGUAL EFICIENCIA, AJUSTE DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO DO ENCOSTO ACIONADO POR MOLAS COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA COM MATERIAL SEM COSTURAS TIPO PVC LAMINADO COM MALHA POLIESTER, ACABAMENTOS LISOS COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO SOBRE BASE COM 05 RODIZIOS

FORNECEDOR – DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

MARCA – MARCA PROPRIA

MODELO – MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 06: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
ENCOSTO DO TORAX ANATÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR	NÃO POSSUI

ITEM Nº 07 – FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED SEM FIO PORTATIL COM PISTOLA TIPO CANETA WIRELESS SEM FIO LUZ AZUL E VIOLETA COM LED 5W DIODO EMISSOR DE LUZ SEM AQUECIMENTO MINIMO PARA A RESINA E DENTE LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE GARANTINDO MAIOR ENTREGA DE ENERGIA COM ANGULO DE 90 COM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS CARREGADO POR BATERIA DE LI-ION 1400MAH COMPRIMENTO DE LUZ ENTRE 420 E 490NM NANOMETROS PARA POLIMERIZACAO DE RESINAS FOTOSSENSIVEIS MODO NORMAL COM INTENSIDADE DE LUZ ACIMA DE 1000 MW/CM E MODO ALTO COM INTENSIDADE ACIMA DE 2500 MW/CM PECA DE MAO LEVE E ERGONOMICA PARA FACILITAR A OPERACAO PROGRAMACAO DE LUZ PULSANTE INTENSO OU GRADUAL COM SISTEMA DE RAMPA PARA MINIMIZAR CONTRACAO MARGINAL DE RESINAS INDICADOR LUMINOSO POR PULSO PISCA PISCA TEMPO DE OPERACAO 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS

FORNECEDOR – JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

MARCA – KONDENTECH

MODELO – LED 6

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 07: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE	NÃO POSSUI
INTENSIDADE ACIMA DE 2500	NÃO POSSUI

ITEM Nº 09 – AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO DE AGUA SOB PRESSAO GABINETE EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI CAMARA DE ESTERILIZACAO ISOLADA COM MANTA DE LA DE VIDRO FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 18/8 COM MINIMO 18 LITROS SUPORTE COM TRES BANDEJAS ARAMADAS EM INOX REMOVIVEIS PERMITEM A LIMPEZA TOTAL DA CAMARA INTERNA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO INTERNA ANTIOXIDANTE PORTA DA CAMARA EM ACO INOX COM GRANDE RESISTENCIA A PRESSAO SISTEMA DE VEDACAO DA PORTA COM GUARNICAO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE RESISTENTE A VARIACAO DE TEMPERATURA E PRESSAO PORTA COM BARREIRA EXTERNA EM CHAPA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ESTRUTURADO TRAVAMENTO DA PORTA COM SISTEMA DESLIZANTE ABASTECIMENTO MANUAL DA CAMARA COM AGUA DESTILADA VALVULA COM ABERTURA AUTOMATICA CONTRA SOBRE PRESSAO DA CAMARA DE ESTERILIZACAO CASO ULTRAPASSE DE 3,0 KGF/CM2 E SENSOR DE SOBRE AQUECIMENTO DESLIGA AUTOMATICAMENTE A RESISTENCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO POTENCIA DE 1700 W PAINEL DE COMANDO DIGITAL INDICA SE A PORTA ESTA ABERTA OU FECHADA LED HEAT INDICA SE A RESISTÊNCIA ESTA LIGADA OU DESLIGADA TECLA START PARA INICIO DO CICLO CHAVE LIGA/DESLIGA PAINEL DIGITAL INDICA TEMPO TEMPERATURA E PRESSAO DENTRO DA CAMARA DE ESTERILIZACAO DOIS CICLOS ESTERILIZACAO PADRAO PREPROGRAMADA APOS ATINGIR A PRESSAO E TEMPERATURA DE OPERACAO COM UM CICLO DE 5 MINUTOS VAPOR SATURADO DE AGUA A 134°C DE TEMPERATURA E PRESSAO DE 2,3KGF/CM2 PARA MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DESEMBALADOS ENVELOPADOS E EMPACOTADOS E UM CICLO DE 20 MINUTOS VAPOR SATURADO DE AGUA A 121°C DE TEMPERATURA E PRESSAO DE 1,7KGF/CM2 PARA MATERIAS SENSIVEIS A TEMPERATURA ELEVADA 2 DESAERACAO AUTOMATICA ANTES DE INICIAR OS CICLOS DE ESTERILIZACAO AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTAO AUTOMATICA E A AUTOCLAVE ENTRA AUTOMATICAMENTE EM CICLO DE SECAGEM COM A PORTA FECHADA POR TEMPO REGULADO DE 20 ATE 60 MINUTOS COM A SEGUNDA RESISTENCIA AUXILIAR EXTERNA LIGADA MANTENDO A CAMARA EM TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 100° APROXIMADAMENTE 10% ATE O FIM DO CICLO DE SECAGEM

FORNECEDOR – CMED DISTRIBUIDORA LTDA

MARCA – alt

MODELO – 21LT

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 09: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
PORTA COM SISTEMA DESLIZANTE	NÃO POSSUI
1700 W	NÃO POSSUI

ITEM Nº 11 – AUTOCLAVE DE NO MINIMO 42 LITROS COM MICROCONTROLADOR ELETRONICO QUE GARANTE A REPETIBILIDADE NOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO CHAVE DE PORTA DISPOSITIVO ELETROMECHANICO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SE A PORTA NAO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSAO VALVULA DE SEGURANCA ANTI VACUO DISPOSITIVO RESPONSVEL POR ALIVIAR O VACUO DA CAMARA VASO DE PRESSAO QUANDO

HOUVER ALIVIA TAMBEM A PRESSAO DA CAMARA VASO DE PRESSAO CASO ULTRAPASSE OS VALORES LIMITE ESTABELECIDOS SISTEMA QUE AVALIA OS DADOS COLETADOS DURANTE O CICLO GARANTINDO QUE ESTES SEJAM ADEQUADOS AOS VALORES PADRAO CANCELANDO O CICLO SE ALGUM DESTES NAO FOR SATISFATORIO MENSAGENS DE ALERTA PERIODICAMENTE SERAO EXIBIDAS MENSAGENS NO DISPLAY QUE ALERTAM O USUARIO PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE TERMOSTATO DISPOSITIVO INTERNO QUE TEM COMO FUNCAO IMPEDIR O AQUECIMENTO EXCESSIVO DA CAMARA VASO DE PRESSAO CASO OCORRA UM PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO ELETRONICO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTILADA CONECTE A MANGUEIRA NA ENTRADA DE AGUA E INSIRA A PONTA COM O FILTRO DE AGUA NO GALAO USADO COMO RESERVATORIO DE AGUA DESTILADA QUE DEVE ESTAR POSICIONADO PROXIMO A AUTOCLAVE E EM LOCAL ACESSIVEL PARA SER REABASTECIDO MANUALMENTE SEMPRE QUE A AGUA ATINGIR O NIVEL MINIMO DE 1000 ML SEIS PROGRAMAS PRE PROGRAMADOS SENSOR DE TEMPERATURA PROTEGE CONTRA QUALQUER VARIACAO DE PRESSAO TEMPERATURA DURANTE O CICLO DISPOSITIVO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA POTENCIA 3600 W

FORNECEDOR – IARA SOARES DE OLIVE

MARCA – ECEL

MODELO – ECEL

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 11: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
MENSAGENS NO DISPLAY QUE ALERTAM O USUÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	NÃO POSSUI
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA CONECTE A MANGUEIRA NA ENTRADA DE ÁGUA E INSIRA A PONTA COM O FILTRO DE ÁGUA NO GALÃO USADO COMO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA	NÃO POSSUI
SEIS PROGRAMAS PRE PROGRAMADOS	NÃO POSSUI

ITEM Nº 14 – MOTOR ENDO COM LOCALIZADOR MOTOR ROTATÓRIO E RECIPROCANTE COM PROGRAMAÇÃO DE ÂNGULO RECIPROCANTE DE 10 EM 10 GRAUS COMPACTO SEM FIO E COM APROXIMADAMENTE 128 GRAMAS LOCALIZADOR INTEGRADO AO MOTOR VELOCIDADE PROGRAMÁVEL ATE 1000 RPM APICAL REVERSE QUANDO A LIMA ATINGE O ÁPICE PROGRAMADO E REDUÇÃO DE VELOCIDADE QUANDO A LIMA ESTÁ A 5 MM DO FORAME TORQUE PROGRAMÁVEL DE ATE 4N COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS MEMÓRIA PARA 10 PROGRAMAS A SUA ESCOLHA E 25 PREVIAMENTE PROGRAMADAS BATERIA DE ION LITIO DE LONGA DURAÇÃO CONECTOR LABIAL CABO LOCALIZADOR S CARREGADOR 110/220V AUTOMÁTICO BICO DE PULVERIZAÇÃO PARA LUBRIFICAÇÃO CALIBRADOR MOVIMENTE ATC GERENCIA O ESTRESSE DO INSTRUMENTO DE MANEIRA QUE AO ATINGIR O TORQUE PROGRAMADO O MOTOR

PASSA A RECIPROCAR ATE QUE O ESTRESSE SEJA REDUZIDO E VOLTE AO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO ADEQUADO.

FORNECEDOR – CMED DISTRIBUIDORA LTDA

MARCA – ALT

MODELO – ELITEMAX

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 14: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
MEMÓRIA PARA 10 PROGRAMAS	NÃO POSSUI

ITEM Nº 16 – LAVADORA ULTRASSÔNICA COM CAPACIDADE DE 6 L PARA LIMPEZA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM CORPO INJETADO EM ABS TAMPA VISUALIZADORA REMOVÍVEL E TRANSPARENTE TANQUE CONSTITUÍDO DE CUBA INOX E CESTO PLÁSTICO POSSUIR PAINEL DE COMANDO COM VISOR DE LED DIGITAL DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO E AJUSTE DE DIFERENTES TEMPOS DE 1 A 30 MINUTOS ILUMINAÇÃO DE LED INTERNA NA CUBA OPÇÃO DE LAVAGEM COM ÁGUA AQUECIDA COM PAINEL INDICADOR E AJUSTE DA TEMPERATURA COM 5 CONFIGURAÇÕES PROTETOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO PROLONGADO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO QUANDO A TEMPERATURA DA ÁGUA ATINGIR 60 GRAUS O APARELHO DEVE DESLIGAR AUTOMÁTICA E VENTONHA DE ARREFECIMENTO PARA MELHORAR A DISSIPAÇÃO DE CALOR POSSUIR GERADOR ULTRASSÔNICO DE VIBRAÇÃO E RECURSO DE DEGASEIFICAÇÃO PARA DISSOLUÇÃO DE GASES DO MEIO PARA UMA LIMPEZA MAIS EFICIENTE VÁLVULA DE DRENAGEM PARA FACILITAR O ESVAZIAMENTO MATERIAL DO TANQUE AÇO INOXIDÁVEL FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA 35000 HZ TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 V OU 220 V FREQUÊNCIA 50 OU 60 HZ NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO E BIFÁSICO POTÊNCIA 170W

FORNECEDOR – LIGHT BRASIL LTDA

MARCA – CELERITY SUPPLIES

MODELO – DIGITAL

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 16: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
TAMPA VISUALIZADORA REMOVÍVEL E TRANSPARENTE	NÃO POSSUI

ITEM Nº 28 – CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA COM BASE DE AÇO REVESTIDA POR MATERIAL RESISTENTE DE FINO ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E DESENHO DO CONJUNTO QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AO CAMPO OPERATÓRIO BASE DE CADEIRA POSSUI SISTEMA DE NIVELAMENTO QUE SE AJUSTA A EVENTUAIS IRREGULARIDADES DE PISO SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO POR MOTOR E FUSO ASSOCIADOS A AMORTECEDOR QUE ELIMINA IMPACTOS DE FIM DE CURSO

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO ACIMA DOS 180 KG CAVALETES ROBUSTOS PARAFUSADOS A BASE DE AÇO SEM SOLDA COM EMBUCHAMENTO DE BRONZE E EIXOS DE AÇO QUE TORNAM SEUS MOVIMENTOS SUAVES ESTÁVEIS ISENTOS DE VIBRAÇÃO SEGUROS E CONFORTÁVEIS CADEIRA COM REGULADOR DE PRESSÃO FILTROS DE ÁGUA E AR E PLACA-MÃE COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMA E UMIDADE BRACOS DA CADEIRA MÓVEL E FIXO ARREDONDADOS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO COM MOVIMENTO ESCAMOTEÁVEL PREPARADOS PARA DESTROS OU CANHOTOS APOIO DE CABEÇA DA CADEIRA MULTIARTICULADO QUE PERMITE VÁRIAS POSIÇÕES DA CAVIDADE ORAL COM CONFORTO PARA CERVICAL DO PACIENTE ESTOFAMENTO DE COURO COM FINA ESPESSURA QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO ESPUMA DE VISCOELÁSTICO NA TAPEÇARIA DA CADEIRA QUE NÃO DEFORMA COM O USO PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DE ATÉ TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO VOLTA A ZERO E POSIÇÃO ANTICOLAPSO DE TRENDELENBURG AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO COMANDO ELETRÔNICO NO EQUIPO E POR PEDAL ACOPLADO NA BASE DA CADEIRA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA STOP SYSTEM COMANDOS POR EQUIPO E UNIDADE AUXILIAR PARA TODAS AS FUNÇÕES DO CONJUNTO EQUIPO COM DESENHO ARREDONDADO DA CARENAGEM FIXADA POR ÍMÃ PUXADORES LATERAIS BRACOS E COMANDO DE MÃO POSSUI MÍNIMO DE CINCO PONTAS SERINGA TRÍPLICE, TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ÁGUA AR E SPRAY INTERATIVO E AJUSTÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO O COMANDO DE MÃO DO EQUIPO DEVE POSSUIR 15 FUNÇÕES ACIONADAS POR TOQUE DIGITAL BRACO METÁLICO DO EQUIPO COM FREIO PNEUMÁTICO MOVIMENTOS VERTICAL E HORIZONTAL PEDAL DO EQUIPO ROBUSTO E ESTÁVEL COM ALCA METÁLICA PARA REPOSICIONAMENTO ADERENTE AO PISO COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA ÁGUA AR E SPRAY DAS PONTAS E COM JOYSTICK DOS MOVIMENTOS SOBE E DESCE ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA BANDEJA ARTICULADA QUE POSICIONA ERGONOMICAMENTE INSTRUMENTOS E MATERIAIS A MÃO DO PROFISSIONAL, DISPOSITIVOS DE AJUSTE DA ÁGUA AR E SPRAY NOS TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO DE FÁCIL ACESSO E OPERAÇÃO MONITORADOS POR MANÔMETRO UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM DESENHO ARREDONDADO DAS CARENAGENS PORTA COPOS COM ÁGUA AQUECIDA BRAÇOS SUPORTE DE PONTAS E COMANDO ELETRÔNICO SUPORTE DE PONTAS DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR GIRATÓRIO DA SÉRIE COM A SERINGA TRÍPLICE E SUGADORES DE 6,3 MM A 11 MM SUGADORES DA UNIDADE AUXILIAR VENTURI PREPARADOS TAMBÉM PARA SUÇÃO A VÁCUO DE ALTA POTÊNCIA COM TERMINAIS METÁLICOS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS COM REGULAGEM DE FLUXO O COMANDO ELETRÔNICO DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM AS FUNÇÕES DO EQUIPO BRACO ARTICULADO BACIA E RALO DE PORCELANA REBATÍVEL 90 GRAUS PARA PACIENTES COM DIFICULDADE DE APROXIMAÇÃO PARA CUSPIR CARENAGEM COM ABERTURA LATERAL FIXADA POR ÍMÃ QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO E FACILITA O TRABALHO ASSISTENTE NA POSIÇÃO DE 3 HORAS COM VISÃO DIRETA PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM COMPONENTES ELETRÔNICOS EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO DURANTE A MANUTENÇÃO E PROTEGIDO CONTRA UMIDADES TRAQUEIAS DE CRISTAL COM ALMA DE AÇO ANTIESMAGAMENTO CHAVE DESPRESSURIZADORA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUE FAVORECE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FACILITA A MANUTENÇÃO TÉCNICA REFLETOR LED ESPELHO MULTIFACETADO COM 256 MICROFACETAS QUE REFLETEM A LUZ NATURAL E SEM SOMBRAS PROTETOR ACRÍLICO REMOVÍVEL DO CONJUNTO ESPELHO BRACO E CABEÇOTE DO REFLETOR MULTIARTICULADOS PARA ILUMINAÇÃO DIRETA DA CAVIDADE ORAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE TRABALHO MOCHO ODONTOLÓGICO COM MOVIMENTOS

AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO PERMITIR DUAS REGULAGENS UMA ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ALAVANCA LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO BASE ARANHA EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM CINCO RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ASSENTO E ENCOSTO COM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA E ENCOSTO ERGONÔMICO COM AMPLA ÁREA DE APOIO PARA AS COSTAS E REGULAGEM DE ALTURA COM NÍVEIS DE AJUSTE PARA ADEQUAÇÃO AO TRABALHO PROFISSIONAL ESTOFAMENTO VISCOELÁSTICO COM REVESTIMENTO EM PVC POTÊNCIA MÍNIMA 1.100W.

FORNECEDOR – DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E AREA DA SAUDE LTDA

MARCA – SANTAREM

MODELO – CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 28: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
SISTEMA DE NIVELAMENTO QUE SE AJUSTA A EVENTUAIS IRREGULARIDADES	NÃO POSSUI
MOTOR E FUSO ASSOCIADOS A AMORTECEDOR QUE ELIMINA IMPACTOS DE FIM DE CURSO	NÃO POSSUI
ELEVAÇÃO ACIMA DOS 180 KG	NÃO POSSUI
EMBUCHAMENTO DE BRONZE E EIXOS DE AÇO	NÃO POSSUI
CADEIRA COM REGULADOR DE PRESSÃO FILTROS DE ÁGUA	NÃO POSSUI
PLACA-MÃE COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMA E UMIDADE	NÃO POSSUI
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA STOP SYSTEM	NÃO POSSUI
CARENAGEM FIXADA POR ÍMÃ	NÃO POSSUI
REGULAGEM DE ÁGUA AR E SPRAY INTERATIVO E AJUSTÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO	NÃO POSSUI
COMANDO DE MÃO DO EQUIPO POSSUIR 15 FUNÇÕES	NÃO POSSUI
PEDAL DO EQUIPO ROBUSTO E ESTÁVEL COM ALCA METÁLICA	NÃO POSSUI
SUPORTE DE PONTAS DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR GIRATÓRIO DA SÉRIE COM A SERINGA TRÍPLICE E SUGADORES DE 6,3 MM A 11 MM	NÃO POSSUI
CHAVE DESPRESSURIZADORA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	NÃO POSSUI

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Emílio Carlos Souto

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini

Juarez Pandolfi Bueno de Souza