



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 29 DE ABRIL DE 2025

À
Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 35/2025, Edital no Comprasnet 90035/2025.

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM Nº 01 – SELADORA MANUAL, PORTÁTIL, DE SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE, 45 A 50 CM NA ÁREA DE SELAGEM, COM TEMPORIZADOR, COR BRANCA, PARA SACOS POLIETILENO E PROPILENO, GARANTIA DE 12 MESES, TENSÃO 110V/220V (BIVOLT), MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 12 CM X COMPRIMENTO 20 CM X LARGURA 50 CM

FORNECEDOR – EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO

MARCA – ISAMAQ

MODELO – ISAMAQ

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 08 – APARELHO PROFILAXIA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SODIO FREQUENCIA 24000 A 30000 HZ ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLOGICO PARA PERIODONTIA DENTISTICA PROTESE ENDODONTIA COM BOMBA PERISTALTICA FREQUENCIA DO ULTRASSOM 29000HZ APROXIMADAMENTE 15% CHAVE PARA 7 NIVEIS DE POTENCIA TRANSDUTOR CERAMICO COM SISTEMA PIEZOELETRICO AMPLITUDE DE VIBRACAO DA PONTA COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIAVEL ATE 0,25MM IRRIGACAO ATRAVES DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUA ACOMPANHA 3 PONTAS PERIO E 2 CHAVES DE INSTALACAO RESERVATÓRIO DE PO REMOVIVEL PAINEL VERTICAL COM VISOR E FACIL ACESSO RESERVATORIO DE 1L AGUA ACOPLADO E BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 VELOCIDADES E LUZ CONDUTOS DE PO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMATICA FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA PECAS DE MAO DO JATO DE BICARBONATO E DO ULTRASSOM LEVES ANATOMICAS COM CAPAS REMOVIVEIS AUTOCLAVAVEIS; COM PEDAL UNICO MANGUEIRAS LISAS LEVES E FLEXIVEIS VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60/HZ SELECIONAVEL GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DA INSTALACAO GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TECNICA PEÇAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS MANUAL TECNICO E DE OPERACAO

FORNECEDOR – JT COMERCIO DE PRODUTOS ME
MARCA – KONDENTECH
MODELO – SCALER JET
PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 08: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
PAINEL VERTICAL	NÃO POSSUI
CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE PÓ REMOVÍVEL	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 LITRO / LUZ	NÃO POSSUI
COM BOMBA PERISTÁLTICA	NÃO POSSUI

ITEM Nº 10 – CONJUNTO ODONTOLOGICO CART COMPOSTO POR CADEIRA ODONTOLOGICA COM MOVIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR MOTORREDUTORES ELETRICOS ARTICULACAO UNICA CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO QUE PERMITEM A MELHOR APROXIMACAO DO PROFISSIONAL AO PACIENTE EM QUALQUER POSICAO DE ATENDIMENTO E EVITA RISCOS DE ACIDENTES COM AS MAOS DO PACIENTE NAS ARTICULACOES NOS MOMENTOS DE MOVIMENTACAO DA CADEIRA TRES OU MAIS POSICOES DE TRABALHO AUTOMATICAS E PROGRAMAVEIS POSICAO DE VOLTA A ZERO AUTOMATICA PEDAL DE COMANDO COM BOTOES PARA PROGRAMACAO E ACIONAMENTO AUTOMATICO DAS POSICOES DE TRABALHO BOTAO PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO DA POSICAO VOLTA A ZERO PROGRAMACAO DAS INTENSIDADES E ACIONAMENTO DO REFLETOR ATRAVES DE COMANDO INCORPORADO AO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA OU ATRAVES DE SENSOR DE APROXIMACAO E ALAVANCA PARA ACIONAMENTO PRATICO E RAPIDO DOS MOVIMENTOS BASICOS DA CADEIRA SOBE DESCE ASSENTO SOBE DESCE ENCOSTO INDEPENDENTE DO OPERADOR ENCOSTO DE CABECA BIARTICULADO ESTOFAMENTOS CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTAVEL REVESTIDOS COM PVC DE SUPERFICIE LISA E SEM COSTURAS PROTETOR DE CALCANHAR EM PLASTICO TRANSPARENTE ESTRUTURA METALICA BALANCEADA QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE FIXACAO DA CADEIRA AO SOLO COM TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO REGULAGEM DE NIVEL DA CADEIRA PARA MELHOR ADAPTACAO EM PISO IRREGULAR EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO CART COM SISTEMA DE RODIZIOS ESTRUTURA METALICA PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMATICO UMA SERINGA TRIPLICE DOIS TERMINAIS TIPO BORDEM COM SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTACAO RESERVATORIO PRESSURIZADO PARA AGUA PEDAL DE COMANDO INDIVIDUAL E PROGRESSIVO COM SISTEMA DE BLOQUEIO DE AGUA E SOPRO DE AR PELO CONDUTO DO SPRAY ALTA ROTACAO EQUIPO COM PUXADORES BANDEJA EM ACO INOXIDAVEL UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA ACOPLADA ACOMPANHA MOVIMENTACAO DA CADEIRA COM BRACO MOVEL DOIS SUGADORES ALTA POTENCIA COM ADAPTADOR DE CANULA COM SISTEMA ABRE E FECHA VACUO COM ACIONAMENTO AUTOMATICO AO TIRAR DO SUPORTE E COM SEPARADOR DE DETRITOS E ACESSO EXTERNO MANGUEIRAS DO SUGADOR COM ENGATE RAPIDO PARA FACILITAR DESINFECCAO COMANDO ELETRICO PARA ACIONAMENTO DA AGUA NA BACIA COM TEMPORIZADOR QUE PERMITE A PROGRAMACAO DO TEMPO

DE VAZAO DA AGUA EVITANDO DESPERDICIOS BACIA EM PORCELANA E REMOVIVEL COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO E PINTURA LISA SUPORTE MOVEL PARA SUGADORES REFLETOR ODONTOLOGICO ACOPLADO ACOMPANHA MOVIMENTACAO DA CADEIRA BRACOS TUBULAR METALICOS COM MOVIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL REGULADOS POR MOLA CABECOTE DE AMPLA MOBILIDADE COM GIRO DE 620° PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA POSSIBILITA ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CRUZADA REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS. POSSIBILITA A ESCOLHA DA POSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL SISTEMA OPTICO COM TRES LEDS TRES OU MAIS NIVEIS DE ILUMINACAO PROGRAMADOS ATRAVES DE COMANDO INCORPORADO AO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA OU ATRAVES DE SENSOR DE APROXIMACAO POTENCIA LUMINOSA DE 10000 A 30000 LUX PROTETOR FRONTAL REMOVIVEL DO CONJUNTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE

FORNECEDOR – KLM LTDA

MARCA – DENTEMED PRIME ONE

MODELO – DENTEMED PRIME ONE

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 10: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
SISTEMA ÓPTICO COM 3 LEDS	NÃO POSSUI

ITEM Nº 13 – MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS: 02 MOTORES ELETRICOS MONOFASICOS 2HP, 1740 RPM, 60HZ, 220V, COM 04 CILINDROS, 20 PES, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO, DESLOCAMENTO TEORICO DE 567 L/MIN – 20PCM, PRESSAO MAXIMA 120 PSI – 8,3 BAR, TEMPO MAXIMO DE ENCHIMENTO 6 MINUTOS, RESERVATORIO 250 LITROS, COM PINTURA ANTIBACTERICIDA, FILTROS DE AR, DRENO, VALVULAS DE RETENCAO E SEGURANCA, REGULADOR DE PRESSAO COM MANOMETRO, REGISTRO DE SAIDA DE AR, PRESSOSTATO, VIBRALESS, COXIM ENTRE A UNIDADE COMPRESSORA E O RESERVATORIO, 12 MESES DE GARANTIA. - PRONTUÁRIO DE VASO DE PRESSÃO, ELABORADO CONFORME ESTABELECE A NORMA NR-13 DO MT, ATESTADO POR ENGENHEIRO MECÂNICO REGISTRADO NO CREA. - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO DA NORMA ASME (SOCIEDADE AMERICANA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS) - ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 15.450, 10143 E 10144

FORNECEDOR – IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDA

MARCA – COMPBRASIL

MODELO – 1100x2/ 50L

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 13: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
TANQUE 250 LITROS	NÃO POSSUI

ITEM Nº 14 – MOTOR ENDO COM LOCALIZADOR MOTOR ROTATÓRIO E RECIPROCANTE COM PROGRAMAÇÃO DE ÂNGULO RECIPROCANTE DE 10 EM 10 GRAUS COMPACTO SEM FIO E COM APROXIMADAMENTE 128 GRAMAS LOCALIZADOR INTEGRADO AO MOTOR VELOCIDADE PROGRAMÁVEL ATÉ 1000 RPM APICAL REVERSE QUANDO A LIMA ATINGE O ÁPICE PROGRAMADO E REDUÇÃO DE VELOCIDADE QUANDO A LIMA ESTÁ A 5 MM DO FORAME TORQUE PROGRAMÁVEL DE ATÉ 4N COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS MEMÓRIA PARA 10 PROGRAMAS A SUA ESCOLHA E 25 PREVIAMENTE PROGRAMADAS BATERIA DE ION LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO CONECTOR LABIAL CABO LOCALIZADOR S CARREGADOR 110/220V AUTOMÁTICO BICO DE PULVERIZAÇÃO PARA LUBRIFICAÇÃO CALIBRADOR MOVIMENTO ATC GERENCIA O ESTRESSE DO INSTRUMENTO DE MANEIRA QUE AO ATINGIR O TORQUE PROGRAMADO O MOTOR PASSA A RECIPROCAR ATÉ QUE O ESTRESSE SEJA REDUZIDO E VOLTE AO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO ADEQUADO.

FORNECEDOR – MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

MARCA – BONDENT

MODELO – MOTOR ENDO C LOCALIZADOR

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 15 – LASER TERAPÊUTICO PARA UTILIZAÇÃO NA LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE ÓTICA PEÇA DE MÃO PLÁSTICA E POSSUI FORMATO ERGONÔMICO COMPOSTO POR DOIS LASERS DE DIODO INFRAVERMELHO 808NM E VISÍVEL VERMELHO 660NM E UM BICO DE APLICAÇÃO AUTOCLAVÁVEL OPÇÃO DE ESCOLHA RÁPIDA ATRAVÉS DE TECLAS E VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY DOS TEMPOS DE TRATAMENTO INTERVALO DE AJUSTE DE TEMPO ENTRE 10 S E 90 S CORRESPONDENTE A UMA VARIAÇÃO DE ENERGIA DE 1 A 9 JOULES MODOS DE OPERAÇÃO ILIB PERMITINDO REALIZAR TERAPIA CONHECIDA COMO FOTOBIMODULACAO SISTÊMICA VASCULAR E O MODO DE OPERAÇÃO FD CARREGADOR DE BATERIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO E ALIMENTADO NA REDE ELÉTRICA BIVOLT 100/220 50/60HZ AJUSTE DE MODOS DE OPERAÇÃO E PARÂMETROS, MODO DE OPERAÇÃO L1 OPERAÇÃO LASER VERMELHO 660NM L2 OPERAÇÃO LASER INFRAVERMELHO 808NM L3 OPERAÇÃO SIMULTÂNEO DO LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO ILIB1 OPERAÇÃO LASER 660NM COM TEMPO FIXO EM 30 MINUTOS ILIB2 OPERAÇÃO LASER COM 808NM COM TEMPO FIXO EM 30 MINUTOS ILIB3 OPERAÇÃO LASER 660 NM E 808NM COM TEMPO FIXO EM 30 MINUTOS FD OPERAÇÃO LASER 660NM PARA USO FOTOTERAPIA DINÂMICA FTD A POTÊNCIA MÁXIMA DOS LASERS SENDO 100MW APROXIMADAMENTE 20% O AJUSTE DE TEMPO DE APLICAÇÃO DE 10 A 90 SEGUNDOS COM INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS CORRESPONDENTE A UMA APLICAÇÃO DE 1 A 9 JOULES OU 33 / 300 J/CM² CAIXA CARTONADA CONTENDO UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA REALIZAÇÃO DA FOTOBIMODULACAO UM ÓCULOS ESPECIAL PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL COM DEPOSIÇÃO DE FILME DIELÉTRICO QUE ATENUA SIMULTANEAMENTE OS DOIS LASERES UM ÓCULOS PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE LENTE VERDE UMA PULSEIRA ILIB UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA PARA CARREGADOR UMA BASE DE CARREGADOR E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

FORNECEDOR – EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA

MARCA – LEDTERAPIA - IBRAMED

MODELO – LASERPULSE PORTABLE

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 15: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
L1 OPERAÇÃO LASER VERMELHO 660NM L2 OPERAÇÃO LASER INFRAVERMELHO 808NM L3 OPERAÇÃO SIMULTÂNEO DO LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO ILIB1 OPERAÇÃO LASER 660NM	NÃO POSSUI

ITEM Nº 16 – LAVADORA ULTRASSÔNICA COM CAPACIDADE DE 6 L PARA LIMPEZA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM CORPO INJETADO EM ABS TAMPA VISUALIZADORA REMOVÍVEL E TRANSPARENTE TANQUE CONSTITUÍDO DE CUBA INOX E CESTO PLÁSTICO POSSUIR PAINEL DE COMANDO COM VISOR DE LED DIGITAL DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO E AJUSTE DE DIFERENTES TEMPOS DE 1 A 30 MINUTOS ILUMINAÇÃO DE LED INTERNA NA CUBA OPÇÃO DE LAVAGEM COM ÁGUA AQUECIDA COM PAINEL INDICADOR E AJUSTE DA TEMPERATURA COM 5 CONFIGURAÇÕES PROTETOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO PROLONGADO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO QUANDO A TEMPERATURA DA ÁGUA ATINGIR 60 GRAUS O APARELHO DEVE DESLIGAR AUTOMÁTICA E VENTONINHA DE ARREFECIMENTO PARA MELHORAR A DISSIPAÇÃO DE CALOR POSSUIR GERADOR ULTRASSÔNICO DE VIBRAÇÃO E RECURSO DE DEGASEIFICAÇÃO PARA DISSOLUÇÃO DE GASES DO MEIO PARA UMA LIMPEZA MAIS EFICIENTE VÁLVULA DE DRENAGEM PARA FACILITAR O ESVAZIAMENTO MATERIAL DO TANQUE AÇO INOXIDÁVEL FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA 35000 HZ TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 V OU 220 V FREQUÊNCIA 50 OU 60 HZ NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO E BIFÁSICO POTÊNCIA 170W

FORNECEDOR – LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

MARCA – LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

MODELO – LT 210/6

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 16: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
TAMPA VISUALIZADORA REMOVÍVEL E TRANSPARENTE	NÃO POSSUI

ITEM Nº 17 – CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA COM BASE DE AÇO REVESTIDA POR MATERIAL RESISTENTE DE FINO ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E DESENHO DO CONJUNTO QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AO CAMPO OPERATÓRIO BASE DE CADEIRA POSSUI SISTEMA DE NIVELAMENTO QUE SE AJUSTA A EVENTUAIS IRREGULARIDADES DE PISO SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO POR MOTOR E FUSO ASSOCIADOS A AMORTECEDOR QUE ELIMINA IMPACTOS DE FIM DE CURSO CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO ACIMA DOS 180 KG CAVALETES ROBUSTOS PARAFUSADOS A BASE DE AÇO SEM SOLDA COM EMBUCHAMENTO DE BRONZE E EIXOS DE AÇO QUE TORNAM SEUS MOVIMENTOS SUAVES ESTÁVEIS ISENTOS DE

VIBRAÇÃO SEGUROS E CONFORTÁVEIS CADEIRA COM REGULADOR DE PRESSÃO FILTROS DE ÁGUA E AR E PLACA-MÃE COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMA E UMIDADE BRACOS DA CADEIRA MÓVEL E FIXO ARREDONDADOS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO COM MOVIMENTO ESCAMOTEÁVEL PREPARADOS PARA DESTROS OU CANHOTOS APOIO DE CABEÇA DA CADEIRA MULTIARTICULADO QUE PERMITE VÁRIAS POSIÇÕES DA CAVIDADE ORAL COM CONFORTO PARA CERVICAL DO PACIENTE ESTOFAMENTO DE COURO COM FINA ESPESSURA QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO ESPUMA DE VISCOELÁSTICO NA TAPEÇARIA DA CADEIRA QUE NÃO DEFORMA COM O USO PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DE ATÉ TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO VOLTA A ZERO E POSIÇÃO ANTICOLAPSO DE TRENDELENBURG AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO COMANDO ELETRÔNICO NO EQUIPO E POR PEDAL ACOPLADO NA BASE DA CADEIRA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA STOP SYSTEM COMANDOS POR EQUIPO E UNIDADE AUXILIAR PARA TODAS AS FUNÇÕES DO CONJUNTO EQUIPO COM DESENHO ARREDONDADO DA CARENAGEM FIXADA POR ÍMÃ PUXADORES LATERAIS BRACOS E COMANDO DE MÃO POSSUI MÍNIMO DE CINCO PONTAS SERINGA TRÍPLICE, TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ÁGUA AR E SPRAY INTERATIVO E AJUSTÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO O COMANDO DE MÃO DO EQUIPO DEVE POSSUIR 15 FUNÇÕES ACIONADAS POR TOQUE DIGITAL BRACO METÁLICO DO EQUIPO COM FREIO PNEUMÁTICO MOVIMENTOS VERTICAL E HORIZONTAL PEDAL DO EQUIPO ROBUSTO E ESTÁVEL COM ALCA METÁLICA PARA REPOSICIONAMENTO ADERENTE AO PISO COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA ÁGUA AR E SPRAY DAS PONTAS E COM JOYSTICK DOS MOVIMENTOS SOBE E DESCE ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA BANDEJA ARTICULADA QUE POSICIONA ERGONOMICAMENTE INSTRUMENTOS E MATERIAIS A MÃO DO PROFISSIONAL, DISPOSITIVOS DE AJUSTE DA ÁGUA AR E SPRAY NOS TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO DE FÁCIL ACESSO E OPERAÇÃO MONITORADOS POR MANÔMETRO UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM DESENHO ARREDONDADO DAS CARENAGENS PORTA COPOS COM ÁGUA AQUECIDA BRAÇOS SUPORTE DE PONTAS E COMANDO ELETRÔNICO SUPORTE DE PONTAS DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR GIRATÓRIO DA SÉRIE COM A SERINGA TRÍPLICE E SUGADORES DE 6,3 MM A 11 MM SUGADORES DA UNIDADE AUXILIAR VENTURI PREPARADOS TAMBÉM PARA SUÇÃO A VÁCUO DE ALTA POTÊNCIA COM TERMINAIS METÁLICOS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS COM REGULAGEM DE FLUXO O COMANDO ELETRÔNICO DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM AS FUNÇÕES DO EQUIPO BRACO ARTICULADO BACIA E RALO DE PORCELANA REBATÍVEL 90 GRAUS PARA PACIENTES COM DIFICULDADE DE APROXIMAÇÃO PARA CUSPIR CARENAGEM COM ABERTURA LATERAL FIXADA POR ÍMÃ QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO E FACILITA O TRABALHO ASSISTENTE NA POSIÇÃO DE 3 HORAS COM VISÃO DIRETA PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM COMPONENTES ELETRÔNICOS EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO DURANTE A MANUTENÇÃO E PROTEGIDO CONTRA UMIDADES TRAQUEIAS DE CRISTAL COM ALMA DE AÇO ANTIESMAGAMENTO CHAVE DESPRESSURIZADORA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUE FAVORECE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FACILITA A MANUTENÇÃO TÉCNICA REFLETOR LED ESPELHO MULTIFACETADO COM 256 MICROFACETAS QUE REFLETEM A LUZ NATURAL E SEM SOMBRAS PROTETOR ACRÍLICO REMOVÍVEL DO CONJUNTO ESPELHO BRACO E CABEÇOTE DO REFLETOR MULTIARTICULADOS PARA ILUMINAÇÃO DIRETA DA CAVIDADE ORAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE TRABALHO MOCHO ODONTOLÓGICO COM MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO PERMITIR DUAS REGULAGENS UMA ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ALAVANCA LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO BASE ARANHA EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM

CINCO RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ASSENTO E ENCOSTO COM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA E ENCOSTO ERGONÔMICO COM AMPLA ÁREA DE APOIO PARA AS COSTAS E REGULAGEM DE ALTURA COM NÍVEIS DE AJUSTE PARA ADEQUAÇÃO AO TRABALHO PROFISSIONAL ESTOFAMENTO VISCOELÁSTICO COM REVESTIMENTO EM PVC POTÊNCIA MÍNIMA 1.100W.

FORNECEDOR – ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

MARCA – WOSON

MODELO – WODO CLASSIC

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 26 – CADEIRA DE RODAS PARA OBESOEM ALUMÍNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS 110 X 120 X 65 CM (ALT X COMP X LARG); TIPO DOBRÁVEL; RODAS PNEUMÁTICAS TRASEIRAS DE BORRACHA MACICA 60 CM, RAIADA, DIANTEIRAS C/ARO BORRACHA MACICA 21 CM; FREIOS BILATERAIS; COM APOIO DE BRAÇO FIXOS EM POLIETILENO; COM APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS; ASSENTO REVESTIDO EM NYLON; ENCOSTO ESTOFADO EM NYLON GARANTIA 12 MESES.

FORNECEDOR – ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

MARCA – DELLAMED

MODELO – D400 120 KG – T48

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 26: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
CAPACIDADE ATÉ 200 KG	NÃO POSSUI

ITEM Nº 27 – APARELHO PROFILAXIA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SODIO FREQUENCIA 24000 A 30000 HZ ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLOGICO PARA PERIODONTIA DENTISTICA PROTESE ENDODONTIA COM BOMBA PERISTALTICA FREQUENCIA DO ULTRASSOM 29000HZ APROXIMADAMENTE 15% CHAVE PARA 7 NIVEIS DE POTENCIA TRANSDUTOR CERAMICO COM SISTEMA PIEZOELETRICO AMPLITUDE DE VIBRACAO DA PONTA COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIAVEL ATE 0,25MM IRRIGACAO ATRAVES DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUA ACOMPANHA 3 PONTAS PERIO E 2 CHAVES DE INSTALACAO RESERVATÓRIO DE PO REMOVIVEL PAINEL VERTICAL COM VISOR E FACIL ACESSO RESERVATORIO DE 1L AGUA ACOPLADO E BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 VELOCIDADES E LUZ CONDUTOS DE PO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMATICA FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA PECAS DE MAO DO JATO DE BICARBONATO E DO ULTRASSOM LEVES ANATOMICAS COM CAPAS REMOVIVEIS AUTOCLAVAVEIS; COM PEDAL UNICO MANGUEIRAS LISAS LEVES E FLEXIVEIS VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60/HZ SELECIONAVEL GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DA INSTALACAO GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TECNICA PEÇAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS MANUAL TECNICO E DE OPERACAO

FORNECEDOR – JT COMERCIO DE PRODUTOS ME

MARCA – KONDETECH

MODELO – SCALER JET

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 08: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.

SOLICITADO	PROPOSTA
PAINEL VERTICAL	NÃO POSSUI
CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE PÓ REMOVÍVEL	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 LITRO / LUZ	NÃO POSSUI
COM BOMBA PERISTÁLTICA	NÃO POSSUI

ITEM Nº 28 – CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA COM BASE DE AÇO REVESTIDA POR MATERIAL RESISTENTE DE FINO ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E DESENHO DO CONJUNTO QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AO CAMPO OPERATÓRIO BASE DE CADEIRA POSSUI SISTEMA DE NIVELAMENTO QUE SE AJUSTA A EVENTUAIS IRREGULARIDADES DE PISO SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO POR MOTOR E FUSO ASSOCIADOS A AMORTECEDOR QUE ELIMINA IMPACTOS DE FIM DE CURSO CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO ACIMA DOS 180 KG CAVALETES ROBUSTOS PARAFUSADOS A BASE DE AÇO SEM SOLDA COM EMBUCHAMENTO DE BRONZE E EIXOS DE AÇO QUE TORNAM SEUS MOVIMENTOS SUAVES ESTÁVEIS ISENTOS DE VIBRAÇÃO SEGUROS E CONFORTÁVEIS CADEIRA COM REGULADOR DE PRESSÃO FILTROS DE ÁGUA E AR E PLACA-MÃE COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMA E UMIDADE BRACOS DA CADEIRA MÓVEL E FIXO ARREDONDADOS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO COM MOVIMENTO ESCAMOTEÁVEL PREPARADOS PARA DESTROS OU CANHOTOS APOIO DE CABEÇA DA CADEIRA MULTIARTICULADO QUE PERMITE VÁRIAS POSIÇÕES DA CAVIDADE ORAL COM CONFORTO PARA CERVICAL DO PACIENTE ESTOFAMENTO DE COURO COM FINA ESPESSURA QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO ESPUMA DE VISCOELÁSTICO NA TAPEÇARIA DA CADEIRA QUE NÃO DEFORMA COM O USO PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DE ATÉ TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO VOLTA A ZERO E POSIÇÃO ANTICOLAPSO DE TRENDELENBURG AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO COMANDO ELETRÔNICO NO EQUIPO E POR PEDAL ACOPLADO NA BASE DA CADEIRA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA STOP SYSTEM COMANDOS POR EQUIPO E UNIDADE AUXILIAR PARA TODAS AS FUNÇÕES DO CONJUNTO EQUIPO COM DESENHO ARREDONDADO DA CARENAGEM FIXADA POR ÍMÃ PUXADORES LATERAIS BRACOS E COMANDO DE MÃO POSSUI MÍNIMO DE CINCO PONTAS SERINGA TRÍPLICE, TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ÁGUA AR E SPRAY INTERATIVO E AJUSTÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO O COMANDO DE MÃO DO EQUIPO DEVE POSSUIR 15 FUNÇÕES ACIONADAS POR TOQUE DIGITAL BRACO METÁLICO DO EQUIPO COM FREIO PNEUMÁTICO MOVIMENTOS VERTICAL E HORIZONTAL PEDAL DO EQUIPO ROBUSTO E ESTÁVEL COM ALCA METÁLICA PARA REPOSICIONAMENTO ADERENTE AO PISO COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA ÁGUA AR E SPRAY DAS PONTAS E COM JOYSTICK DOS MOVIMENTOS SOBE E DESCE ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA BANDEJA ARTICULADA QUE POSICIONA ERGONOMICAMENTE INSTRUMENTOS E MATERIAIS A MÃO DO PROFISSIONAL, DISPOSITIVOS DE AJUSTE DA ÁGUA AR E SPRAY NOS TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO DE FÁCIL ACESSO E OPERAÇÃO MONITORADOS

POR MANÔMETRO UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM DESENHO ARREDONDADO DAS CARENAGENS PORTA COPOS COM ÁGUA AQUECIDA BRAÇOS SUPORTE DE PONTAS E COMANDO ELETRÔNICO SUPORTE DE PONTAS DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR GIRATÓRIO DA SÉRIE COM A SERINGA TRÍPLICE E SUGADORES DE 6,3 MM A 11 MM SUGADORES DA UNIDADE AUXILIAR VENTURI PREPARADOS TAMBÉM PARA SUÇÃO A VÁCUO DE ALTA POTÊNCIA COM TERMINAIS METÁLICOS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS COM REGULAGEM DE FLUXO O COMANDO ELETRÔNICO DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM AS FUNÇÕES DO EQUIPO BRACO ARTICULADO BACIA E RALO DE PORCELANA REBATÍVEL 90 GRAUS PARA PACIENTES COM DIFICULDADE DE APROXIMAÇÃO PARA CUSPIR CARENAGEM COM ABERTURA LATERAL FIXADA POR ÍMÃ QUE FAVORECE A APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO E FACILITA O TRABALHO ASSISTENTE NA POSIÇÃO DE 3 HORAS COM VISÃO DIRETA PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO DA UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR COM COMPONENTES ELETRÔNICOS EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO DURANTE A MANUTENÇÃO E PROTEGIDO CONTRA UMIDADES TRAQUEIAS DE CRISTAL COM ALMA DE AÇO ANTIESMAGAMENTO CHAVE DESPRESSURIZADORA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUE FAVORECE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FACILITA A MANUTENÇÃO TÉCNICA REFLETOR LED ESPELHO MULTIFACETADO COM 256 MICROFACETAS QUE REFLETEM A LUZ NATURAL E SEM SOMBRAS PROTETOR ACRÍLICO REMOVÍVEL DO CONJUNTO ESPELHO BRACO E CABEÇOTE DO REFLETOR MULTIARTICULADOS PARA ILUMINAÇÃO DIRETA DA CAVIDADE ORAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE TRABALHO MOCHO ODONTOLÓGICO COM MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO PERMITIR DUAS REGULAGENS UMA ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ALAVANCA LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO BASE ARANHA EM ALUMÍNIO ESCOVADO COM CINCO RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ASSENTO E ENCOSTO COM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA E ENCOSTO ERGONÔMICO COM AMPLA ÁREA DE APOIO PARA AS COSTAS E REGULAGEM DE ALTURA COM NÍVEIS DE AJUSTE PARA ADEQUAÇÃO AO TRABALHO PROFISSIONAL ESTOFAMENTO VISCOELÁSTICO COM REVESTIMENTO EM PVC POTÊNCIA MÍNIMA 1.100W.

FORNECEDOR – MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA

MARCA – DENTMED

MODELO – cf edital

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 28: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
MOTOR E FUSO ASSOCIADOS A AMORTECEDOR QUE ELIMINA IMPACTOS DE FIM DE CURSO	NÃO POSSUI
EMBUCHAMENTO DE BRONZE E EIXOS DE AÇO	NÃO POSSUI
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA STOP SYSTEM	NÃO POSSUI
CARENAGEM FIXADA POR ÍMÃ	NÃO POSSUI
COMANDO DE MÃO DO EQUIPO POSSUIR 15 FUNÇÕES	NÃO POSSUI

PEDAL DO EQUIPO ROBUSTO E ESTÁVEL COM ALCA METÁLICA	NÃO POSSUI
--	------------

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Emílio Carlos Souto

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini

Juarez Pandolfi Bueno de Souza