



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 30 DE ABRIL DE 2025

À
Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 35/2025, Edital no Comprasnet 90035/2025.

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM Nº 06 – MOCHO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE ELEVACAO E DESCIDA DO ASSENTO EFETUADO POR GAS PRESSURIZADO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL, ENCOSTO DO TORAX ANATOMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR DE IGUAL EFICIENCIA, AJUSTE DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO DO ENCOSTO ACIONADO POR MOLAS COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA COM MATERIAL SEM COSTURAS TIPO PVC LAMINADO COM MALHA POLIESTER, ACABAMENTOS LISOS COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO SOBRE BASE COM 05 RODIZIOS

FORNECEDOR – GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

MARCA – GG

MODELO – MD200 BACK SYSTEM

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 06: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
REVESTIDA COM MATERIAL SEM COSTURAS TIPO PVC LAMINADO	NÃO POSSUI

ITEM Nº 07 – FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED SEM FIO PORTATIL COM PISTOLA TIPO CANETA WIRELESS SEM FIO LUZ AZUL E VIOLETA COM LED 5W DIODO EMISSOR DE LUZ SEM AQUECIMENTO MINIMO PARA A RESINA E DENTE LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE GARANTINDO MAIOR ENTREGA DE ENERGIA COM ANGULO DE 90 COM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS CARREGADO POR BATERIA DE LI-ION 1400MAH COMPRIMENTO DE LUZ ENTRE 420 E 490NM NANOMETROS PARA POLIMERIZACAO DE RESINAS FOTOSSENSIVEIS MODO NORMAL COM INTENSIDADE DE LUZ ACIMA DE 1000 MW/CM E MODO ALTO COM INTENSIDADE ACIMA DE 2500 MW/CM PECA DE

MAO LEVE E ERGONOMICA PARA FACILITAR A OPERACAO PROGRAMACAO DE LUZ PULSANTE INTENSO OU GRADUAL COM SISTEMA DE RAMPA PARA MINIMIZAR CONTRACAO MARGINAL DE RESINAS INDICADOR LUMINOSO POR PULSO PISCA PISCA TEMPO DE OPERACAO 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS

FORNECEDOR – PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

MARCA – ESSENCE DENTAL

MODELO – DIAMOND BLUE STAR

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 07: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE	NÃO POSSUI
INTENSIDADE ACIMA DE 2500	NÃO POSSUI

ITEM Nº 08 – APARELHO PROFILAXIA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SODIO FREQUENCIA 24000 A 30000 HZ ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLOGICO PARA PERIODONTIA DENTISTICA PROTESE ENDODONTIA COM BOMBA PERISTALTICA FREQUENCIA DO ULTRASSOM 29000HZ APROXIMADAMENTE 15% CHAVE PARA 7 NIVEIS DE POTENCIA TRANSDUTOR CERAMICO COM SISTEMA PIEZOELETRICO AMPLITUDE DE VIBRACAO DA PONTA COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIAVEL ATE 0,25MM IRRIGACAO ATRAVES DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUA ACOMPANHA 3 PONTAS PERIO E 2 CHAVES DE INSTALACAO RESERVATÓRIO DE PO REMOVIVEL PAINEL VERTICAL COM VISOR E FACIL ACESSO RESERVATORIO DE 1L AGUA ACOPLADO E BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 VELOCIDADES E LUZ CONDUTOS DE PO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMATICA FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA PECAS DE MAO DO JATO DE BICARBONATO E DO ULTRASSOM LEVES ANATOMICAS COM CAPAS REMOVIVEIS AUTOCLAVAVEIS; COM PEDAL UNICO MANGUEIRAS LISAS LEVES E FLEXIVEIS VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60/HZ SELECIONAVEL GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DA INSTALACAO GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TECNICA PEÇAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS MANUAL TECNICO E DE OPERACAO

FORNECEDOR – CIRURGICA IZAMED LTDA

MARCA – ORTUS - ORTUS

MODELO – BIOSCALER C/B

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 08: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
PAINEL VERTICAL	NÃO POSSUI
CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE PÓ REMOVÍVEL	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 LITRO / LUZ	NÃO POSSUI

ITEM Nº 10 – CONJUNTO ODONTOLOGICO CART COMPOSTO POR CADEIRA ODONTOLOGICA COM MOVIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR MOTORREDUTORES ELETRICOS ARTICULACAO UNICA CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO QUE PERMITEM A MELHOR APROXIMACAO DO PROFISSIONAL AO PACIENTE EM QUALQUER POSICAO DE ATENDIMENTO E EVITA RISCOS DE ACIDENTES COM AS MAOS DO PACIENTE NAS ARTICULACOES NOS MOMENTOS DE MOVIMENTACAO DA CADEIRA TRES OU MAIS POSICOES DE TRABALHO AUTOMATICAS E PROGRAMAVEIS POSICAO DE VOLTA A ZERO AUTOMATICA PEDAL DE COMANDO COM BOTOES PARA PROGRAMACAO E ACIONAMENTO AUTOMATICO DAS POSICOES DE TRABALHO BOTAO PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO DA POSICAO VOLTA A ZERO PROGRAMACAO DAS INTENSIDADES E ACIONAMENTO DO REFLETOR ATRAVES DE COMANDO INCORPORADO AO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA OU ATRAVES DE SENSOR DE APROXIMACAO E ALAVANCA PARA ACIONAMENTO PRATICO E RAPIDO DOS MOVIMENTOS BASICOS DA CADEIRA SOBE DESCE ASSENTO SOBE DESCE ENCOSTO INDEPENDENTE DO OPERADOR ENCOSTO DE CABECA BIARTICULADO ESTOFAMENTOS CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTAVEL REVESTIDOS COM PVC DE SUPERFICIE LISA E SEM COSTURAS PROTETOR DE CALCANHAR EM PLASTICO TRANSPARENTE ESTRUTURA METALICA BALANCEADA QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE FIXACAO DA CADEIRA AO SOLO COM TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO REGULAGEM DE NIVEL DA CADEIRA PARA MELHOR ADAPTACAO EM PISO IRREGULAR EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO CART COM SISTEMA DE RODIZIOS ESTRUTURA METALICA PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMATICO UMA SERINGA TRIPLICE DOIS TERMINAIS TIPO BORDEM COM SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTACAO RESERVATORIO PRESSURIZADO PARA AGUA PEDAL DE COMANDO INDIVIDUAL E PROGRESSIVO COM SISTEMA DE BLOQUEIO DE AGUA E SOPRO DE AR PELO CONDUITO DO SPRAY ALTA ROTACAO EQUIPO COM PUXADORES BANDEJA EM ACO INOXIDAVEL UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA ACOPLADA ACOMPANHA MOVIMENTACAO DA CADEIRA COM BRACO MOVEL DOIS SUGADORES ALTA POTENCIA COM ADAPTADOR DE CANULA COM SISTEMA ABRE E FECHA VACUO COM ACIONAMENTO AUTOMATICO AO TIRAR DO SUPORTE E COM SEPARADOR DE DETRITOS E ACESSO EXTERNO MANGUEIRAS DO SUGADOR COM ENGATE RAPIDO PARA FACILITAR DESINFECCAO COMANDO ELETRICO PARA ACIONAMENTO DA AGUA NA BACIA COM TEMPORIZADOR QUE PERMITE A PROGRAMACAO DO TEMPO DE VAZAO DA AGUA EVITANDO DESPERDICIOS BACIA EM PORCELANA E REMOVIVEL COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO E PINTURA LISA SUPORTE MOVEL PARA SUGADORES REFLETOR ODONTOLOGICO ACOPLADO ACOMPANHA MOVIMENTACAO DA CADEIRA BRACOS TUBULAR METALICOS COM MOVIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL REGULADOS POR MOLA CABECOTE DE AMPLA MOBILIDADE COM GIRO DE 620° PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA POSSIBILITA ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CRUZADA REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS. POSSIBILITA A ESCOLHA DA POSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL SISTEMA OPTICO COM TRES LEDS TRES OU MAIS NIVEIS DE ILUMINACAO PROGRAMADOS ATRAVES DE COMANDO INCORPORADO AO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA OU ATRAVES DE SENSOR DE APROXIMACAO POTENCIA LUMINOSA DE 10000 A 30000 LUX PROTETOR FRONTAL REMOVIVEL DO CONJUNTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE

FORNECEDOR – DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

MARCA – DABI ATLANTE ALLIAGE

MODELO – D701 CART

PROPOSTA – APROVADA

ITEM Nº 11 – AUTOCLAVE DE NO MÍNIMO 42 LITROS COM MICROCONTROLADOR ELETRÔNICO QUE GARANTE A REPETIBILIDADE NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO CHAVE DE PORTA DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSÃO VALVULA DE SEGURANÇA ANTI VÁCUO DISPOSITIVO RESPONSÁVEL POR ALIVIAR O VÁCUO DA CÂMARA VASO DE PRESSÃO QUANDO HOUVER ALIVIA TAMBÉM A PRESSÃO DA CÂMARA VASO DE PRESSÃO CASO ULTRAPASSE OS VALORES LIMITE ESTABELECIDOS SISTEMA QUE AVALIA OS DADOS COLETADOS DURANTE O CICLO GARANTINDO QUE ESTES SEJAM ADEQUADOS AOS VALORES PADRÃO CANCELANDO O CICLO SE ALGUM DESTES NÃO FOR SATISFATORIO MENSAGENS DE ALERTA PERIODICAMENTE SERÃO EXIBIDAS MENSAGENS NO DISPLAY QUE ALERTAM O USUÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE TERMOSTATO DISPOSITIVO INTERNO QUE TEM COMO FUNÇÃO IMPEDIR O AQUECIMENTO EXCESSIVO DA CÂMARA VASO DE PRESSÃO CASO OCORRA UM PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO ELETRÔNICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA CONECTE A MANGUEIRA NA ENTRADA DE ÁGUA E INSIRA A PONTA COM O FILTRO DE ÁGUA NO GALÃO USADO COMO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA QUE DEVE ESTAR POSICIONADO PRÓXIMO A AUTOCLAVE E EM LOCAL ACESSÍVEL PARA SER REABASTECIDO MANUALMENTE SEMPRE QUE A ÁGUA ATINGIR O NÍVEL MÍNIMO DE 1000 ML SEIS PROGRAMAS PRÉ PROGRAMADOS SENSOR DE TEMPERATURA PROTEGE CONTRA QUALQUER VARIACÃO DE PRESSÃO TEMPERATURA DURANTE O CICLO DISPOSITIVO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA POTÊNCIA 3600 W

FORNECEDOR – CIRURGICA IZAMED LTDA

MARCA – DIGITALE

MODELO – 42

PROPOSTA – APROVADA

ITEM Nº 15 – LASER TERAPÊUTICO PARA UTILIZAÇÃO NA LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE ÓTICA PEÇA DE MÃO PLÁSTICA E POSSUI FORMATO ERGONÔMICO COMPOSTO POR DOIS LASERS DE DIODO INFRAVERMELHO 808NM E VISÍVEL VERMELHO 660NM E UM BICO DE APLICAÇÃO AUTOCLAVÁVEL OPÇÃO DE ESCOLHA RÁPIDA ATRAVÉS DE TECLAS E VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY DOS TEMPOS DE TRATAMENTO INTERVALO DE AJUSTE DE TEMPO ENTRE 10 S E 90 S CORRESPONDENTE A UMA VARIAÇÃO DE ENERGIA DE 1 A 9 JOULES MODOS DE OPERAÇÃO ILIB PERMITINDO REALIZAR TERAPIA CONHECIDA COMO FOTOBIOMODULAÇÃO SISTÊMICA VASCULAR E O MODO DE OPERAÇÃO FD CARREGADOR DE BATERIA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO E ALIMENTADO NA REDE ELÉTRICA BIVOLT 100/220 50/60HZ AJUSTE DE MODOS DE OPERAÇÃO E PARÂMETROS, MODO DE OPERAÇÃO L1 OPERAÇÃO LASER VERMELHO 660NM L2 OPERAÇÃO LASER INFRAVERMELHO 808NM L3 OPERAÇÃO SIMULTÂNEO DO LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO ILIB1 OPERAÇÃO LASER 660NM COM TEMPO FIXO EM 30 MINUTOS ILIB2 OPERAÇÃO LASER COM 808NM COM TEMPO FIXO EM 30 MINUTOS ILIB3 OPERAÇÃO LASER 6060 NM E 808NM COM TEMPO FIXO EM 30 MINUTOS FD OPERAÇÃO LASER 660NM PARA USO FOTOTERAPIA DINÂMICA FTD A POTÊNCIA MÁXIMA DOS LASERS SENDO 100MW APROXIMADAMENTE 20% O AJUSTE DE TEMPO DE APLICAÇÃO DE 10 A 90 SEGUNDOS COM INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS CORRESPONDENTE A UMA APLICAÇÃO DE 1 A 9 JOULES OU 33 / 300 J/CM²

CAIXA CARTONADA CONTENDO UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA REALIZAÇÃO DA FOTOBIMODULAÇÃO UM ÓCULO ESPECIAL PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL COM DEPOSIÇÃO DE FILME DIELÉTRICO QUE ATENUA SIMULTANEAMENTE OS DOIS LASERES UM ÓCULO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE LENTE VERDE UMA PULSEIRA ILIB UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA PARA CARREGADOR UMA BASE DE CARREGADOR E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

FORNECEDOR – ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

MARCA – MMO

MODELO – LASER DUO

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 27 – APARELHO PROFILAXIA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO FREQUÊNCIA 24000 A 30000 HZ ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO PARA PERIODONTIA DENTÍSTICA PROTESE ENDODONTIA COM BOMBA PERISTÁLTICA FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM 29000HZ APROXIMADAMENTE 15% CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA TRANSDUTOR CERÂMICO COM SISTEMA PIEZOELETRICO AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DA PONTA COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL ATÉ 0,25MM IRRIGAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE ÁGUA ACOMPANHA 3 PONTAS PERIO E 2 CHAVES DE INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO DE PO REMOVÍVEL PAINEL VERTICAL COM VISOR E FÁCIL ACESSO RESERVATÓRIO DE 1L ÁGUA ACOPLADO E BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 VELOCIDADES E LUZ CONDUTOS DE PO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA PEÇAS DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E DO ULTRASSOM LEVES ANATÔMICAS COM CAPAS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS; COM PEDAL ÚNICO MANGUEIRAS LISAS LEVES E FLEXÍVEIS VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60/HZ SELECIONÁVEL GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO DA INSTALAÇÃO GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO

FORNECEDOR – M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA – ORTUS

MODELO – BIOSCALER

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 27: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
PAINEL VERTICAL	PAINEL FRONTAL
CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE PÓ REMOVÍVEL	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 LITRO / LUZ	NÃO POSSUI

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Emílio Carlos Souto

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini

Juarez Pandolfi Bueno de Souza