



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 06 DE MAIO DE 2025

À

Secretaria de Compras e Licitações.

Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 35/2025, Edital no Comprasnet 90035/2025.

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM Nº 07 – FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED SEM FIO PORTATIL COM PISTOLA TIPO CANETA WIRELESS SEM FIO LUZ AZUL E VIOLETA COM LED 5W DIODO EMISSOR DE LUZ SEM AQUECIMENTO MINIMO PARA A RESINA E DENTE LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE GARANTINDO MAIOR ENTREGA DE ENERGIA COM ANGULO DE 90 COM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS CARREGADO POR BATERIA DE LI-ION 1400MAH COMPRIMENTO DE LUZ ENTRE 420 E 490NM NANOMETROS PARA POLIMERIZACAO DE RESINAS FOTOSSENSIVEIS MODO NORMAL COM INTENSIDADE DE LUZ ACIMA DE 1000 MW/CM E MODO ALTO COM INTENSIDADE ACIMA DE 2500 MW/CM PECA DE MAO LEVE E ERGONOMICA PARA FACILITAR A OPERACAO PROGRAMACAO DE LUZ PULSANTE INTENSO OU GRADUAL COM SISTEMA DE RAMP A PARA MINIMIZAR CONTRACAO MARGINAL DE RESINAS INDICADOR LUMINOSO POR PULSO PISCA PISCA TEMPO DE OPERACAO 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS

FORNECEDOR – M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA

MARCA – DENTEMED

MODELO – PRIME LED

PROPOSTA – REPROVADA

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 07: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 90035/2025.	
SOLICITADO	PROPOSTA
LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE	NÃO POSSUI
INTENSIDADE ACIMA DE 2500	NÃO POSSUI

ITEM Nº 08 – APARELHO PROFILAXIA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SODIO FREQUENCIA 24000 A 30000 HZ ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLOGICO PARA PERIODONTIA DENTISTICA PROTESE ENDODONTIA COM

BOMBA PERISTALTICA FREQUENCIA DO ULTRASSOM 29000HZ APROXIMADAMENTE 15% CHAVE PARA 7 NIVEIS DE POTENCIA TRANSDUTOR CERAMICO COM SISTEMA PIEZOELETRICO AMPLITUDE DE VIBRACAO DA PONTA COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIAVEL ATE 0,25MM IRRIGACAO ATRAVES DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUA ACOMPANHA 3 PONTAS PERIO E 2 CHAVES DE INSTALACAO RESERVATÓRIO DE PO REMOVIVEL PAINEL VERTICAL COM VISOR E FACIL ACESSO RESERVATORIO DE 1L AGUA ACOPLADO E BOMBA PERISTÁLTICA COM 3 VELOCIDADES E LUZ CONDUTOS DE PO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMATICA FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA PECAS DE MAO DO JATO DE BICARBONATO E DO ULTRASSOM LEVES ANATOMICAS COM CAPAS REMOVIVEIS AUTOCLAVAVEIS; COM PEDAL UNICO MANGUEIRAS LISAS LEVES E FLEXIVEIS VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60/HZ SELECIONAVEL GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DA INSTALACAO GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TECNICA PEÇAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS MANUAL TECNICO E DE OPERACAO

FORNECEDOR – DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

MARCA – DABI ATLANTE ALLIAGE

MODELO – PROFI NEO

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 09 – AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO DE AGUA SOB PRESSAO GABINETE EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI CAMARA DE ESTERILIZACAO ISOLADA COM MANTA DE LA DE VIDRO FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 18/8 COM MINIMO 18 LITROS SUPORTE COM TRES BANDEJAS ARAMADAS EM INOX REMOVIVEIS PERMITEM A LIMPEZA TOTAL DA CAMARA INTERNA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO INTERNA ANTIOXIDANTE PORTA DA CAMARA EM ACO INOX COM GRANDE RESISTENCIA A PRESSAO SISTEMA DE VEDACAO DA PORTA COM GUARNICAO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE RESISTENTE A VARIACAO DE TEMPERATURA E PRESSAO PORTA COM BARREIRA EXTERNA EM CHAPA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ESTRUTURADO TRAVAMENTO DA PORTA COM SISTEMA DESLIZANTE ABASTECIMENTO MANUAL DA CAMARA COM AGUA DESTILADA VALVULA COM ABERTURA AUTOMATICA CONTRA SOBRE PRESSAO DA CAMARA DE ESTERILIZACAO CASO ULTRAPASSE DE 3,0 KGF/CM2 E SENSOR DE SOBRE AQUECIMENTO DESLIGA AUTOMATICAMENTE A RESISTENCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO POTENCIA DE 1700 W PAINEL DE COMANDO DIGITAL INDICA SE A PORTA ESTA ABERTA OU FECHADA LED HEAT INDICA SE A RESISTÊNCIA ESTA LIGADA OU DESLIGADA TECLA START PARA INICIO DO CICLO CHAVE LIGA/DESLIGA PAINEL DIGITAL INDICA TEMPO TEMPERATURA E PRESSAO DENTRO DA CAMARA DE ESTERILIZACAO DOIS CICLOS ESTERILIZACAO PADRAO PREPROGRAMADA APOS ATINGIR A PRESSAO E TEMPERATURA DE OPERACAO COM UM CICLO DE 5 MINUTOS VAPOR SATURADO DE AGUA A 134°C DE TEMPERATURA E PRESSAO DE 2,3KGF/CM2 PARA MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DESEMBALADOS ENVELOPADOS E EMPACOTADOS E UM CICLO DE 20 MINUTOS VAPOR SATURADO DE AGUA A 121°C DE TEMPERATURA E PRESSAO DE 1,7KGF/CM2 PARA MATERIAS SENSIVEIS A TEMPERATURA ELEVADA 2 DESAERACAO AUTOMATICA ANTES DE INICIAR OS CICLOS DE ESTERILIZACAO AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTAO AUTOMATICA E A AUTOCLAVE ENTRA AUTOMATICAMENTE EM CICLO DE SECAGEM COM A PORTA FECHADA POR TEMPO REGULADO DE 20 ATE 60 MINUTOS COM A SEGUNDA RESISTENCIA AUXILIAR EXTERNA LIGADA MANTENDO A CAMARA EM TEMPERATURA DE

APROXIMADAMENTE 100° APROXIMADAMENTE 10% ATE O FIM DO CICLO DE SECAGEM

FORNECEDOR – ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

MARCA – WOSON

MODELO – TANDA COLOR 23I

PROPOSTA – **APROVADA**

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Emílio Carlos Souto

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini

Juarez Pandolfi Bueno de Souza