



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Pederneiras-SP, 11 de Julho de 2025

À
Secretaria Municipal de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico nº 66/2025.

CONCLUSÃO: Diante do resultado apresentado, **PROPOMOS:**

Para os itens abaixo:

Fornecedor: Imparmedi Comercial Importadora e exportadora de Material Hospitalar LTDA

Item 12: COBERTURA ESTÉRIL NÃO ADERENTE COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, COMPOSTA DE CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA

Marca: Fibrosol Ag Extra Non Adesive: Reprovado apresentou Amostras em desacordo com o Edital. A amostra não é composta por cloreto benzetonio e nem EDTA

Fornecedor: Imparmedi Comercial Importadora e exportadora de Material Hospitalar LTDA

Item 14 e 15: CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL NÃO ADERENTE NÃO OCLUSIVO CONSTITUÍDO POR UMA REDE TÊXTIL 100% DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC AG (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA CARBOXIMETILCELULOSE E SAIS DE PRATA). TAMANHO 15X15 CM E 10X10CM

Marca: Pharma Jelly Net Reprovado apresentou Amostras em desacordo com o Edital. A amostra não é composta pela matriz cicatrizante TLC AG - com ação antimicrobiana

Atenciosamente,

Marcela Mariano de Souza

