



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 18 DE SETEMBRO DE 2026

À

Secretaria de Compras e Licitações.  
Cendy Biazuzo Ramos

## Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 77/2026, Edital no Comprasnet 986835-17/2026 UASG: 986835

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

**ITEM N° 05** – Seladora com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico, específico para esterilização em autoclaves, com regulagem de temperatura, com bandeja de apoio, área de selagem 30cm, voltagem bivolt ou 110volts, dimensões aproximadas (l x p x a) 30 x 24 x 100 cm 04 UN – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO 01 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA 01 UN – SILVIA ADRIANA REGINATO – VANGLÓRIA 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI

**FORNECEDOR** – ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA ODONTOMEDICA LTDA

**MARCA** – SELAPLAST

**MODELO** – SELAPLAST

**PROPOSTA** – **REPROVADA**

| AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 05: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL N° 986835-16/2026 . |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SOLICITADO</b>                                                                                                                   | <b>PROPOSTA</b> |
| COM BANDEJA DE APOIO                                                                                                                | NÃO POSSUI      |

**ITEM N° 06** – Mocho odontológico com sistema de elevação e descida do assento efetuado por gás pressurizado com acionamento através de alavanca lateral, encosto do tórax anatômico com ajuste de altura por sistema de catraca ou similar de igual eficiência, ajuste de aproximação e afastamento do encosto acionado por molas com travamento por alavanca lateral, assento e encosto estofados em espuma injetada e revestida com material sem costuras tipo PVC laminado com malha poliéster, acabamentos lisos com cantos arredondados, montado sobre base com 05 rodízios, cores a combinar. 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – SILVIA ADRIANA REGINATO – VANGLÓRIA 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI

**FORNECEDOR** – MEDICAL IMPORT LTDA EPP

**MARCA** – MARTFLEX

**MODELO** – 5R

**PROPOSTA** – **REPROVADA**

| AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 06: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SOLICITADO</b>                                                                                                                                                                                            | <b>PROPOSTA</b> |
| ENCOSTO DO TORAX ANATOMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR DE IGUAL EFICIENCIA, AJUSTE DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO DO ENCOSTO ACIONADO POR MOLAS COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL | NÃO POSSUI      |

**ITEM Nº 07** – Aparelho profilaxia ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, frequência 24000 a 30000 hz, ultrassom e jato de bicarbonato odontológico para periodontia, dentística, prótese, endodontia, com bomba peristáltica, frequência do ultrassom 29000hz aproximadamente 15%, chave para 7 níveis de potência, transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico, amplitude de vibração da ponta com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável ate 0,25 mm irrigação através de sistema de controle do fluxo de água acompanha 3 pontas perio e 2 chaves de instalação reservatório de pó removível, painel vertical com visor e fácil acesso, reservatório de 1L água acoplado e bomba peristáltica com 3 velocidades e luz condutos de pó com sistema de limpeza automática filtro de ar com drenagem automática, pecas de mão do jato de bicarbonato e do ultrassom leves anatômicas com capas removíveis autoclaváveis; com pedal único mangueiras lisas leves e flexíveis voltagem 110/220 volts 50/60/hz selecionável garantia mínima de 1 ano da instalação garantia de assistência técnica, peças de reposição por 5 anos manual técnico e de operação. 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO – POSTÃO 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI

**FORNECEDOR** – MEDICAL IMPORT LTDA

**MARCA** – KONDETECH

**MODELO** – SCALERJET

**PROPOSTA** – **REPROVADA**

| AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 07: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 . |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SOLICITADO</b>                                                                                                                   | <b>PROPOSTA</b> |
| PAINEL VERTICAL                                                                                                                     | NÃO POSSUI      |
| CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA                                                                                                     | NÃO POSSUI      |
| RESERVATÓRIO DE PÓ REMOVÍVEL                                                                                                        | NÃO POSSUI      |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 LITRO / LUZ                                                                                                  | NÃO POSSUI      |
| COM BOMBA PERISTÁLTICA                                                                                                              | NÃO POSSUI      |

**ITEM Nº 08** – Conjunto odontológico cart composto por: cadeira odontológica com movimentos do assento e encosto acionados por motorreductores elétricos, articulação única central entre assento e encosto que permitem a melhor aproximação do profissional ao paciente em qualquer posição de atendimento e evita riscos de acidentes com as mãos do paciente nas articulações nos momentos de movimentação da cadeira, três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis, posição de volta a zero automática, pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição volta a zero, programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação e alavanca para acionamento prático e rápido dos movimentos básicos da cadeira sobe desce, assento sobe desce, encosto independente do operador, encosto de cabeça biarticulado, estofamentos confeccionados em material resistente e confortável revestidos com pvc de superfície lisa e sem costuras, protetor de calcanhar em plástico transparente, estrutura metálica balanceada que elimina a necessidade de fixação da cadeira ao solo com tratamento contra oxidação, regulagem de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular. Equipo odontológico tipo cart com sistema de rodízios estrutura metálica, pontas com acionamento individual e automático uma seringa tríplice, dois terminais tipo bordem com spray para alta e baixa rotação, reservatório pressurizado para água, pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação equipo com puxadores, bandeja em aço inoxidável, unidade auxiliar odontológica acoplada acompanha movimentação da cadeira com braço móvel, dois sugadores alta potência com adaptador de cânula com sistema abre e fecha vácuo com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos e acesso externo mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água evitando desperdícios bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa suporte móvel para sugadores refletor odontológico acoplado acompanha movimentação da cadeira braços tubular, metálicos com movimentação horizontal e vertical regulados por mola, cabeçote de ampla mobilidade com giro de 620º puxadores bilaterais em forma de alca possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, removíveis e autoclaváveis. Possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional sistema óptico com três leds três ou mais níveis de iluminação programados através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação potência luminosa de 10000 a 30000, lux protetor frontal removível do conjunto em policarbonato transparente. COR DO ESTOFADO A COMBINAR. 01 UN – FLORINDO DA SILVA – GUAIANAS 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO – POSTÃO 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO

**FORNECEDOR** – BETANIAMED COMERCIAL LTDA

**MARCA** – PRIME WELT

**MODELO** – CONSULT. ODONT. CX One CX-8000 + acessórios

**PROPOSTA** – **REPROVADA**

| AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 08: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SOLICITADO</b>                                                                                                                             | <b>PROPOSTA</b> |
| ALAVANCA PARA ACIONAMENTO PRÁTICO E RÁPIDO DOS MOVIMENTOS BÁSICOS DA CADEIRA SOBE DESCE, ASSENTO SOBE DESCE, ENCOSTO INDEPENDENTE DO OPERADOR | NÃO POSSUI      |
| PEDAL DE COMANDO INDIVIDUAL E                                                                                                                 | NÃO POSSUI      |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROGRESSIVO COM SISTEMA DE BLOQUEIO DE ÁGUA E SOPRO DE AR PELO CONDUTO DO SPRAY ALTA ROTAÇÃO EQUIPO COM PUXADORES                                                                                                                                  |            |
| SISTEMA ÓPTICO COM TRÊS LEDS TRÊS OU MAIS NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO PROGRAMADOS ATRAVÉS DE COMANDO INCORPORADO AO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA OU ATRAVÉS DE SENSOR DE APROXIMAÇÃO, PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL DO CONJUNTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE | NÃO POSSUI |
| OBS. ANVISA 80349600016 E 80349600014 – SÓ CONTEMPLA EQUIPO TIPO ACOPLADO- NÃO FOI ENCONTRADO EQUIPO TIPO CART.                                                                                                                                    |            |

**ITEM Nº 10** – Fotopolimerizador tipo LED sem fio portátil com pistola tipo caneta wireless sem fio luz azul e violeta com LED 5w diodo emissor de luz sem aquecimento mínimo para a resina e dente LED acoplado na extremidade garantindo maior entrega de energia com ângulo de 90 com giro livre de 360 graus carregado por bateria de li-ion 1400mah comprimento de luz entre 420 e 490nm nanômetros para polimerização de resinas fotossensíveis modo normal com intensidade de luz acima de 1000 mw/cm e modo alto com intensidade acima de 2500 mw/cm peca de mão leve e ergonômica para facilitar a operação programação de luz pulsante intenso ou gradual com sistema de rampa para minimizar contração marginal de resinas indicador luminoso por pulso piscapisca tempo de operação 20 segundos com bip sonoro a cada 5 segundos. 01 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO  
**FORNECEDOR** – ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA ODONTOMEDICA LTDA  
**MARCA** – BIOTRON  
**MODELO** – BIOTRON  
**PROPOSTA** – **REPROVADA**

|                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 10: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 . |                     |
| <b>SOLICITADO</b>                                                                                                                   | <b>PROPOSTA</b>     |
| LED ACOPLADO NA EXTREMIDADE                                                                                                         | NÃO POSSUI          |
| LUZ VIOLETA                                                                                                                         | NÃO POSSUI          |
| MODO ALTO INTENSIDADE ACIMA DE 2500 MW/CM                                                                                           | POTENCIA 1000 MW/CM |

**ITEM Nº 12** – Gaveteiro clínico odontológico volante com 6 gavetas, sendo: 3 gavetas 70 cm, 2 gavetas 120 cm e 1 gaveta 195 cm. Em mdf branco 15 mm, tampo de 3 cm de espessura com rodízio de silicone e puxadores em perfil de alumínio. 01 UN – OSVALDO BUENO DE CAMARGO – VILA PAULISTA

**FORNECEDOR** – ODONTOBAU – EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO LTDA - EPP

**MARCA** – LAFAIETE

**MODELO** – 6 GAVETAS

**PROPOSTA** – **APROVADA**

**ITEM Nº 13** – Conjunto odontológico cart composto por: cadeira odontológica com movimentos do assento e encosto acionados por motorreduzidores elétricos, articulação única central entre assento e encosto que permitem a melhor aproximação do profissional ao paciente em qualquer posição de atendimento e evita riscos de acidentes com as mãos do paciente nas articulações nos momentos de movimentação da cadeira, três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis, posição de volta a zero automática, pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição volta a zero, programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação e alavanca para acionamento prático e rápido dos movimentos básicos da cadeira sobe desce, assento sobe desce, encosto independente do operador, encosto de cabeça biarticulado, estofamentos confeccionados em material resistente e confortável revestidos com pvc de superfície lisa e sem costuras, protetor de calcanhar em plástico transparente, estrutura metálica balanceada que elimina a necessidade de fixação da cadeira ao solo com tratamento contra oxidação, regulagem de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular. Equipamento odontológico tipo cart com sistema de rodízios estrutura metálica, pontas com acionamento individual e automático uma seringa triplice, dois terminais tipo bordem com spray para alta e baixa rotação, reservatório pressurizado para água, pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação equipamento com puxadores, bandeja em aço inoxidável, unidade auxiliar odontológica acoplada acompanha movimentação da cadeira com braço móvel, dois sugadores alta potência com adaptador de cânula com sistema abre e fecha vácuo com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos e acesso externo mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água evitando desperdícios bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa suporte móvel para sugadores refletor odontológico acoplado acompanha movimentação da cadeira braços tubular, metálicos com movimentação horizontal e vertical regulados por mola, cabeçote de ampla mobilidade com giro de 620° puxadores bilaterais em forma de alca possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, removíveis e autoclaváveis. Possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional sistema óptico com três leds três ou mais níveis de iluminação programados através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação potência luminosa de 10000 a 30000, lux protetor frontal removível do conjunto em policarbonato transparente. COR DO ESTOFADO A COMBINAR. 01 UN – OSVALDO NACHBAR – MARIA ELENA

**FORNECEDOR** – BETANIAMED COMERCIAL LTDA

**MARCA** – PRIME WELT

**MODELO** – CONSULT. ODONT. CX One CX-8000 + acessórios

**PROPOSTA** – **REPROVADA**

| AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 13: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SOLICITADO</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PROPOSTA</b> |
| ALAVANCA PARA ACIONAMENTO PRÁTICO E RÁPIDO DOS MOVIMENTOS BÁSICOS DA CADEIRA SOBE DESCE, ASSENTO SOBE DESCE, ENCOSTO INDEPENDENTE DO OPERADOR                                                                                                      | NÃO POSSUI      |
| PEDAL DE COMANDO INDIVIDUAL E PROGRESSIVO COM SISTEMA DE BLOQUEIO DE ÁGUA E SOPRO DE AR PELO CONDUTO DO SPRAY ALTA ROTAÇÃO EQUIPO COM PUXADORES                                                                                                    | NÃO POSSUI      |
| SISTEMA ÓPTICO COM TRÊS LEDS TRÊS OU MAIS NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO PROGRAMADOS ATRAVÉS DE COMANDO INCORPORADO AO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA OU ATRAVÉS DE SENSOR DE APROXIMAÇÃO, PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL DO CONJUNTO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE | NÃO POSSUI      |
| OBS. ANVISA 80349600016 E 80349600014 – SÓ CONTEMPLA EQUIPO TIPO ACOPLADO-NÃO FOI ENCONTRADO EQUIPO TIPO CART.                                                                                                                                     |                 |

---

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

---

Ieda Maria Bertolini Franceschi

---

Iula Maria Bertolini