



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 22 DE SETEMBRO DE 2026

À

Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 77/2026, Edital no Comprasnet 986835-17/2026 UASG: 986835

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM N° 05 – Seladora com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico, específico para esterilização em autoclaves, com regulagem de temperatura, com bandeja de apoio, área de selagem 30cm, voltagem bivolt ou 110volts, dimensões aproximadas (l x p x a) 30 x 24 x 100 cm 04 UN – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO 01 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA 01 UN – SILVIA ADRIANA REGINATO – VANGLÓRIA 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI
FORNECEDOR – CIRURGICA IZAMED LTDA
MARCA – AGIR - AGIR
MODELO – PROTECT SEAL PEDAL 42 CM
PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM N° 06 – Mocho odontológico com sistema de elevação e descida do assento efetuado por gás pressurizado com acionamento através de alavanca lateral, encosto do tórax anatômico com ajuste de altura por sistema de catraca ou similar de igual eficiência, ajuste de aproximação e afastamento do encosto acionado por molas com travamento por alavanca lateral, assento e encosto estofados em espuma injetada e revestida com material sem costuras tipo PVC laminado com malha poliéster, acabamentos lisos com cantos arredondados, montado sobre base com 05 rodízios, cores a combinar. 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – SILVIA ADRIANA REGINATO – VANGLÓRIA 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI
FORNECEDOR – RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA
MARCA – TATTO ESTÉTICA SALÃO
MODELO – MOCHO BANQUETA GIRATÓRIO COM RODINHAS
PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 06: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL N° 986835-16/2026 .

<i>SOLICITADO</i>	<i>PROPOSTA</i>
ENCOSTO DO TORAX ANATOMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR DE IGUAL EFICIENCIA, AJUSTE DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO DO ENCOSTO ACIONADO POR MOLAS COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL	NÃO POSSUI ENCOSTO

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini