



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 22 DE SETEMBRO DE 2026

À

Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 77/2026, Edital no Comprasnet 986835-17/2026 UASG: 986835

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM Nº 07 – Aparelho profilaxia ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, frequência 24000 a 30000 hz, ultrassom e jato de bicarbonato odontológico para periodontia, dentística, prótese, endodontia, com bomba peristáltica, frequência do ultrassom 29000hz aproximadamente 15%, chave para 7 níveis de potência, transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico, amplitude de vibração da ponta com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável ate 0,25 mm irrigação através de sistema de controle do fluxo de água acompanha 3 pontas perio e 2 chaves de instalação reservatório de pó removível, painel vertical com visor e fácil acesso, reservatório de 1L água acoplado e bomba peristáltica com 3 velocidades e luz condutos de pó com sistema de limpeza automática filtro de ar com drenagem automática, pecas de mão do jato de bicarbonato e do ultrassom leves anatômicas com capas removíveis autoclaváveis; com pedal único mangueiras lisas leves e flexíveis voltagem 110/220 volts 50/60/hz selecionável garantia mínima de 1 ano da instalação garantia de assistência técnica, peças de reposição por 5 anos manual técnico e de operação. 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO – POSTÃO 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI

FORNECEDOR – MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

MARCA – DENTEMED

MODELO – ULTRASSOM + JATO

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 07: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .	
SOLICITADO	PROPOSTA
PAINEL VERTICAL	NÃO POSSUI
CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO COM LUZ	NÃO POSSUI

ITEM Nº 10 – Fotopolimerizador tipo LED sem fio portátil com pistola tipo caneta wireless sem fio luz azul e violeta com LED 5w diodo emissor de luz sem aquecimento mínimo para a resina e dente LED acoplado na extremidade garantindo maior entrega de energia com ângulo de 90 com giro livre de 360 graus carregado por bateria de li-ion 1400mah comprimento de luz entre 420 e 490nm nanômetros para polimerização de resinas fotossensíveis modo normal com intensidade de luz acima de 1000 mw/cm e modo alto com intensidade acima de 2500 mw/cm peça de mão leve e ergonômica para facilitar a operação programação de luz pulsante intenso ou gradual com sistema de rampa para minimizar contração marginal de resinas indicador luminoso por pulso piscapisca tempo de operação 20 segundos com bip sonoro a cada 5 segundos. 01 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO

FORNECEDOR – ODONTOBAU – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA - EPP

MARCA – MMO

MODELO – O-LIGHT

PROPOSTA – **APROVADA**

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini