



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS 16 DE SETEMBRO DE 2026

À

Secretaria de Compras e Licitações.
Cendy Biazuzo Ramos

Relatório da Equipe Técnica de Avaliação

Assunto: Resultado de Avaliação dos Produtos do Pregão Eletrônico 77/2026, Edital no Comprasnet 986835-17/2026 UASG: 986835

Conclusão: Diante do resultado apresentado, PROPOMOS para os itens abaixo:

ITEM N° 01 – Aparelho batedor de cápsulas de alta eficiência, compacto, com painel de controle com membranas de fácil operação, display indicador de tempo de batimento, timer de 1 a 16 segundos com divisão de 1 em 1 segundo, memorização do último tempo de batimento selecionado, compatibilidade para receber cápsulas de todas as procedências, cobertura de proteção com dispositivo automático de segurança que interrompe a operação caso a cobertura seja aberta, superfície lisa de fácil desinfecção 01 UN – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FORNECEDOR – CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

MARCA – KONDENTECH

MODELO – YG100

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM N° 02 – Fotóforo portátil que emite um foco de luz branca para iluminação cirúrgica e para exames alimentado por bateria recarregável de liion e acompanha um carregador de bateria bivolt utilizada a nova tecnologia de led para geração da luz sem a necessidade de condução através de cabos ópticos os leds emitem uma temperatura de cor em torno de 6500k possui três ajustes de intensidade luminosa 01 UN – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FORNECEDOR – TITANIUM IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LT

MARCA – MED

MODELO – 5W

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM N° 03 – Sistema de purificação de água por osmose reversa completo montado e pronto para instalação destinado a produção de água desmineralizada com alta pureza para uso em autoclaves com capacidade de no mínimo 15 litros por hora com 4 estágios de purificação sendo eles polipropileno carvão ativado osmose reversa resina de troca iônica tensão de trabalho 220v garantia mínima 12 meses vida útil dos refis polipropileno e carvão ativado 4.000 litros resina mista 1.200 litros membrana 12 a 18 meses conexão de entrada de água meia polegada bomba pressurizadora bivolt manômetro 0–10 psi indicando substituição da membrana quando pressão menor 6 psi alimentação de água rede pública parâmetros de entrada cloro menor 3 ppm salinidade máxima 250

ppm dureza menor 30 ppm vazão mínimo 15 litros por hora temperatura de operação ate 50 graus pressão máxima: 100 psi 7 kgf cm instalação portátil com suporte para parede, dimensões aproximadas 35 x 43 x 23 cm l x a x p peso aproximado 12 kg sistema automático operação automática podendo permanecer ligado continuamente a produção de água inicia se com a abertura do registro de saída de água tratada ou do reservatório pressurizado sendo interrompida automaticamente ao bloquear a saída de água produzida e do descarte rejeito. Acessórios inclusos 01 unidade de osmose reversa 4 estágios de filtração 01 bomba de diafragma motorizada bivolt 01 torneira tipo faucet cromada um quarto de volta para bancada 01 manômetro 0– 10 psi 01 chave de manutenção 01 conexão de meia para ponto de água 07 metros de mangueira um quarto 01 UN – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FORNECEDOR– PHM COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA

MARCA – IBBL BR FISH

MODELO – FILTRO OSMOSE REVERSA 100GPD MANOMETRO BOMBA E TDS COMPLETO

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 04 – Compressor de ar para uso odontológico com motor de 1,5 hp sem óleo 8pcm 30l 1720 rpm 1100w com gabinete acústico para 1 consultório reservatório com tratamento interno anticorrosivo em conformidade com norma nr13 do ministério do trabalho volume de 24l aproximadamente 10% pressão máxima de 120 libras/pol2 e mínima de 80 libras/pol2 1 unidade compressora 1 estagio 2 pistões vazão de ar de 7 pes3/min 200l/m alívio do cabeçote elétrico com 1 saída de ar regulável 1/4 pol manômetro válvula de segurança nível de ruido 60 db aproximado acompanha filtro de ar com dreno automático com gabinete acústico embalado em caixa de madeira que garante a integridade do produto alimentação da rede de 110/220v e 60 hz selecionável garantia mínima de 1 ano a partir da instalação assistência técnica e peças de reposição por 5 anos manual de operação manutenção e treinamento 1 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA

FORNECEDOR – BETANIAMED COMERCIAL LTDA

MARCA – DENTEMED

MODELO – PRIME AIR 40 - 110V

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 05 – Seladora com acionamento por pedal, para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico, específico para esterilização em autoclaves, com regulagem de temperatura, com bandeja de apoio, área de selagem 30cm, voltagem bivolt ou 110volts, dimensões aproximadas (l x p x a) 30 x 24 x 100 cm 04 UN – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO 01 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA 01 UN – SILVIA ADRIANA REGINATO – VANGLÓRIA 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI

FORNECEDOR – PI SOLUCOES E COMERCIO LTDA

MARCA – CETRO

MODELO – SELADORA GRAU CIRURGICO

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 05: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .	
SOLICITADO	PROPOSTA
COM BANDEJA DE APOIO	NÃO POSSUI

ITEM Nº 06 – Mocho odontológico com sistema de elevação e descida do assento efetuado por gás pressurizado com acionamento através de alavanca lateral, encosto do tórax anatômico com ajuste de altura por sistema de catraca ou similar de igual eficiência, ajuste de aproximação e afastamento do encosto acionado por molas com travamento por alavanca lateral, assento e encosto estofados em espuma injetada e revestida com material sem costuras tipo PVC laminado com malha poliéster, acabamentos lisos com cantos arredondados, montado sobre base com 05 rodízios, cores a combinar. 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – SILVIA ADRIANA REGINATO – VANGLÓRIA 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI

FORNECEDOR – GIORDANO & GIORDANO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS

MARCA – FOSHAN DENTECK

MODELO – DTK 008

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 06: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .

SOLICITADO	PROPOSTA
ENCOSTO DO TORAX ANATOMICO COM AJUSTE DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA OU SIMILAR DE IGUAL EFICIENCIA, AJUSTE DE APROXIMACAO E AFASTAMENTO DO ENCOSTO ACIONADO POR MOLAS COM TRAVAMENTO POR ALAVANCA LATERAL	NÃO POSSUI

ITEM Nº 07 – Aparelho profilaxia ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, frequência 24000 a 30000 hz, ultrassom e jato de bicarbonato odontológico para periodontia, dentística, prótese, endodontia, com bomba peristáltica, frequência do ultrassom 29000hz aproximadamente 15%, chave para 7 níveis de potência, transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico, amplitude de vibração da ponta com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável ate 0,25 mm irrigação através de sistema de controle do fluxo de água acompanha 3 pontas perio e 2 chaves de instalação reservatório de pó removível, painel vertical com visor e fácil acesso, reservatório de 1L água acoplado e bomba peristáltica com 3 velocidades e luz condutos de pó com sistema de limpeza automática filtro de ar com drenagem automática, pecas de mão do jato de bicarbonato e do ultrassom leves anatômicas com capas removíveis autoclaváveis; com pedal único mangueiras lisas leves e flexíveis voltagem 110/220 volts 50/60/hz selecionável garantia mínima de 1 ano da instalação garantia de assistência técnica, peças de reposição por 5 anos manual técnico e de operação. 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO – POSTÃO 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO 01 UN – WALDOMIRO FERNANDES MATEUS – ANTONIO DE CONTI

FORNECEDOR – BETANIAMED COMERCIAL LTDA

MARCA – DENTEMED

MODELO – PRIME One PUMP

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 07: EQUIPAMENTO COM

CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .	
SOLICITADO	PROPOSTA
PAINEL VERTICAL	NÃO POSSUI
CHAVE PARA 7 NÍVEIS DE POTÊNCIA	NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO COM LUZ	NÃO POSSUI

ITEM Nº 08 – Conjunto odontológico cart composto por: cadeira odontológica com movimentos do assento e encosto acionados por motorreduzidores elétricos, articulação única central entre assento e encosto que permitem a melhor aproximação do profissional ao paciente em qualquer posição de atendimento e evita riscos de acidentes com as mãos do paciente nas articulações nos momentos de movimentação da cadeira, três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis, posição de volta a zero automática, pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição volta a zero, programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação e alavanca para acionamento prático e rápido dos movimentos básicos da cadeira sobe desce, assento sobe desce, encosto independente do operador, encosto de cabeça biarticulado, estofamentos confeccionados em material resistente e confortável revestidos com pvc de superfície lisa e sem costuras, protetor de calcanhar em plástico transparente, estrutura metálica balanceada que elimina a necessidade de fixação da cadeira ao solo com tratamento contra oxidação, regulagem de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular. Equipo odontológico tipo cart com sistema de rodízios estrutura metálica, pontas com acionamento individual e automático uma seringa triplice, dois terminais tipo bordem com spray para alta e baixa rotação, reservatório pressurizado para água, pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação equipo com puxadores, bandeja em aço inoxidável, unidade auxiliar odontológica acoplada acompanha movimentação da cadeira com braço móvel, dois sugadores alta potência com adaptador de cânula com sistema abre e fecha vácuo com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos e acesso externo mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água evitando desperdícios bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa suporte móvel para sugadores refletor odontológico acoplado acompanha movimentação da cadeira braços tubular, metálicos com movimentação horizontal e vertical regulados por mola, cabeçote de ampla mobilidade com giro de 620° puxadores bilaterais em forma de alca possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, removíveis e autoclaváveis. Possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional sistema óptico com três leds três ou mais níveis de iluminação programados através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação potência luminosa de 10000 a 30000, lux protetor frontal removível do conjunto em policarbonato transparente. COR DO ESTOFADO A COMBINAR. 01 UN – FLORINDO DA SILVA – GUAIANAS 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO – POSTÃO 01 UN – GUMERCINDO GUERMANDI – SANTELMO

FORNECEDOR – GIORDANO & GIORDANO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS

MARCA – FOSHAN DENTECK

MODELO – DTK 895

PROPOSTA – REPROVADA

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 08: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .	
SOLICITADO	PROPOSTA
CONJUNTO ODONTOLÓGICO COM EQUIPO TIPO CART	CONJUNTO ODONTOLÓGICO COM EQUIPO ACOPLADO

ITEM Nº 09 – Negatoscópio 1 corpo medindo aproximadamente 44 x 50 x 10 cm, confeccionado em chapa de aço esmaltada, acrílico branco leitoso, fixador de radiografias esmaltado, bivolt através de chave seletora, para utilização em parede. 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO – POSTÃO 01 UN – JULIO BERTOLINI – MICHEL NEME

FORNECEDOR – RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMAÇÃO LTDA

MARCA – NEGATOSCÓPIO MEDICO

MODELO – GRANDE PARA RAO X

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 09: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .	
SOLICITADO	PROPOSTA
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA	MDF E PLÁSTICO

ITEM Nº 10 – Fotopolimerizador tipo LED sem fio portátil com pistola tipo caneta wireless sem fio luz azul e violeta com LED 5w diodo emissor de luz sem aquecimento mínimo para a resina e dente LED acoplado na extremidade garantindo maior entrega de energia com ângulo de 90 com giro livre de 360 graus carregado por bateria de li-ion 1400mah comprimento de luz entre 420 e 490nm nanômetros para polimerização de resinas fotossensíveis modo normal com intensidade de luz acima de 1000 mw/cm e modo alto com intensidade acima de 2500 mw/cm peça de mão leve e ergonômica para facilitar a operação programação de luz pulsante intenso ou gradual com sistema de rampa para minimizar contração marginal de resinas indicador luminoso por pulso piscapisca tempo de operação 20 segundos com bip sonoro a cada 5 segundos. 01 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA 01 UN – JOAQUIM CORTEGOSO

FORNECEDOR – CAPARAÓ MEDICAL LTDA

MARCA – BIOTRON

MODELO – LED

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 10: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .	
SOLICITADO	PROPOSTA

LUZ VIOLETA	NÃO POSSUI
POTENCIA 2500 MW/CM	POTENCIA 1200 MW/CM
COMPRIMENTO LUZ 420 – 490 NM	COMPRIMENTO DE LUZ 420 – 480 NM

ITEM Nº 11 – Compressor de ar totalmente isento de óleo, com capacidade para atender 1 consultório, motor de no mínimo 1,12 hp com 2 pistões e máximo 74 db, deslocamento de 212 l/min, reservatório mínimo 40 litros, pintado internamente com tratamento antioxidante, dreno de fácil acesso, bloco compressor em alumínio, 1 manômetro acoplado ao reservatório junto a saída de ar, válvula de retenção, pressostato automático liga/desliga. Com filtro instalado para eliminação de água condensada com regulador de pressão na saída de ar, voltagem 220 volts 01 UN – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FORNECEDOR – REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES

MARCA – MOTOMIL

MODELO – CMO 8/50 BR

PROPOSTA – **APROVADA**

ITEM Nº 12 – Gaveteiro clínico odontológico volante com 6 gavetas, sendo: 3 gavetas 70 cm, 2 gavetas 120 cm e 1 gaveta 195 cm. Em mdf branco 15 mm, tampo de 3 cm de espessura com rodízio de silicone e puxadores em perfil de alumínio. 01 UN – OSVALDO BUENO DE CAMARGO – VILA PAULISTA

FORNECEDOR – RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO LTDA

MARCA – GAVETERIO APARADOR

MODELO – ORGANIZADOR 4 GAVETAS

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 12: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .	
SOLICITADO	PROPOSTA
6 GAVETAS	4 GAVETAS

ITEM Nº 13 – Conjunto odontológico cart composto por: cadeira odontológica com movimentos do assento e encosto acionados por motorreductores elétricos, articulação única central entre assento e encosto que permitem a melhor aproximação do profissional ao paciente em qualquer posição de atendimento e evita riscos de acidentes com as mãos do paciente nas articulações nos momentos de movimentação da cadeira, três ou mais posições de trabalho automáticas e programáveis, posição de volta a zero automática, pedal de comando com botões para programação e acionamento automático das posições de trabalho, botão para acionamento automático da posição volta a zero, programação das intensidades e acionamento do refletor através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação e alavanca para acionamento prático e rápido dos movimentos básicos da cadeira sobe desce, assento sobe desce, encosto independente do operador, encosto de cabeça biarticulado, estofamentos confeccionados em material resistente e confortável revestidos com pvc de superfície lisa e sem costuras, protetor de calcanhar em plástico transparente,

estrutura metálica balanceada que elimina a necessidade de fixação da cadeira ao solo com tratamento contra oxidação, regulagem de nível da cadeira para melhor adaptação em piso irregular. Equipo odontológico tipo cart com sistema de rodízios estrutura metálica, pontas com acionamento individual e automático uma seringa tríplice, dois terminais tipo bordem com spray para alta e baixa rotação, reservatório pressurizado para água, pedal de comando individual e progressivo com sistema de bloqueio de água e sopro de ar pelo conduto do spray alta rotação equipo com puxadores, bandeja em aço inoxidável, unidade auxiliar odontológica acoplada acompanha movimentação da cadeira com braço móvel, dois sugadores alta potência com adaptador de cânula com sistema abre e fecha vácuo com acionamento automático ao tirar do suporte e com separador de detritos e acesso externo mangueiras do sugador com engate rápido para facilitar desinfecção comando elétrico para acionamento da água na bacia com temporizador que permite a programação do tempo de vazão da água evitando desperdícios bacia em porcelana e removível com ralo separador de detritos estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa suporte móvel para sugadores refletor odontológico acoplado acompanha movimentação da cadeira braços tubular, metálicos com movimentação horizontal e vertical regulados por mola, cabeçote de ampla mobilidade com giro de 620° puxadores bilaterais em forma de alca possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada, removíveis e autoclaváveis. Possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional sistema óptico com três leds três ou mais níveis de iluminação programados através de comando incorporado ao pedal de comando da cadeira ou através de sensor de aproximação potência luminosa de 10000 a 30000, lux protetor frontal removível do conjunto em policarbonato transparente. COR DO ESTOFADO A COMBINAR. 01 UN – OSWALDO NACHBAR – MARIA ELENA

FORNECEDOR – GIORDANO & GIORDANO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS

MARCA – FOSHAN DENTECK

MODELO – DTK 895

PROPOSTA – **REPROVADA**

AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA O ITEM 13: EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NO EDITAL Nº 986835-16/2026 .					
SOLICITADO			PROPOSTA		
CONJUNTO	ODONTOLÓGICO	COM	CONJUNTO	ODONTOLÓGICO	COM
EQUIPO TIPO CART			EQUIPO ACOPLADO		

Áurea Maria Santanna Baldellas Nispeque

Ieda Maria Bertolini Franceschi

Iula Maria Bertolini