

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO****17280-065 - PEDERNEIRAS-SP**

Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:

Data: 24/07/2024

Página: 1

COMPRA DIRETA

Requisição 006780/2024

Razão Social: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

CNPJ: _____ TeleFax: _____ Contato: _____

I.E.: _____ e-mail: _____ Site: _____

Entrega do Orçamento: ____/____/____ Hora: ____:____

Unidade Requisitante: PODER EXECUTIVO

Item	Código do Objeto	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.59.14.0118-3	UN - Unida	1.000,00			
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM, NÃO LAPIDADA, COM PONTA FOSCA						
2	1.59.14.3690-4	UN - Unida	1.000,00			
ESPÁTULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 PEÇAS. AUXILIA NA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. APRESENTA FORMATO COM DUAS EXTREMIDADES FUNCIONAIS DIFERENTES, UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E A OUTRA COM UMA REENTRÂNCIA, QUE ESTABELECE UMA BOA RELAÇÃO ANATÔMICA COM A SUPERFÍCIE DO COLO UTERINO FACILITANDO ASSIM A COLETA DE TODA A ECTOCÉRVICE. MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESSURA: 1,6MM; LARGURA:16 MM E COMPRIMENTO TOTAL: 176 MM.						
3	1.59.14.4109-6	UN - Unida	1.000,00			
FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (PORTA-LÂMINA DE MICROSCOPIA)						
4	1.59.14.4250-5	UN - Unida	480,00			
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO P, AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS						
5	1.59.14.4251-3	UN - Unida	1.800,00			
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS						
6	1.59.14.4252-1	UN - Unida	150,00			
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO G, AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. COM 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL E 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS						
7	1.59.14.4254-8	UN - Unida	1.500,00			
ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL, PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL. CARACTERÍSTICAS: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO (16 CM), ESCOVA COM CERDAS NO FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2 CM, BASE MAIS LARGA QUE O ÁPICE E DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS. O DIÂMETRO MAIOR (CERDAS DA BASE DO CONE - 0,7 CM) E O DIÂMETRO MENOR (CERDAS DO ÁPICE DO CONE - 0,5 CM), COMPRIMENTO TOTAL 18 CM						

Total da Estimativa**Obs da Cotação**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO

17280-065 - PEDERNEIRAS-SP

Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:

Data: 24/07/2024

Página: 2

COMPRA DIRETA

Requisição 006780/2024

Razão Social: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

CNPJ: _____ TeleFax: _____ Contato: _____

I.E.: _____ e-mail: _____ Site: _____

Entrega do Orçamento: ____ / ____ / ____ Hora: ____: ____

Unidade Requisitante: PODER EXECUTIVO

Condição de Pagamento: _____ Não inferior a 30 dias

Validade da Proposta: _____ Não inferior a 30 dias

Prazo de Entrega: _____

Garantia: _____

Responsável pela empresa

Observações:

Caso a marca fornecida pela empresa vencedora não for Vagispec-Kolplast, será necessário que sejam enviadas 5 amostras para serem analisadas pela enfermeira do Centro da mulher.

Marca de referência Vagispec - Kolplast.

Itens a serem analisados : permitir excelente transparência e transmissão luminosa, possuir valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicos vaginais, possuir dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável e formato anatômico.