

EDITAL MODIFICATIVO Nº 01 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2007

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, Prefeita Municipal de Pederneiras, Estado de São Paulo, comunica aos interessados que foram procedidas alterações no edital de licitação em epígrafe, e, que em virtude das alterações afetarem a formulação das propostas, fica reaberto o prazo inicial para o encerramento do certame. Foram procedidas as seguintes alterações:

A) CLÁUSULA I - DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL

(....)

PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 16/2007

PROCESSO nº 07/2007

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/2007

HORÁRIO: a partir das 9:00 horas

LOCAL: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pederneiras

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 MAMÓGRAFO, 01 PROCESSADORA PARA MAMOGRAFIA E 01 CHASSIS PARA MAMOGRAFIA

(....)

A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito a Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro, **iniciando-se no dia 14/03/2007, às 9:00 horas** e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

(....)

B) CLÁUSULA II – DAS ALTERAÇÕES DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Em decorrência das alterações, o item 01 do objeto descrito no Anexo I passa a ter a seguinte redação:

PROCESSO Nº 07/2007

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2007

Compreende o objeto desta licitação, a aquisição de:

ITEM 01: 01 un. Mamógrafo de alta resolução para exames de rotina, com no mínimo as seguintes características :

Gerador

- Alta frequência, de potencial constante;
- **Potência mínima de 2,0 KW microprocessado;**
- Mínimo de 20 a 39 KV e de 2 a 500 mAs;
- Exposímetro automático microprocessado
- Visualização digital dos principais parâmetros

Automatismo de Dose

Seleção automática das combinações mais adequadas para vários tipos de mama. A seleção deve conter: material de ânodo, filtro, valor de kV, densidade do filme através de programas de usuários.

Tubo de Raio X

- Tubo com ânodo giratório de Molibdênio
- Focos de 0,1mm e 0,3mm, filtro de molibdênio e filtro de rhódio;
- Capacidade calorífica do ânodo de no mínimo 135.000 HU
- mA máximo igual ou superior a 150mA

Características radiográficas

- Movimentos do braço totalmente motorizados e possibilidade de ajuste manual;
- **Distância fonte-imagem de no mínimo 60cm;**
- Rotação motorizada e isocêntrica em torno da mama de 180 graus;
- Altura ajustável de no mínimo entre 650 mm e 1350 mm;
- Dispositivo automático de dose e detetores para compensação de radiotransparência;
- Porta-chassis com grade anti-difusora de 18 x 24 cm;
- Dispositivo de magnificação fator 1,8 para filmes de formato 18 x 24 com placa de compressão transparente e placa de compressão localizada;
- Colimação automática de acordo com o tamanho do filme;
- O equipamento deverá possibilitar o exame de pacientes em pé, sentado ou em maca;

Acessórios

- Dispositivo de compressão de 18 x 24 cm;
- Dispositivo de proteção facial;
- Protetor Radiológico;
- Bucky 18 x 24 cm.

(.....)

C) CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 16/2007.

Pederneiras, 28 de fevereiro de 2007.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA

Prefeita Municipal